

Fornitura di aghi, siringhe, apparati tubolari, sistemi di infusione anche con noleggio di pompe volumetriche e di iniettori per mezzi di contrasto, dispositivi di drenaggio e raccolta, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, sacche, dispositivi per sistema artero-venoso, nonché altri dispositivi di uso comune occorrenti all'Azienda Ospedaliera Dei Colli

Prospetti, estratti dai verbali di seduta delle Commissioni Giudicatrici, riportanti la valutazione dei lotti dal n. 94 al n. 96, aggiudicabili con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Estratto del verbale di gara n. 12 del 18.09.2014

lotto 94 – sistema chiuso per la preparazione e la predisposizione alla somministrazione di farmaci antitumorali sia a caduta che per pompa

Becton Dickinson I. spa.

A1) Caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali e confezionamento dei prodotti

proposti - max punti 50,00 così ripartiti:

<i>rif.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>	<i>modalità di assegnazione del punteggio</i>	<i>presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato</i>	<i>punteggio assegnato</i>
A1.1	<i>Maneggevolezza del dispositivo: facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione. Valutazione di una simulazione di prova d'uso da parte degli operatori coinvolti nella preparazione.</i>	15,00	<i>discrezionale</i>	La maneggevolezza del sistema è appena soddisfacente tenuto conto delle tecniche di preparazione in uso. Il giudizio è sufficiente.	15,00X 0,50 =7,50
A1.2	<i>Produzione di studi scientifici di compatibilità dei dispositivi con i farmaci chemioterapici</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici sulla compatibilità con i chemioterapici è pienamente soddisfacente. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00
A1.3	<i>Produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione sterilità dei preparati.</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione della sterilità dei preparati è soddisfacente. Il giudizio è buono.	10,00X 0,75 =7,50
A1.4	<i>Produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso per evitare la contaminazione ambientale.</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso è buona.	10,00X 0,75 =7,50
A1.5	<i>Facilità di apertura con modalità asettica dell'imballo primario.</i>	5,00	<i>discrezionale</i>	La facilità di apertura è ottima.	5,00X1,00 =5,00

B1) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 10,00 così ripartiti:

<i>rif.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>	<i>modalità di assegnazione del punteggio</i>	<i>presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato</i>	<i>punteggio assegnato</i>
B1.1	<i>Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo.</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	L'attività di supporto specialistico e post vendita è completa e copre tutte le esigenze aziendali. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00

Si da atto che l'impresa Becton Dickinson I. spa ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 94 il seguente punteggio complessivo **47,50**.

Scognamiglio sas

A1) Caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali e confezionamento dei prodotti proposti - max punti 50,00 così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
A1.1	Maneggevolezza del dispositivo: facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione. Valutazione di una simulazione di prova d'uso da parte degli operatori coinvolti nella preparazione.	15,00	discrezionale	La maneggevolezza del sistema è appena soddisfacente tenuto conto delle tecniche di preparazione in uso. Il giudizio è sufficiente.	15,00X 0,50 =7,50
A1.2	Produzione di studi scientifici di compatibilità dei dispositivi con i farmaci chemioterapici	10,00	discrezionale	La produzione di studi scientifici sulla compatibilità con i chemioterapici è pienamente soddisfacente. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00
A1.3	Produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione sterilità dei preparati.	10,00	discrezionale	La produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione della sterilità dei preparati è soddisfacente. Il giudizio è buono.	10,00X 0,75 =7,50
A1.4	Produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso per evitare la contaminazione ambientale.	10,00	discrezionale	La produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso è buona.	10,00X 0,75 =7,50
A1.5	Facilità di apertura con modalità asettica dell'imballo primario.	5,00	discrezionale	La facilità di apertura è ottima.	5,00X1,00 =5,00

B1) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 10,00 così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
B1.1	Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo.	10,00	discrezionale	L'attività di supporto specialistico e post vendita è completa e copre tutte le esigenze aziendali. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00

Si da atto che l'impresa Scognamiglio sas ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 94 il seguente punteggio complessivo **47,50**.

TEVA I. srl

A1) Caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali e confezionamento dei prodotti proposti - max punti 50,00 così ripartiti:

<i>rif.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>	<i>modalità di assegnazione del punteggio</i>	<i>presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato</i>	<i>punteggio assegnato</i>
A1.1	<i>Maneggevolezza del dispositivo: facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione. Valutazione di una simulazione di prova d'uso da parte degli operatori coinvolti nella preparazione.</i>	15,00	<i>discrezionale</i>	La maneggevolezza del sistema pur con poche manovre è appena soddisfacente, tenuto conto delle tecniche di preparazione in uso. Il giudizio è sufficiente.	15,00X 0,50 =7,50
A1.2	<i>Produzione di studi scientifici di compatibilità dei dispositivi con i farmaci chemioterapici</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici sulla compatibilità con i chemioterapici è soddisfacente. Il giudizio è buono.	10,00X 0,75 =7,50
A1.3	<i>Produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione sterilità dei preparati.</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione della sterilità dei preparati è appena soddisfacente. Il giudizio è sufficiente.	10,00X 0,50 =5,00
A1.4	<i>Produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso per evitare la contaminazione ambientale.</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso è sufficiente.	10,00X 0,50 =5,00
A1.5	<i>Facilità di apertura con modalità asettica dell'imballo primario.</i>	5,00	<i>discrezionale</i>	La facilità di apertura è ottima	5,00X1,00 =5,00

B1) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 10,00 così ripartiti:

<i>rif.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>	<i>modalità di assegnazione del punteggio</i>	<i>presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato</i>	<i>punteggio assegnato</i>
B1.1	<i>Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo.</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	L'attività di supporto specialistico e post vendita è sufficiente.	10,00X 0,50 =5,00

Si da atto che l'impresa TEVA I. srl ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 94 il seguente punteggio complessivo **35,00**.

SVAS Biosana spa

A1) Caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali e confezionamento dei prodotti proposti - max punti 50,00 così ripartiti:

<i>rif.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>	<i>modalità di assegnazione del punteggio</i>	<i>presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato</i>	<i>punteggio assegnato</i>
A1.1	<i>Maneggevolezza del dispositivo: facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione. Valutazione di una simulazione di prova d'uso da parte degli operatori coinvolti nella preparazione.</i>	15,00	<i>discrezionale</i>	La maneggevolezza del sistema con poche manovre semplici è pienamente soddisfacente, tenuto conto delle tecniche di preparazione in uso. Il giudizio è ottimo.	15,00X 1,00 =15,00
A1.2	<i>Produzione di studi scientifici di compatibilità dei dispositivi con i farmaci chemioterapici</i>	10,00	<i>discrezionale</i>	La produzione di studi scientifici sulla compatibilità con i chemioterapici è pienamente soddisfacente. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00

A1.3	Produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione sterilità dei preparati.	10,00	discrezionale	La produzione di studi scientifici sulla capacità di preservazione della sterilità dei preparati è pienamente soddisfacente. L'aria sterile è già contenuta nel sistema. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00
A1.4	Produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso per evitare la contaminazione ambientale.	10,00	discrezionale	La produzione di studi scientifici per la valutazione della tecnologia del sistema chiuso è ottimamente rappresentata.	10,00X 1,00 =10,00
A1.5	Facilità di apertura con modalità asettica dell'imballo primario.	5,00	discrezionale	La facilità di apertura è ottima.	5,00X1,00 =5,00

B1) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 10,00 così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
B1.1	Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo.	10,00	discrezionale	L'attività di supporto specialistico e post vendita è completa e copre tutte le esigenze aziendali. Il giudizio è ottimo.	10,00X 1,00 =10,00

Si da atto che l'impresa SVAS Biosana spa ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 94 il seguente punteggio complessivo **60,00**.

Estratto del verbale di gara n. 13 del 13.10.2014

lotto 95 – sistema composto da deflussori per la somministrazione di antiblastici e pompe volumetriche

B Braun Milano spa

A2) Caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali e confezionamento dei deflussori, caratteristiche delle pompe volumetriche - max punti 54,00 così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
A2.1	Tecnologia della valvola a sistema chiuso presenza della caratteristica 10,00 p; assenza 0,00 p.	10,00	si/no	SI	10,00
A2.2	Possibilità di somministrazione simultanea automatizzata in un'unica linea di infusione presenza della caratteristica 10,00 p; assenza 0,00 p.	10,00	si/no	NO	0,00
A2.3	Facilità di apertura con modalità asettica dell'imballo primario	4,00	discrezionale	L'involucro primario ha un'ottima facilità di apertura	4,00
A2.4	Proprietà anti-inginocchiamento e antischiacciamento del materiale relativo agli apparati tubolari	4,00	discrezionale	L'anti-inginocchiamento e l'antischiacciamento dei deflussori sono ottimi.	4,00
A2.5	Valutazione della prova d'uso del sistema	10,00	discrezionale	La prova d'uso nel complesso soddisfa i requisiti richiesti. Si	7,50

				apprezza la particolare maneggevolezza della pompa e la sua semplicità di utilizzo. Si trova scomoda la necessità di scollegare il set dal paziente nel caso di spurgo di bolle d'aria. Il giudizio è buono.	
A2.6	<i>Priming automatico del set presenza della caratteristica 2,00 p; assenza 0,00 p.</i>	2,00	come indicato	SI	2,00
A2.7	<i>Numero di livelli di regolazione della soglia di occlusione fino a 3 livelli 0,00 p.; 4-5 livelli, 1,00 p.; 6-7 livelli 2,00 p., > di 7 livelli 3,00 p.</i>	3,00	come indicato	9 livelli	3,00
A2.8	<i>Quantità e tipologia di allarmi presenti sulle pompe volumetriche</i>	4,00	discrezionale	Gli allarmi presenti coprono tutte le esigenze delle Unità di Oncologia in cui funzioneranno i sistemi. Il giudizio è ottimo.	4,00
A2.9	<i>Soluzioni per la sicurezza di paziente e operatore</i>	4,00	discrezionale	Le soluzioni per la sicurezza dell'operatore si ritengono generalmente soddisfacenti. Si ritiene però non ottimale il sistema di chiusura del set paziente, che potrebbe compromettere la sicurezza dell'operatore. Anche la necessità di scollegare il paziente in caso di spurgo d'aria rappresenta un possibile pericolo per paziente e operatore. Il giudizio è sufficiente.	2,00
A2.10	<i>Caratteristiche hardware e software del sistema di gestione</i>	3,00	discrezionale	Le caratteristiche hardware e software coprono tutte le esigenze delle Unità di Oncologia in cui funzioneranno i sistemi. Il giudizio è ottimo.	3,00
				tot. A	39,50

B2) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 6,00, così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
B2.1	<i>Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato delle pompe volumetriche.</i>	3,00	discrezionale	Le attività di supporto specialistico sono ottimamente rappresentate, come pure i programmi di addestramento e di consulenza. Il giudizio è pertanto ottimo.	3,00
B2.2	<i>Servizio di assistenza post vendita e manutenzione</i>	3,00	discrezionale	Il servizio di assistenza copre le buona parte delle possibili esigenze. Il tempo di intervento della chiamata è di 8 ore lavorative. E' prevista la sostituzione di un'apparecchiatura guasta con una funzionante. E' prevista una visita di manutenzione preventiva all'anno. Il giudizio complessivo è buono.	2,25
				tot. B	5,25

Si da atto che l'impresa B Braun Milano spa ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 95 il seguente punteggio complessivo **44,75**.

Scognamiglio sas

A2) Caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali e confezionamento dei deflussori, caratteristiche delle pompe volumetriche - max punti 54,00 così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
A2.1	<i>Tecnologia della valvola a sistema chiuso presenza della caratteristica 10,00 p; assenza 0,00 p.</i>	10,00	si/no	SI	10,00
A2.2	<i>Possibilità di somministrazione simultanea automatizzata in un'unica linea di infusione presenza della caratteristica 10,00 p; assenza 0,00 p.</i>	10,00	si/no	NO	0,00
A2.3	<i>Facilità di apertura con modalità asettica dell'imballo primario</i>	4,00	discrezionale	L'involucro primario ha un'ottima facilità di apertura	4,00
A2.4	<i>Proprietà anti-inguincchiamento e antischiacciamento del materiale relativo agli apparati tubolari</i>	4,00	discrezionale	L'anti-inguincchiamento e l'antischiacciamento dei deflussori sono ottimi.	4,00
A2.5	<i>Valutazione della prova d'uso del sistema</i>	10,00	discrezionale	La prova d'uso nel complesso soddisfa i requisiti richiesti. Si apprezzano l'ampio display che ne favorisce la leggibilità e la spiccata sensibilità della pompa sulla pressione di occlusione. La pompa risulta leggermente voluminosa e non di utilizzo semplice. Il giudizio è buono.	7,50
A2.6	<i>Priming automatico del set presenza della caratteristica 2,00 p; assenza 0,00 p.</i>	2,00	come indicato	SI	2,00
A2.7	<i>Numero di livelli di regolazione della soglia di occlusione fino a 3 livelli 0,00 p.; 4-5 livelli, 1,00 p.; 6-7 livelli 2,00 p., > di 7 livelli 3,00 p.</i>	3,00	come indicato	800 livelli	3,00
A2.8	<i>Quantità e tipologia di allarmi presenti sulle pompe volumetriche</i>	4,00	discrezionale	Gli allarmi presenti coprono tutte le esigenze delle Unità di Oncologia in cui funzioneranno i sistemi. Il giudizio è ottimo.	4,00
A2.9	<i>Soluzioni per la sicurezza di paziente e operatore</i>	4,00	discrezionale	Le soluzioni per la sicurezza sono pienamente soddisfacenti. Le valvole di chiusura del set paziente consentono un'elevata sicurezza, così come l'elevata sensibilità sulla soglia di occlusione che permette di prevenire gli stravasi. Il giudizio è ottimo.	4,00
A2.10	<i>Caratteristiche hardware e software del sistema di gestione</i>	3,00	discrezionale	Le caratteristiche hardware e software coprono tutte le esigenze delle Unità di Oncologia in cui funzioneranno i sistemi. Il giudizio è ottimo.	3,00
				tot. A	41,50

B2) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 6,00, così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
B2.1	Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato delle pompe volumetriche.	3,00	discrezionale	Le attività di supporto specialistico e il programma di addestramento e di consulenza sono definite in maniera dettagliata. Il giudizio complessivo è ottimo.	3,00
B2.2	Servizio di assistenza post vendita e manutenzione	3,00	discrezionale	Il servizio di assistenza copre tutte le possibili esigenze. Il tempo di intervento della chiamata è immediato, grazie anche alla presenza di personale in loco. E' prevista la fornitura di un'apparecchiatura muletto in sostituzione. E' prevista una visita di manutenzione preventiva semestrale che comprende anche la verifica di sicurezza elettrica. Il giudizio complessivo è ottimo.	3,00
				tot. B	6,00

Si da atto che l'impresa Scognamiglio sas ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 95 il seguente punteggio complessivo **47,50**.

Estratto del verbale di gara n. 15 del 11.11.2014

lotto 96 – sistema composto da dispositivi per iniezione di mezzi di contrasto per angiografie e iniettori

Medrad Italia srl

Caratteristiche tecniche del sistema, caratteristiche funzionali dei dispositivi, caratteristiche degli iniettori - max punti 50,00 così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
A3.1	Dotazione di joystick con regolazione fine e graduale dei volumi e della pressione di iniezione da parte dell'utente presenza della caratteristica 15,00 p; assenza 0,00 p	15,00	Si/no	Si	15,00
A3.2	Dotazione di sistema con blocco automatico dell'iniezione nei casi di rilevamento di grosse bolle d'aria presenza della caratteristica 10,00 p; assenza 0,00 p	10,00	Si/no	Si	10,00
A3.3	Dotazione di touch screen sensibile	15,00	Si/no	Si	15,00

	e con voci intuitive e facilmente regolabili presenza della caratteristica 15,00 p; assenza 0,00 p				
A3.4	Caratteristiche della linea dei consumabili, modalità di collegamento, garanzia di mantenimento della sterilità	5,00	discrezionale	Tutti i parametri sono pienamente soddisfacenti, il giudizio è ottimo	5,00
A3.5	Modalità di sostituzione dei consumabili e sua semplicità	5,00	discrezionale	Pienamente soddisfacente la sostituzione e la semplicità d'uso dei consumabili, il giudizio è ottimo	5,00

B3) Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura - max punti 10,00, così ripartiti:

rif.	criteri di valutazione	punteggio max	modalità di assegnazione del punteggio	presenza della caratteristica o valore della stessa / giudizio motivato	punteggio assegnato
B3.1	Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato del sistema	2,00	discrezionale	Il programma di training risulta pienamente rispondente alle necessità richieste. Il giudizio complessivo è ottimo.	2,00
B3.2	Servizio di assistenza post vendita e manutenzione	8,00	discrezionale	Il servizio di assistenza tecnica post-vendita è di tipo full-risk I tempi di intervento dichiarati di 8 ore sono soddisfacenti. Non si evince la disponibilità di apparecchiature sostitutive (muletti) in caso di fermi macchina prolungati. Il giudizio complessivo è buono.	6,00

Si da atto che l'impresa Medrad spa ha conseguito nella valutazione di qualità per il lotto 96 il seguente punteggio complessivo **58,00**.