

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicoll.it

prot. n. **1334** del **02.10.2013**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura di elettrodi per monitoraggio cardiologico e neurologico, sensori per saturimetria e prodotti per elettrochirurgia.

A seguito di richieste di chiarimenti formulati da imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, a fornire i correlati riscontri:

- a) In merito al vs chiarimento del 02.09.2013 e più precisamente ai lotti n. 7, 9, 10 e 11 sono richiesti “sensori completi di cavo base (1 x monitor) compatibili con i monitor indicati”. Riteniamo che tale richiesta impedisca la partecipazione di molte Aziende, in grado di commercializzare solo i sensori e non i cavi lato monitor. Chiediamo quindi di eliminare tale dicitura per permettere una più giusta partecipazione a tutti.

La fornitura deve comprendere i cavi base nella quantità di 1 per monitor.

- b) Si richiede chiarimento relativamente alla presentazione della campionatura in quanto per i sensori per saturimetria vengono chiesti n. 5 pz + 3 cavi e moduli di collegamento. Si chiede cosa si intende per moduli di collegamento.

Nelle precedenti note di chiarimento si è precisato che la fornitura comprende i sensori e i cavi di collegamento nella quantità di uno per monitor, con esclusione dei moduli.

Resta inteso che il concorrente deve assicurare la connessione e funzionalità del prodotto offerto sull'esistente (i modelli dei monitor sono specificamente indicati), senza che il Committente sia obbligato ad acquistare o modificare successivamente alcunché.

La campionatura deve essere costituita da n. 5 sensori e almeno un cavo base per ciascun riferimento (lotto o sublotto).

Nel caso di cavo base comune a più riferimenti può essere presentato un solo cavo base.

- c) ... poiché per i sensori, divisi in sotto lotti, sono indicati più monitor, per i cavi di collegamento a quali dobbiamo riferirci?.

Vds. risposta lett. b) .

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB