

"AZIENDA OSPEDALIERA  
SPECIALISTICA DEI COLLI"  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le

**Imprese interessate**

prot. n. **771** del **16.05.2014**

**Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di 184 sistemi diagnostici per le attività di biochimica clinica, microbiologia e virologia e medicina trasfusionale.**

A seguito di alcune segnalazioni di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti e modifiche al capitolato:

- a) In riferimento al lotto 54 per le voci 54.6 e 54.7 si richiedono test immunocromatografici su membrana con card a libretto. Dal momento che tali supporti identificano una sola azienda si richiede se sia possibile rispondere con test analoghi su card.

**Si conferma il requisito indicato in quanto il dispositivo a libretto garantisce l'adesione del tampone inoculato alla striscia di analisi, inoltre tale tipo di chiusura garantisce sia sicurezza analitica sia per l'operatore. In alternativa è richiesto un sistema che riduca al minimo il contatto del campione con l'ambiente esterno e con l'operatore .**

- b) Lotto 22 - HCV RNA QUANTITATIVO E HBV DNA QUANTITATIVO. Nel punto 7 della descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili del CSA viene chiesto un "*Software gestionale di settore in lingua italiana che piloti e coordini tutte le strumentazioni previste*". Si chiede di confermare che per "software gestionale" si intende il software che gestisce le strumentazioni previste nell'offerta. Si chiede inoltre se possa essere proposto un software per ciascuno degli strumenti offerti.

**Si ribadisce che la caratteristica di cui al punto 7 è stata eliminata dall'elenco di quelle "minime indispensabili" del lotto 22.**

- c) Lotto 22 - HCV RNA QUANTITATIVO E HBV DNA QUANTITATIVO. Nel punto 8 della descrizione sistema e caratteristiche a punteggio del CSA viene chiesto "*Sistema di controllo della contaminazione da carry over di tipo enzimatico insito nei reagenti di master mix (dUTP e UNG)*". Si chiede in che modo verranno valutate le strumentazioni che utilizzano un differente sistema di controllo della contaminazione da carry over di natura diversa da quella enzimatica e la cui efficacia sia adeguatamente supportata nella documentazione tecnica.

**Si confermano il requisito preferenziale indicato e la modalità di assegnazione del punteggio previsti dal capitolato.**

- d) Lotto 22 - HCV RNA QUANTITATIVO E HBV DNA QUANTITATIVO. Nel punto 9 della descrizione sistema e caratteristiche a punteggio del CSA viene chiesto “*Sensibilità per volumi d’uso dei campioni  $\leq 1.000 \mu\text{L}$  per HCV RNA, punteggio così graduato:  $\leq 15\text{UI/mL}$  1,00 p.;  $>15\text{UI/mL}$  0,00 p*”. In tal caso nell’attribuzione del punteggio, viene considerata come riferimento quella che a nostra conoscenza non rappresenta la migliore esistente sul mercato per il dosaggio HCV RNA, diversamente da quanto viene valutato al punto 9 delle caratteristiche a punteggio del CSA – lotto 39, nel quale si osserva una gradualità nell’attribuzione del punteggio, volta a premiare la sensibilità migliore esistente sul mercato per il test HIV RNA. Si chiede pertanto se analogamente al lotto 39, verrà premiata anche per il lotto 22, una sensibilità migliorativa rispetto a quella indicata.

**Si conferma la modalità di assegnazione del punteggio prevista dal capitolato.**

- e) Lotto 22 - HCV RNA QUANTITATIVO E HBV DNA QUANTITATIVO. Nel punto 10 della descrizione sistema e caratteristiche a punteggio del CSA viene chiesto “*Sensibilità per volumi d’uso dei campioni  $\leq 1.000 \mu\text{L}$  per HBV DNA, punteggio così graduato:  $\leq 15\text{UI/mL}$  1,00 p.;  $>15\text{UI/mL}$  0,00 p*”. In tal caso nell’attribuzione del punteggio, viene considerata come riferimento quella che a nostra conoscenza non rappresenta la migliore esistente sul mercato per il dosaggio HBV DNA, diversamente da quanto viene valutato al punto 9 delle caratteristiche a punteggio del CSA – lotto 39, nel quale si osserva una gradualità nell’attribuzione del punteggio, volta a premiare la sensibilità migliore esistente sul mercato per il test HIV RNA. Si chiede pertanto se analogamente al lotto 39, verrà premiata anche per il lotto 22, una sensibilità migliorativa rispetto a quella indicata.

**Si conferma la modalità di assegnazione del punteggio prevista dal capitolato.**

- f) Lotto 39 - HIV RNA QUANTITATIVO. Nel punto 8 della descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili del CSA viene chiesto un “*Software gestionale di settore in lingua italiana che piloti e coordini tutte le strumentazioni previste*”. Si chiede di confermare che per “software gestionale” si intende il software che gestisce le strumentazioni previste nell’offerta. Si chiede inoltre se possa essere proposto un software per ciascuno degli strumenti offerti

**Si ribadisce che la caratteristica di cui al punto 8 è stata eliminata dall’elenco di quelle “minime indispensabili” del lotto 39.**

- g) Lotto 39 - HIV RNA QUANTITATIVO. Nel punto 8 delle caratteristiche a punteggio del CSA viene chiesto un “*Sistema di controllo della contaminazione da carry over di tipo enzimatico insito nei reagenti di master mix (dUTP e UNG)*”. Si chiede in che modo verranno valutate le strumentazioni che utilizzano un differente sistema di controllo della contaminazione da carry over di natura diversa da quella enzimatica e la cui efficacia sia adeguatamente supportata nella documentazione tecnica.

**Si confermano il requisito preferenziale indicato e la modalità di assegnazione del punteggio previsti dal capitolato.**

- h) Nel punto 3.3 della “documentazione dei prodotti forniti” del CSA si richiede la disponibilità a fornire manuali d’uso e di service in lingua italiana. Mentre i manuali d’uso vengono forniti in lingua italiana e sono presenti anche nel software gestionale degli strumenti, per quanto riguarda i manuali di servizio, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici si fa presente che essi costituiscono materiale ad esclusivo uso interno per il personale tecnico *della ditta*, opportunamente formato per poter intervenire sugli strumenti e, pertanto, sono redatti in lingua inglese. Si chiede, per questo motivo, la possibilità di una deroga per la presentazione del manuale di service o, in alternativa, la presentazione dello stesso in lingua inglese.

**Si ammette tale possibilità.**

- i) In riferimento alla compilazione dei moduli offerta economica relativi ai lotti, 22, 31 e 39 si richiede di precisare quali altre informazioni vadano riportate nelle colonne “u.m.” e “fabbr. annuo” di cui al punto “B. altri consumabili”.

**Le celle relative a tali colonne della sez. B ALTRI CONSUMABILI possono essere lasciate in bianco.**

- j) Relativamente al lotto 31, ad una richiesta di chiarimento formulata da altra azienda, è stata autorizzata l’offerta di un test combinato per CT ed NG. Dal momento che i due test possono in tal modo essere eseguiti contemporaneamente, si chiede di chiarire se il numero di test totali da offrire per CT/NG sia 1.000 o 500.

**Il numero di test totali deve comunque essere pari a 1.000.**

- k) Si chiede conferma se, nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da uno o più procuratori i cui poteri, tra i quali quello di sottoscrivere i contratti con la Pubblica Amministrazione e presentare offerte nell’ambito dell’applicazione del d. lgs. Sono depositati presso la Camera di Commercio, possa ritenersi sufficiente allegare la visura camerale o il certificato della CCIAA dalla quale si evinca il nominativo del procuratore che ha firmato la gara e l’oggetto della procura stessa con il dettaglio dei poteri associati alla carica .

**Si conferma.**

- l) Posto che il bando di gara non prevede dei lavori a qualificazione obbligatoria e che l’importo degli stessi è inferiore a 150.000,00 euro, si richiede di confermare se sia possibile avvalersi dell’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori richiesti, dichiarando in fase di gara che l’impresa che eseguirà i lavori in regime di subappalto possiede tutti i requisiti indicati alle lett. a-c) pag. 4 del disciplinare, riservandoci di comunicare il nominativo del subappaltatore in caso di aggiudicazione.

**Tale possibilità è già prevista da disciplinare “*Possono formare oggetto del contratto di subappalto, se non eseguite in proprio dall’aggiudicatario, le opere edili ed impiantistiche necessarie per la collocazione del sistema diagnostico di cui al lotto 1*” (vds. pag. 4 del documento).**

- m) Posto che il termine di entrata in vigore dell'art. 6 bis del d. lgs. 163/2006 è stato differito e che è intenzione della scrivente generare il PASSoe in modo che possano essere verificati i requisiti di carattere generale, si chiede di confermare se sia possibile inviare la documentazione a comprova dei soli requisiti di capacità tecnico professionale esclusivamente mediante l'invio in forma cartacea e all'interno della busta "D" dei certificati di buona esecuzione senza dover ricorrere alla comprova mediante il sistema AVCpass.

**Il sistema AVCpass, nella presente gara, verrà utilizzato non solo per verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, ma anche e soprattutto quelli speciali previsti dal bando di gara (capacità economica e finanziaria).**

**Nel disciplinare è prevista anche la possibilità di anticipare la documentazione dimostrativa di tali ultimi requisiti, prevedendo la busta D fra i documenti dell'offerta.**

**Tale possibilità è stata prevista date le difficoltà registrate nella fase d'avvio del sistema.**

- n) Considerato quanto previsto nel disciplinare di gara pag. 8 "*L'offerta economica, la documentazione amministrativa e quella tecnica, quest'ultima limitatamente alla parte descrittiva, devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte nell'ultima pagina*" vi chiediamo di specificare meglio quali sono i documenti di carattere tecnico che debbano essere firmati nell'ultima pagina, in quanto il termine "parte descrittiva" riferita agli stessi può dar luogo ad interpretazioni arbitrarie.

**Si precisa che non è necessaria la sottoscrizione di quei documenti costituiti da depliant illustrativi o moduli prestampati.**

- o) Lotto 1. Si chiede di indicare l'esatta frequenza di esecuzione dei test il cui numero di determinazioni annue non permette matematicamente l'esecuzione giornaliera del test stesso ...

**Vds. errata corrige su chiarimenti e modifiche al capitolato prot. n. 716 del 06.05.2014.**

- p) Lotto 22 punto 7 e lotto 39 punto 8 dell'allegato A. ci confermate se per soddisfare i punti citati sia sufficiente che il solo Middleware per la connessione al LIS debba essere in lingua italiana.

**Si ribadisce che la caratteristica di cui ai punti sopra indicati è stata eliminata dall'elenco di quelle "minime indispensabili" di entrambi i lotti.**

- q) In merito al lotto 37 si richiede di specificare se trattandosi di metodiche in house sia possibile offrire uno strumento non validato CE-IVD così come i reagenti ad esso associati.

**Tale possibilità è ammessa.**

- r) In merito al lotto 37 si richiede di specificare se sia possibile formulare un'offerta per la durata di tre anni rinnovabile per ulteriori due anni poiché la policy aziendale non ci permette di formulare offerte di service per una durata di cinque anni.

**Tale possibilità è da escludere, in quanto il disciplinare non ammette le offerte condizionate.**

- s) In merito alla richiesta di chiarimento lett. o) di cui al vs. prot. n. 649 del 16.04.2014 (lotto 7- autoimmunità IFA/ELISA) ed alla relativa risposta pubblicata si chiede conferma che per “sistema per digitalizzazione e la visualizzazione dei vetrini” si intende un sistema che, in assenza dell'operatore, possa digitalizzare e acquisire alcuni campioni o l'intera superficie di due o più vetrini IFA in maniera completamente automatica senza alcun intervento da parte dell'utilizzatore e con un microscopio dotato di sistema di acquisizione ed archiviazione.

**Si conferma tale interpretazione.**

- t) Prodotti aggiudicabili con il criterio del prezzo più basso (lotti da 46 a 184) si chiede il permesso di compilare e presentare un unico CD (a2.1), con un'unica copia cartacea (a2.2), con un unico documento riportante i costi della sicurezza (a2.3) e infine un unico listino prezzi con indicazione dei lotti di riferimento, in quanto trattasi di mera fornitura di kit, dove nella maggior parte dei casi un lotto corrisponde ad un unico prodotto.

**La presentazione di un unico CD e di un unico modulo offerta per i lotti aggiudicabili con il criterio del prezzo più basso (lotti dal n. 46 al n. 184) costituisce la modalità già prevista dal disciplinare di gara.**

**In merito alla indicazione dei costi della sicurezza si ribadisce come gli stessi, in conformità di quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, dell'art. 87 del d. lgs. 163/2006, devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.**

**Pertanto i costi della sicurezza che saranno indicati devono poter essere riconducibili al singolo lotto.**

**Nel caso prospettato dal concorrente, trattandosi di mera fornitura di kit, si ritiene sufficiente l'indicazione di una quota percentuale unica sull'offerta a condizione che la stessa sia dichiarata valida per tutti i lotti.**

- u) In rif. alla fornitura ... avete risposto in precedenza (lett. dd) prot. n. 716 del 06.05.2014 ) che è possibile presentare una referenza bancaria, specificando i motivi per i quali non è possibile presentarne due, con le copie conformi dei bilanci degli ultimi tre anni. Siccome il bilancio del 2013 non è ancora stato approvato è sufficiente presentare il bilancio degli anni: 2010-2011-2012?

**Si precisa che il bilancio da presentare è quello regolarmente approvato, pertanto il triennio da considerare è quello indicato dal concorrente.**

- v) Lotto 41 - sistema analitico per sierologia per l'esecuzione di indagini virologiche con metodologia immunoenzimatica. Il totale a base d'asta annuale del lotto 41 è € 33.000,00. Questo importo è stato calcolato sul totale dei test richiesti (reagenti indispensabili più quelli auspicabili), oppure l'importo è valido solo per il totale dei reagenti indispensabili.

Nel calcolo dell'offerta economica si terrà conto solo del totale dei reagenti indispensabili? E quindi in questo caso il numero dei reagenti auspicabili servirà solo per il calcolo del punteggio tecnico (0,70 punti per ogni reagente auspicabile), oppure si deve considerare anche del numero e dell'importo dei

reagenti auspicabili? Quindi in questo secondo caso come saranno comparate le offerte economiche?

Nel calcolo del totale annuo devo tener conto solo della quota reagenti+consumabili+strumentazione+assistenza (A+B+C+D) tale valore non deve superare la base d'asta fissata e considerare a parte la voce reagenti auspicabili (A1)?

In questo caso il totale delle voci A+B+C+D+A1 può superare la base d'asta fissata?

**In merito ai quesiti posti si confermano le indicazioni di capitolato (pag. 13) qui di seguito riproposte:**

***“Nel caso in cui sono richiesti dei prodotti auspicabili ai fini della determinazione del valore dell’offerta, per il calcolo del punteggio economico, non si terrà conto dell’importo relativo ai prodotti auspicabili, fermo restando che per tali prodotti dovrà essere applicata una percentuale di sconto rispetto al listino di vendita almeno pari alla media degli sconti dei prodotti necessari.”***

***“Si precisa comunque che i prodotti auspicabili sono compresi nella base d’asta e concorrono alla determinazione dell’importo contrattuale.”***

**Pertanto, confermato:**

- che l’importo posto a base d’asta del lotto 41, come per gli altri lotti di gara in cui sono previsti test auspicabili, è stato calcolato sul totale delle seguenti voci: reagenti base, reagenti auspicabili (tutti), consumabili, noleggio e assistenza delle apparecchiature;

- che per tale lotto si procederà all’attribuzione del punteggio per merito tecnico secondo le indicazioni della scheda tecnica come successivamente modificata; mentre con riferimento al punteggio economico, per avere delle offerte comparabili, si terrà conto dell’importo complessivo sottratta la sola quota riferita agli auspicabili.

**si ribadisce che l’importo complessivamente proposto dal concorrente (quindi A+A1+B+C+D) non può superare la base d’asta, pena l’esclusione.**

- w) Lotto 5 – citometria a flusso. Si richiede di indicare gli oneri per la sicurezza da interferenza individuati dal Vostro Ente.

**Per il lotto in questione non sono stati individuati oneri di sicurezza da interferenza.**

- x) In riferimento al vs. bando di cui all’oggetto .... In particolare, in riferimento alla risposta riferita al quesito identificato con la lettera v), pubblicata con vs. nota prot. n. 716 del 06/05/2014, si chiede di confermare che per software di gestione si intenda quello presente nativamente sulle apparecchiature analitiche proposte per l’effettuazione delle determinazioni richieste.

**Si conferma.**

- y) Lotto 12 - CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA. Relativamente agli analiti obbligatori, nell’elenco rif. n. 42 e 43, Ig Kappa (urine) e Ig Lambda (urine), si chiede conferma che gli stessi sono da intendersi quali dosaggi di catene leggere libere k e lambda su urine.

La richiesta si intende per catene K e Lambda integrate nelle Ig. E' consentito comunque offrire anche catene K e Lambda free.

- z) Lotto 12 - CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA. Relativamente alla caratteristica a punteggio n. 4 "Funzione automatica di accensione e spegnimento senza intervento dell'operatore" si chiede di applicare il principio di equivalenza con la caratteristica che permette di mantenere lo strumento sempre in standby e di poter utilizzare lo stesso in un tempo massimo di 10 minuti.

Si conferma la modalità di assegnazione del punteggio prevista per la caratteristica indicata.

- aa) Lotto 12 - CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA. La scrivente fa notare che tra gli analiti obbligatori da offrire ben 48 su 91 hanno (in merito alle sedute settimanali) la dicitura "all'occorrenza". Si fa presente che la formulazione dell'offerta economica contempla, oltre ai reagenti, anche un certo numero di controlli e calibrazioni, funzione, questi ultimi, del numero di sedute settimanali. Il termine "all'occorrenza" certo non si presenta ad una formulazione (e, conseguentemente, ad una valutazione omogenea) delle offerte economiche proprio per la natura non specifica e discrezionale della dicitura. Si chiede, pertanto un criterio comune da adottare affinché le offerte tecniche ed economiche possano essere uniformemente ed oggettivamente valutabili..

Si riporta di seguito la scheda "tipologia dei test richiesti" del lotto 12, dove relativamente ai prodotti in cui precedentemente era presente la dicitura "all'occorrenza" o non era indicata alcuna frequenza, è precisato il n. di sedute settimanali.

**"Tipologia di test richiesti"**

Rif.	Descrizione	n. sedute sett.li	n. sedute sett.li	u.m.	fabb./anno
1	Albumina	7	7	det.	4.000
2	Amilasi	7	7	det.	3.000
3	<b>Ammonio</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>2</b>	<b>det.</b>	<b>300</b>
4	Acido urico	7	7	det.	9.000
5	Bilirubina totale	7	7	det.	9.000
6	Bilirubina diretta	7	7	det.	8.000
7	ALT	7	7	det.	9.000
8	AST	7	7	det.	9.000
9	CK	7	7	det.	8.000
10	<b>CK-MB</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>2</b>	<b>det.</b>	<b>3.000</b>
11	Calcio	7	7	det.	5.000
12	<b>Cloro</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>2</b>	<b>det.</b>	<b>4.000</b>
13	Colesterolo	5	5	det.	9.000
14	Colesterolo HDL	5	5	det.	9.000
15	Creatinina	7	7	det.	9.000
16	Colinesterasi	7	7	det.	8.000
17	Ferro	5	5	det.	9.000
18	<b>Fosfatasi acida</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>1</b>	<b>det.</b>	<b>1.000</b>
19	Fosfatasi alcalina	7	7	det.	8.000
20	<b>Fosforo</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>1</b>	<b>det.</b>	<b>3.000</b>
21	GGT	5	5	det.	8.000
22	Glucosio	7	7	det.	10.000
23	LDH	7	7	det.	5.000
24	<b>Lipasi</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>3</b>	<b>det.</b>	<b>4.000</b>
25	<b>Magnesio</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>2</b>	<b>det.</b>	<b>2.000</b>
26	Potassio	7	7	det.	9.000
27	Proteine totali	7	7	det.	9.000
28	<b>Proteine totali Urine/CSF</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>1</b>	<b>det.</b>	<b>2.000</b>
29	<b>Omocisteina</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>2</b>	<b>det.</b>	<b>2.000</b>
30	Sodio	7	7	det.	9.000
31	Trigliceridi	5	5	det.	9.000
32	Urea	7	7	det.	10.000
33	<b>Alfa 1 glicoproteina acida</b>	<b>all'occorrenza</b>	<b>1</b>	<b>det.</b>	<b>200</b>

34	C3	all'occorrenza	2	det.	400
35	C4	all'occorrenza	2	det.	400
36	Fattore reumatoide	3	3	det.	500
37	IgA	all'occorrenza	2	det.	400
38	IgG	all'occorrenza	2	det.	400
39	IgM	all'occorrenza	2	det.	400
40	Ig Kappa (siero)	all'occorrenza	2	det.	500
41	Ig Lamda (siero)	all'occorrenza	2	det.	500
42	Ig Kappa (urine)	all'occorrenza	2	det.	500
43	Ig Lamda (urine)	all'occorrenza	1	det.	500
44	Aptoglobina	all'occorrenza	1	det.	100
45	ASLO	3	3	det.	500
46	Proteina C reattiva (CRP)	3	3	det.	1.000
47	Trasferrina	all'occorrenza	2	det.	100
48	HbA1c	2	2	det.	2.000
49	AFP	all'occorrenza	2	det.	1.000
50	Anti-Tg	2	2	det.	2.000
51	Anti-TPO	2	2	det.	2.000
52	Ca 15-3	1	1	det.	500
53	Ca 19-9	1	1	det.	500
54	Ca 125	1	1	det.	500
55	CEA	1	1	det.	500
56	Cortisolo	1	1	det.	500
57	Estradiolo (E2)	1	1	det.	500
58	Ferritina	2	2	det.	1.000
59	Folati	all'occorrenza	1	det.	500
60	FSH	1	1	det.	500
61	FT3	3	3	det.	3.000
62	FT4	3	3	det.	3.000
63	B-HCG	all'occorrenza	2	det.	500
64	LH	1	1	det.	500
65	Mioglobina	all'occorrenza	2	det.	1.000
66	Prolattina (PRL)	all'occorrenza	2	det.	500
67	Progesterone	all'occorrenza	2	det.	500
68	PSA libero	2	2	det.	2.000
69	PSA tot	2	2	det.	2.000
70	PTH	all'occorrenza	1	det.	500
71	Testosterone	all'occorrenza	2	det.	500
72	Troponina	all'occorrenza	2	det.	1.000
73	BNP/pro BNP	all'occorrenza	1	det.	200
74	TSH	3	3	det.	2.000
75	Vit B12	all'occorrenza	1	det.	500
76	Insulina	all'occorrenza	1	det.	300
77					
78	IgE	all'occorrenza	2	det.	300
79	Vit. D	all'occorrenza	1	det.	200
80	Benzodiazepine	all'occorrenza	1	det.	100
81	Cannabinoidi	all'occorrenza	1	det.	100
82	Oppiacei	all'occorrenza	1	det.	100
83	Metadone	all'occorrenza	1	det.	100
84	Barbiturici	all'occorrenza	1	det.	100
85	Etanolo	all'occorrenza	1	det.	100
86	Anfetamine	all'occorrenza	1	det.	100
87	B2-microglobulina	all'occorrenza	1	det.	100
88	A2-macroglobuline	all'occorrenza	1	det.	100
89	Deas	all'occorrenza	1	det.	200
90	Zinco	all'occorrenza	1	det.	100
91	Rame	all'occorrenza	1	det.	100
92	C-Peptide auspicabili*		1	det.	300
93	Anti TSHr *		1	det.	100
94	Pro Grp *		1	det.	100
95	Cyfra 21-1 *		1	det.	100
96	Fosfatasi acida prostatica *		1	det.	100
97	PCA3 *		1	det.	100
98	SCC *		1	det.	100
99	Transglutaminasi *		1	det.	200
100	Calcitonina *		1	det.	100
101	Galectina 3 *		1	det.	100
102	B12 attiva *		1	det.	100
103	uNGAL *		1	det.	100
104	Tireoglobulina *		2	det.	300

104	Delta 4 androstenedione *		1	det.	100
105	17 OH progesterone *		1	det.	100
106	Cistatina C *		1	det.	100
107	SHBG *		1	det.	100

\* ai fini della determinazione del valore dell'offerta per il calcolo del punteggio economico non si terrà conto dell'importo relativo ai prodotti auspicabili (rif. n. 77 e dal n. 92 al n. 107)."

bb) Una delle caratteristiche minime indispensabili comuni a molti lotti è che i reagenti siano CE IVD in altri casi è richiesta la certificazione CE IVD per strumentazione e reagenti ed in alcuni casi tale richiesta non è riportata nell'Allegato A. Si chiede se devono essere allegate le copie delle certificazioni nei soli lotti ove espressamente richiesto oppure se è sufficiente una dichiarazione in tal senso.

**Posto che tutti i sistemi devono rispondere alle normative CE IVD (tranne che per il lotto n. 37 - vds. risposta lett. q)), si richiede la dimostrazione del possesso dei requisiti o mediante copia conforme delle certificazioni o mediante dichiarazione sostitutiva da allegare alla documentazione tecnica.**

cc) In riferimento alla gara in oggetto ... Nel modello di offerta economica relativo al lotto 1 l'importo dei lavori e quello degli oneri di sicurezza vengono sommati all'importo annuale, trattandosi di un importo una tantum, dovrebbero essere sommati invece all'importo quinquennale.

**Il quesito risulta poco chiaro in quanto non sono indicate le finalità per cui è richiesto.**

**Tuttavia, ricordato che tutte le schede offerte sono parametrizzate all'anno e che in ogni caso consentono di avere comunque tutti i dati a disposizione (per la comparazione, per il contratto e per la gestione dello stesso), si precisa quanto segue.**

**L'importo dei lavori e quello degli oneri di sicurezza saranno ovviamente sommati all'importo quinquennale delle altre voci di offerta, ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica.**

**L'importo dei lavori e gli oneri della sicurezza concorrono alla determinazione dell'importo complessivo del contratto, anche se gli stessi, seguendo la normativa dei lavori, avranno una contabilizzazione e una modalità di pagamento (SAL unico dopo il collaudo favorevole) diverse da quelle previste dalle forniture (somministrazione) e prestazioni correlate (noleggio) previste nel lotto.**

dd) In riferimento alla gara in oggetto .... Mentre è possibile indicare in un'apposita sezione l'importo relativo ai reagenti auspicabili, non è possibile indicare l'importo relativo ad eventuali calibratori e controlli e consumabili necessari per l'esecuzione dei test auspicabili.

**La scheda offerta è stata così formulata sul presupposto che l'incidenza degli altri consumabili (per usare la terminologia della scheda offerta) necessari per l'esecuzione dei test auspicabili fosse lieve e comunque tale da non comportare problemi di comparazione fra le offerte.**

**Si è altresì considerato che in alcuni casi i consumabili sono legati alla confezione del test.**

Tuttavia, al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, si richiede di inserire i soli consumabili necessari per l'esecuzione dei test auspicabili di seguito a questi ultimi.

Per agevolare quanto sopra, nelle schede offerta in cui sono richiesti prodotti auspicabili (lotti nn. 1, 2, 4, 8, 12 e 41) sono state aggiunte delle righe nella sezione A1 REAGENTI AUSPICABILI.

Data tale variazione al fine di avere offerte economiche comparabili (dato che gli auspicabili non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio per il prezzo), le ditte interessate ai lotti sopra indicati devono scaricare dal sito nuovamente il file dell'offerta e indicare tutto quanto necessario per l'esecuzione dei test auspicabili in coda agli stessi.

ee) Nella vs. lettera di chiarimenti prot. n. 716 del 06.05.2014 in risposta al quesito ff) relativamente al lotto 3 – ematologia, vengono aggiunti 4.500 test/anno di esami per reticolo citi. Si chiede, pertanto, con la presente, di adeguare la base d'asta del lotto in questione.

**Gli esami di reticolociti sono compresi nella base d'asta.**

ff) In relazione alla ns. richiesta di chiarimenti (*lett. bb) chiarimenti e modifiche al capitolato prot. n. 649 del 16.04.2014*) e alla vs. relativa risposta siamo cortesemente a chiedervi un ulteriore chiarimento: la "possibilità di inserimento nel sistema di alta automazione nella fase preanalitica" è quindi da intendersi come una predisposizione che l'eventuale sistema da voi richiesto nell'ambito del punto 4) deve poter offrire, previa rivalutazione tecnica, strumentale ed economica?.

**Si conferma tale interpretazione.**

gg) Lotto 23 – Genotipo HCV e HBV: così come è composto il lotto, identifica un'unica ditta (caratteristiche kit genotipizzazione HBV), pertanto si chiede la divisione del lotto in due sublotti aggiudicabili singolarmente al fine di permettere a più ditte la partecipazione alla gara.

**Si conferma la composizione del lotto come stabilita dal capitolato.**

hh) Lotto 31 – Diagnostica Molecolare di HPV, CT, NG: si chiede se viene richiesto un kit di screening dell'alto rischio per HPV ovvero un kit che esegua lo screening e la genotipizzazione dell'HPV ad alto rischio (identifica un'unica ditta).

**Si confermano le caratteristiche richieste.**

Errata corrige

**Si comunica la modifica della scheda offerta per i lotti aggiudicabili al prezzo più basso (lotti n. 46 – 184) relativamente al solo lotto 95 per consentire l'inserimento dei tre elementi che compongono il sistema diagnostico: reagente, provetta raccolta sangue e mitogeno. Le ditte interessate al lotto 95 devono scaricare dal sito nuovamente il file dell'offerta.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB