

AZIENDA OSPEDALIERA "DEI COLLI" — NAPOLI

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Avviso di consultazione preliminare di mercato, propedeutica all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per la fornitura di un'apparecchiatura femtolaser corneale da destinare alla UOSD Procedure Chirurgiche del Cheratocono dell'Ospedale Monaldi di questa Azienda

Si informa che l'Azienda Ospedaliera dei Colli intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura un'apparecchiatura femtolaser corneale da destinare alla UOSD Procedure Chirurgiche del Cheratocono dell'Ospedale Monaldi.

Lo scopo dell'acquisizione è quello di dotare l'Azienda di una tecnologia che permetta di eseguire, con gli standard massimi disponibili oggi, necessariamente tutte le seguenti procedure:

- cheratocono, formazione estremamente precisa dei tunnel corneali per l'inserimento di anelli intrastromali al fine di regolarizzare la lesione e migliorare la visione naturale e corretta conservando in toto la cornea del paziente
- cheratocono; asportazione estremamente precisa e selettiva di tessuto ectasico cheratoconico al fine di trapianti di cornea lamellari con sostituzione minima di tessuto da cadavere (cheratoplastica sostitutiva)
- cheratocono; asportazione estremamente precisa e selettiva di tessuto corneale sano da donatore al fine di trapianti di cornea lamellari con aggiunta di tessuto con funzioni tettoniche di blocco evolutivo (cheratoplastica addittiva)
- leucomi profondi, creazione di un lembo corneale spesso da poter sollevare, in modo da poter accedere a tessuto opaco corneale profondo ed asportarlo chirurgicamente conservando la parte sana della cornea del paziente

L'apparecchiatura dovrà essere dotata, necessariamente, delle caratteristiche aggiuntive di seguito specificate.

Materiale monouso:

- Fornitura del monouso chirurgico per un numero annuo stimato di 150 trattamenti per un totale di 750 nel quinquennio previsto

Accessori:

- Presenza di lampada a fessura integrata
- Videocamere con registrazione integrata
- Gruppo di continuità dedicato integrato o collegato
- Microscopio chirurgico ad elevata risoluzione
- Fornitura di n.3 sedute (struttura in metallo, con braccioli e ruote piroettanti/bloccanti) compatibili normativamente con l'ambiente operatorio
- Fornitura n.4 kit completi (ferri e contenitore autoclavabili) per chirurgia "smile" o tecnologia equivalente
- Sistema monitor/tv aggiuntivo (almeno 26") + pc portatile 17 pollici schermo full hd, collegati al femtolaser, necessari rispettivamente per la visualizzazione in diretta degli interventi e per la visualizzazione/registrazione (da parte del key-operator) a fini divulgativo/ scientifici degli stessi
- Sistema di stampa dedicato comprensivo di struttura di supporto
- Possibilità, laddove sia previsto, di collegamento diretto, con un unico lettino, con laser ad eccimeri preesistente, ZEISS MEL 80, o sistema alternativo di interfacciamento

- Possibilità di sostituire l'attuale intero sistema diagnostico in utilizzo definito "CRS-MASTER" (funzionante ma oramai ultradecennale) indispensabile per la diagnostica pre-operatoria oculare totale in generale e specificamente preliminare ai trattamenti laser customizzati, con un altro aggiornato, o tecnologia equivalente

Assistenza tecnica:

- Modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di tipo full-risk per l'intero periodo del contratto (5 anni).
- Presenza modalità garanzia "all inclusive" per l'intera durata del contratto (5 anni), di un Key-operator per ogni seduta prevista (12 annue)

Partnership scientifica:

- Indicazione di almeno un gruppo di medici con comprovata esperienza sullo strumento offerto che svolga azione di tutoria diretta intra-operatoria per un numero iniziale di almeno 6 sedute anche se non consecutive
- Indicazione di almeno 6 "stage" formativi extra-sede (con tutoria locale) da effettuare sia preliminarmente che durante l'attività clinica routinaria Indicazione di uno o più settori di applicazione clinica sui quali sussiste la vs. disponibilità a formali indagini clinico-osservazionali sulla base delle attività che verranno svolte
- Indicazione di un programma di diffusione (sia eventi sia pubblicazioni scientifiche anche internazionali, ecc.) dei risultati ottenuti dalle indagini di cui in oggetto al punto precedente che codesta ditta dovrà, in proprio, organizzare

Fornitura in opera:

- Dovranno essere incluse nell'informativa tutte le attività e i materiali tali da garantire la corretta installazione dell'apparecchiatura, compresa una piattaforma per la distribuzione uniforme e diffusa del peso al fine della stabilità del solaio da estendere necessariamente al laser ad eccimeri preesistente.

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) ed è volto — sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) — a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative al sistema sopra specificato.

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire un sistema rispondente al fabbisogno e agli strumenti individuati dall'A.O., ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata di tutta la documentazione ritenuta opportuna (relazioni, schede tecniche, certificazioni di conformità, esperienze d'uso, dati della letteratura scientifica, ecc.), in relazione alla scheda tecnica/requisiti del sistema che segue entro e non oltre il 08.08.2018, ore 14.00, all'indirizzo PEC, provveditorato.ospedalideicolli@pec.it.

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "Risposta a consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura di un'apparecchiatura femtolaser corneale".

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'A.O. nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione del sistema medicale oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata dall'A.O. ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 50/2016.

*** **

L'importo complessivo per la procedura, comprensivo del servizio di assistenza tecnica per 5 anni e di tutto il materiale di consumo per 5 anni, non dovrà superare l'importo di € 869.472,00 IVA esclusa.

Il Direttore ff UOC Provveditorato

Ing. Gianluca Giaconia
