



**A.O.R.N.**  
**“AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI”**  
Monaldi-Cotugno-CTO  
NAPOLI

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321  
mail: [provveditorato@ospedalemonaldi.it](mailto:provveditorato@ospedalemonaldi.it)

prot. n. **435** del **05.05.2011**

A tutte le  
**ditte interessate**

**Oggetto:** Procedura aperta di rilievo nazionale per l'affidamento della fornitura di biberon e tettarelle con utilizzo di pastorizzatore.

Alle seguenti richieste di chiarimenti formulate da due imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si forniscono i correlati riscontri:

- a) Triennio 2008 – 2010 ha eseguito le seguenti principali forniture di prodotti analoghi a quelli oggetto di gara a favore di Aziende sanitarie etc. – domanda l'importo della fornitura da superare deve intendersi complessivamente nel triennio oppure in un anno specifico.  
**L'importo della fornitura va intesa con riferimento al triennio 2008-2010.**
- b) Il plico dei documenti può essere consegnato anche a mano.  
**Si.**
- c) La dichiarazione all. 2 alla domanda possono essere completamente eliminate le parti che non riguardano lo stato delle società e degli amministratori.  
**Le parti della dichiarazione che non riguardano lo stato della società possono essere o barrate o eliminate.**
- d) I documenti di cui ai punti b7/b8/b9 essendo società che si presenta da sola non devono essere presentati.  
**I documenti di cui ai punti b7 e b8 del disciplinare di gara non devono essere presentati in caso di partecipazione di ditta non in ATI e non consorziata. Il documento di cui al punto b9 (procura speciale) va invece presentato in caso di presentazione dell'offerta firmata dal procuratore.**
- e) La campionatura non deve essere presentata.  
**La campionatura non è richiesta nella fase di presentazione delle offerte; è da ritenersi però in facoltà della Stazione appaltante**

**richiederla in un successivo momento al fine di verificare la conformità del prodotto offerto prima di procedere all'aggiudicazione. In tal caso la campionatura sarà espressamente richiesta.**

- f) Nell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto viene richiesta la manutenzione full risk, che cosa si intende per full risk?  
**Per full risk si intende la manutenzione comprensiva di qualsiasi elemento costituente l'attrezzatura, nessuna esclusa.**
- g) Per tempo di intervento inferiore o uguale alle 24 ore che cosa si intende? Verifica o risoluzione del problema? Vengono considerati i giorni festivi?  
**Le 24 ore indicate sono da intendersi lavorative. Entro tale termine il problema deve essere risolto.**
- h) Si richiede un sistema wireless, deve essere in tempo reale o alla fine del ciclo?  
**Alla fine del ciclo.**
- i) Per stampante che cosa si intende? Una stampante normale da computer in grado di stampare in A4 il ciclo di pastorizzazione o una stampante in grado di stampare etiche per la pastorizzazione? .  
**Entrambi i casi.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB