

Punti Qualità = 60

Soglia minima di ammissibilità = 31

CARATTERISTICHE di valutazione letti	Punteggi disponibili per macro categorie	Punteggi disponibili per micro categorie	Punti assegnati macro categorie	Punti assegnati micro categorie
Telaio	9			
Lunghezza totale del letto		2		
Larghezza massima del letto		2		
Carico normale di utilizzo >200 kg		2		
Massimo carico di rottura		3		
Piano del letto/Telaio	18			
Elevazione su leveraggi incolonnati		3		
Predisposizioni bilaterali per maniglie integrate a scomparsa per auto posizionamento paziente		4		
Posizione di discesa paziente		3		
Pannelli rimuovibili per facile pulizia		2		
Design con superfici lisce prive di interruzioni per la facile pulizia		1		
Almeno 4 punti d'inserzione aste porta flebo incorporate		1		
Indicatore di corretto posizionamento paziente		4		
Caratteristiche di emergenza	30			
Posizione shock		3		
Meccanismo di blocco testiera e pediera		3		
Luce di sicurezza e cortesia bicolore		3		
Indicatore altezza minima da terra		2		
Centralina per controllo visite manutentive		4		
Centralina per controllo utilizzo movimentazione del letto		4		
Angolo di Trendelenburg >16° con indicatore di gradi		2		
Angolo di Anti-Trend >16° con indicatore di gradi		2		
Ferma materassi perimetrali a morsetti regolabili		3		
Posizione Trendelenburg senza pericolo di inclinare aste porta flebo		4		
Conformità	3			
Conforme ai requisiti richiesti dalle norme CEI 60601-2-52: certificazione rilasciata da Ente certificatore e non autocertificazione		3		