

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA PER ARTROSCOPIA (CND Z1202110201), DEI RELATIVI ACCESSORI CHIRURGICI E DELLA RELATIVA SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO MONOUSO O MONOPAZIENTE PER IL FABBISOGNO DI ANNI 1, DA DESTINARE ALLA U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’OSPEDALE V. MONALDI.  
CIG 4852748654

## **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – ALL.B**

### **ART. 1 – PRESCRIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di una colonna artroscopia, dei relativi accessori chirurgici e della relativa somministrazione del materiale di consumo dedicato monouso o monopaziente per il fabbisogno di anni 1, da destinare alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale V. Monaldi dell’Azienda Ospedaliera Specialistica Dei Colli

La fornitura sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del d. lgs. n.163/2006, secondo i criteri, parametri e punteggi di cui in seguito.

L’importo a base di gara della fornitura è pari a € 180.000,00 (oltre IVA) di cui € 140.000,00 per la fornitura della colonna e dei relativi accessori ed € 40.000,00 per la somministrazione del materiale di consumo dedicato monouso o monopaziente per anni 1.

### **ART.2 – SPECIFICHE TECNICHE**

Le offerte dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime (a pena esclusione):

#### **Composizione della colonna**

- Modulo videoprocessore
- Modulo fonte di luce
- Monitor
- Modulo sistema motorizzato
- Modulo pompa artroscopia
- Modulo vaporizzatore
- Modulo archiviazione immagini
- Carrello medicale per l’alloggiamento dei moduli

<b>Caratteristiche funzionali</b>	
<b>Videoprocessore</b>	
Tipologia Camera	HD 3CCD
Full HD compatibile con HD 1080i e HD 720p	SI
Utilizzo di programmi reimpostati	SI
Regolazione di guadagno, luminosità, contrasto, ampiezza finestra.	SI
Autoshutter	SI
Uscite HD DVI-D	≥ 2
Uscite analogiche: video composito, Y/C, Component	SI
Software del sistema aggiornabile	SI
Testa telecamera sterilizzabile	SI
Doppio pulsante di comando, multifunzione programmabile	SI
Zoom digitale 1,5X	SI

<b>Fonte di luce</b>	
Tecnologia	Xenon 300W o LED di ultima generazione
Illuminazione di emergenza (solo per lampade Xenon)	SI
Visualizzazione durata residua lampada	SI
Durata minima garantita lampada (h)	≥ 500
Sistema anti-abbagliamento per la connessione	SI
Attivazione Stand-by remoto e automatico	SI
<b>Monitor medicale</b>	
Dimensioni monitor (pollici)	≥ 26
Risoluzione minima (pixel)	1920 x 1200
Formato 16/9	SI
Ingombro e peso ridotti	SI
Ingressi HD DVI-D, HD SDI, Y/C, RGB, VGA, video composito	SI
<b>Sistema motorizzato</b>	
Centralina polifunzionale con possibilità di utilizzo di manipoli shaver grandi articolazioni, manipoli shaver piccole articolazioni, manipoli sega per resezione grandi ossa, manipoli sega per resezione piccole ossa	SI
Doppio ingresso per utilizzo combinato di manipolo shaver e manipolo per resezione	SI
Pedale multifunzione programmabile	SI
<b>Pompa artroscopia</b>	
Pompa peristaltica a doppia puleggia per irrigazione (IN FLOW) e aspirazione (OUT FLOW)	SI
Range portata flusso (l/min)	0,25 - 3
Range pressione (mmHg)	0 – 200
Possibilità di preset per diverse tipologie di interventi	SI
Controllo remoto con telecomando sterilizzabile	SI
<b>Vaporizzatore</b>	
Sistema a radiofrequenza bipolare	SI
Funzioni di taglio e coagulazione	SI
Potenza massima modalità CUT (W)	≥ 400
Potenza massima modalità COAG (W)	≥ 90
<b>Sistema archiviazione immagini</b>	
Compatibilità DICOM	SI
Classi DICOM obbligatorie e abilitate	Store, Print, Worklist, Query retrieve
Risoluzioni di acquisizione	1280 x 720 1280 x 1024 1920 x 1080
Tipologie di ingressi video	DVI-D, Y/C, Component, S-Video, Video composito
Tipologie di uscite video	DVI-D, Y/C, Component, S-Video, Video composito
Capacità di storage (GB)	≥ 250
Display LCD integrato a colori	SI
Dimensione display LCD (pollici)	≥ 7
Possibilità di esportazione delle immagini in formato DICOM	SI
Possibilità di esportazione delle immagini in diversi formati video (DVD-MPEG2, MPEG3, MPEG4, formati compressi)	SI

Possibilità di esportazione su vari supporti (DVD, USB, CF) e su rete LAN	SI
<b>Carrello</b>	
Carrello medicale con almeno 5 ripiani regolabili e con trasformatore di isolamento	SI
Uscite video (HD e analogiche) dirette da carrello	SI
<b>Altro</b>	
Durata della garanzia (mesi)	≥ 24
Tempo di intervento (h solari)	≤ 24
Tempo di risoluzione guasto (h solari)	≤ 48
Sede di assistenza autorizzata più vicina	In Campania
Numero di visite programmate per manutenzione preventiva	≥ 2

A completamento della fornitura, le ditte dovranno offrire il seguente materiale:

- ottiche, da interfacciare al sistema videoprocessore:
  - o 3 ottiche 30° HD 4,0 mm, sterilizzabili, complete di cannula con doppio rubinetto rotante e otturatore smusso e lunghezza operativa di circa 140 mm, con ampio campo di visione;
  - o 1 ottica 70° HD 4,0 mm, sterilizzabili, complete di cannula con doppio rubinetto rotante e otturatore smusso e lunghezza operativa di circa 140 mm, con ampio campo di visione;
  - o 1 ottica 30° da 2,7 mm, sterilizzabili, complete di cannula con doppio rubinetto rotante e otturatore smusso e lunghezza operativa di circa 75 mm;
  - o 4 cavi a fibre ottiche, sterilizzabili, di lunghezza 3 m circa, morbidi con possibilità di torsione, con funzione di sicurezza per il riconoscimento della disconnessione del cavo;
- manipoli e seghe da interfacciare al sistema motorizzato:
  - o 2 manipoli shaver, di dimensione e peso contenuto, con possibilità di comando manuale, ergonomico, che monti lame da 2,5 mm a 5,5 mm per piccole e grandi articolazioni;
  - o 1 manipolo a pistola con comando a grilletto, compatibile con mandrino di Jacobs e terminale sparafili di Kirshner (*oltre la compatibilità, dovranno essere offerti anche il mandrino di Jacobs e il terminale sparafili di Kirshner*);
  - o 1 micro-sega sagittale (*è possibile offrire sia l'accessorio sega stand-alone che l'accessorio da montare sul manipolo a pistola*);
  - o 2 cavi di collegamento sterilizzabili;
  - o 1 pedale multifunzione;
- strumentario sterilizzabile:
  - o 1 palpatore 3,0 mm;
  - o 1 palpatore 5,0 mm;

- 1 basket 3,4 mm retto;
  - 1 basket 3,4 mm 15° up;
  - 1 micro-forbice;
  - 1 pinza da presa senza cremagliera 3,4 mm;
  - 1 pinza ad anelli;
  - 1 pinza per sutura retta con ago 4,0 mm;
  - 1 spinginodo;
  - 1 asta per cambio portali;
  - 1 taglia suture o spingi taglia-nodo;
- strumentario per tavolo operatorio
- 1 leg-holder per tavolo operatorio.

Materiale monouso o monopaziente (fabbisogno stimato di anni 1):

- 100 lame shaver artroscopico da 2,5 mm a 5,5 mm;
- 50 sonde vaporizzatore bipolare da 2,5 mm a 4,0 mm;
- 100 tubolature per pompa artroscopia irrigazione/aspirazione;
- 25 cannule monouso con e senza filettatura da 5,0 mm – 6,5 mm – 8,0 mm.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a corredo della colonna uno starter kit di materiale monouso in modo che gli operatori siano subito in grado di operare dopo il collaudo.

Le ditte fornitrici dovranno inoltre riportare i codici di tutti gli accessori e di tutti i materiali monouso disponibili, quindi anche quelli non facenti espressamente parte della fornitura in gara, con un listino prezzi riservato all'A.O. dei Colli, bloccato per anni 5 dalla data di collaudo della fornitura.

### **ART.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA**

#### **3.1 Tempi di consegna e installazione**

I tempi per la consegna e l'installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell'offerta e non dovranno essere comunque superiori a 30 giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine.

L'A.O. si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell'offerta o la data indicata nell'ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

La consegna e l'installazione dei prodotti deve avvenire per il tramite del magazzino generale dell'Azienda che registrerà copia del documento di trasporto.

Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale V. Monaldi dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, in Napoli, Via L. Bianchi, previo accordo con il Settore Ingegneria Clinica dell'A.O.

### 3.2 Accettazione e collaudi

La Committenza procederà al controllo del materiale fornito, al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel Capitolato e dichiarato nell'offerta. L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito positivo dei suddetti controlli. L'avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio sarà formalizzato mediante collaudo provvisorio, a cura di incaricati dell'A.O. Il collaudo definitivo, da effettuare con il Settore Ingegneria Clinica, avrà luogo entro e non oltre 10 giorni solari dalla data del collaudo provvisorio a titolo di prova previo parere favorevole espresso dal Responsabile del Reparto/Servizio acquirente.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.

Restano a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:

- il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni
- il trasferimento dei materiali a piè d'opera nel locale di installazione
- le spese per l'imballaggio ed il suo smaltimento
- l'installazione a regola d'arte, chiavi in mano
- l'esecuzione del collaudo tecnico delle apparecchiature fornite.

La consegna della merce non costituisce accettazione della stessa, per la quale si rinvia all'esito positivo del collaudo.

### 3.3 Documentazione dei prodotti forniti

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso e manuali di *service* dei prodotti per ciascuna unità funzionale. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

In particolare, la Società aggiudicataria si impegna a fornire, gratuitamente, quanto segue:

- manuali di servizio di tutti i componenti di ogni apparecchio offerto;
- manuali d'uso, manutenzione e informazione sui rischi specifici di ogni apparecchio, in lingua italiana;
- lista delle parti di ricambio (spareparts) ed una lista con i codici d'ordine per eventuali materiali di consumo;
- registro protocollo di manutenzione consigliato per interventi straordinari/ordinari e di emergenza;

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire al Settore Ingegneria Clinica l'elenco dettagliato (marca, modello, matricola, codice CND, ecc.) delle apparecchiature consegnate in formato elettronico.

### 3.4 Addestramento del personale

Ad installazione avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'addestramento del personale medico e tecnico dell'A.O. per il corretto utilizzo delle apparecchiature fornite, da concordarsi a seguito di esito positivo del collaudo con i responsabili delle strutture interessate.

### 3.5 Garanzia e manutenzione

Durante il periodo di garanzia, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full-risk).

Tale garanzia è estesa a qualunque sistema fornito a corredo delle apparecchiature.

Durante il periodo di garanzia, l'A. O. non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature necessarie all'erogazione dei servizi. Gli oneri per la manutenzione straordinaria e periodica programmata dovranno pertanto intendersi compresi nel prezzo di acquisto.

La ditta dovrà indicare dettagliatamente anche le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica secondo la formula del full-risk (comprensivo di tutte le parti di ricambio ed eventuali elementi a consumo) ed in particolare:

- il tempo di intervento garantito
- la sede del Centro di Assistenza competente e i relativi recapiti
- la sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui ci si impegna a risolvere il problema tecnico insorto
- la lista delle parti di ricambio con i codici d'ordine

### 3.6 Durata del fermo macchina e relative penali

Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità.

Si considera come orario di lavoro standard l'intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì salvo eventuali casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche.

La durata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in 10 giorni/anno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione programmata.

Per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell'arco di un anno saranno applicate penali pari, per ogni giorno solare eccedente, allo 0,5% del valore della fornitura.

### 3.7 Materiali di consumo

Dovrà essere indicato se l'apparecchiatura oggetto dell'offerta richiede per il suo normale funzionamento l'utilizzo di materiali di consumo e se questi sono di tipo dedicato o reperibili sul libero mercato. Nel caso di utilizzo di materiali di consumo dedicati dovrà essere allegato l'elenco e la descrizione tecnica dei materiali (confezionamento, durata, modalità di conservazione, ecc.) e il relativo listino prezzi, preferibilmente suddiviso per fasce di consumo con il relativo sconto medio ponderato (in offerta economica).

## ART.4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 D.lgs. 163/2006, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. La gara sarà aggiudicata a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, se ritenuto conveniente.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione – ove ciò sia ritenuto conveniente – senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta a favore dei concorrenti.

I parametri e criteri di valutazione dell'offerta sono qui di seguito specificati con i relativi punteggi:

### ELEMENTI DI VALUTAZIONE

#### 1) Qualità/caratteristiche tecniche: max punti 60, così suddivisi:

Rif.	Caratteristica	Punteggio
<b>Prova sul campo</b>		
1	Qualità delle immagini; valutazione complessiva dell'apparecchiatura; ergonomia, praticità e semplicità di utilizzo.	max 15 punti

	<i>NB. Le ditte offerenti devono rendere disponibile una colonna artroscopica rispondente alla configurazione offerta, secondo un calendario che verrà predisposto di concerto con il Settore Ingegneria Clinica aziendale.</i>	
<b>Caratteristiche operative</b>		
2	Verranno valutate le caratteristiche tecniche dei vari moduli componenti la colonna artroscopia, il sistema videoprocessore con le ottiche, il monitor, il sistema motorizzato con i suoi accessori, la pompa artroscopica, il vaporizzatore e il carrello	max 15 punti
<b>Caratteristiche degli accessori e dei materiali monouso</b>		
3	Verranno valutati tutti gli accessori non interfacciati con uno dei moduli della colonna e verrà valutata inoltre la qualità del materiale di consumo monouso	max 12 punti
<b>Caratteristiche software</b>		
4	Verranno valutate le caratteristiche del software di gestione delle immagini, la velocità di elaborazione, la capacità di memorizzazione e tutte le funzionalità annesse.	max 10 punti
<b>Assistenza tecnica e manutenzione</b>		
5	Verranno valutate le modalità di erogazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica. In particolare verrà dato risalto all'estensione del periodo di garanzia, alla riduzione dei tempi minimi di risoluzione guasto, alla formazione del personale e dei tecnici e alle modalità di comunicazione con la ditta fornitrice.	max 8 punti

In fase di Gara, l'Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di richiedere, oltre quella già prevista, la dimostrazione pratica dei prodotti e apparecchiature offerte, al fine di verificare e valutare le relative caratteristiche tecnico-funzionali.

Le offerte tecniche che non raggiungeranno il **punteggio minimo di 30 punti** sulla base del punteggio di qualità saranno **escluse** dalla valutazione finale (le relative offerte economiche non saranno prese in considerazione).

**2) Elementi economici max punti 40 (così suddivisi max punti 30 per la colonna e gli accessori e max punti 10 per il materiale di consumo monouso o monopaziente)**

All'offerta complessiva più bassa relativamente alla colonna artroscopia e agli accessori tra tutte quelle presentate, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, pari a punti 30 e, alle rimanenti offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_{econ1} = P_{max1} \frac{Pr_{min1}}{Pr_{off1}}$$

Dove:

$P_{econ1}$  = punteggio da ricavare per la colonna e gli accessori

$P_{max1}$  = punteggio massimo attribuibile alla colonna e agli accessori (30)

$Pr_{off1}$  = prezzo dell'offerta della colonna e degli accessori presa in considerazione

$Pr_{min1}$  = prezzo minore tra tutte le offerte della colonna e degli accessori

All'offerta complessiva più bassa relativamente al materiale di consumo monouso o monopaziente tra tutte quelle presentate, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, pari a punti 10 e, alle rimanenti offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_{econ2} = P_{max2} \frac{Pr_{min2}}{Pr_{off2}}$$

Dove:

$P_{econ2}$  = punteggio da ricavare per il materiale di consumo

$P_{max2}$  = punteggio massimo attribuibile al materiale di consumo (10)

$Pr_{off2}$  = prezzo dell'offerta del materiale di consumo presa in considerazione

$Pr_{min2}$  = prezzo minore tra tutte le offerte del materiale di consumo

Il punteggio complessivo che sarà attribuito a ciascun concorrente relativamente all'elemento economico è dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascun parametro in cui è suddivisa l'offerta economica:  $P_{econ\ c.vo} = P_{econ1} + P_{econ2}$ .

## ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà prestare in favore del Committente una cauzione definitiva pari al 10% del contratto (IVA esclusa) secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto al termine del periodo di garanzia, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

## ART. 7 – INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'A.O. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'esecuzione delle attività di consegna, installazione e collaudo rispetto ai termini massimi di cui al Capitolato Tecnico o indicati nell'offerta, l'A. O. applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo o per ogni mancanza e/o difformità nell'esatto adempimento degli interventi di manutenzione, non imputabile all'A.O. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate rispetto ai termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico o indicati nell'offerta, l'A. O. applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00= (duecento/00) al giorno, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

L'A.O. ha facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione e eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi:

- a seguito di numero due contestazioni di inadempimento per ritardo nelle consegne o consegna di prodotti non conformi a quelli aggiudicati in gara, inviate a mezzo raccomandata a.r., nel corso del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione della fornitura o parte di essa.

#### **ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

#### **ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell'ordinativo di acquisto.

La fattura potrà essere emessa dopo il collaudo favorevole per le apparecchiature e gli accessori e dopo ciascuna consegna a somministrazione del materiale di consumo.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'A.O.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O. (fax n. 081.7062315) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

#### **ART. 12 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA**

Qualora i prodotti in oggetto del presente capitolato risultassero affidati a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dalla Regione Campania tramite So.Re.Sa. S.p.A., prima della consegna del bene, il contratto stesso si intenderà risolto automaticamente senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Napoli.

#### **ART.14 – NORME COMUNI**

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.