PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA (36 MESI) ED I SUCCESSIVI 2 ANNI DI 3 SISTEMI DI LAMPADE SCIALITICHE FISSE (CND Z1201071) DA DESTINARE ALLE SALE OPERATORIE DEL COMPLESSO CHIRURGICO DELL'OSPEDALE CTO.
CIG **4782332934**

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## ART. 1 – PRESCRIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la relativa assistenza tecnica durante il periodo di garanzia (36 mesi) e per i successivi 2 anni di 3 sistemi di lampade scialitiche fisse da destinare alle sale operatorie del complesso chirurgico dell'Ospedale CTO dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.
Per sistemi di lampade scialitiche si intende un gruppo di 2 lampade, quella principale più la lampada satellite, ancorate al medesimo supporto di rotazione.

Ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006, la fornitura sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri, parametri e punteggi di cui in seguito.

L'importo a base di gara è pari a € 75.000,00 (oltre IVA).

## ART.2 – SPECIFICHE TECNICHE

Le apparecchiature offerte dovranno riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE e s. e.
Sarà inoltre necessaria l'evidenza di conformità alla norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5), alla normativa particolare CEN EN 60601-1-2-41 (CEI 62-118) ed altre norme di prodotto applicabili.

Le offerte dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime (a pena esclusione):

| **Caratteristiche** | |
|---|---|
| Lampade con tecnologia LED di ultima generazione | SI |
| Diametro massimo della lampada principale (cm)<br><br>*NB. Nel caso di lampade non circolari la dimensione è intesa come lunghezza dell'asse a maggiore ingombro* | ≤ 90 |
| Diametro massimo della lampada satellite (cm)<br><br>*NB. Nel caso di lampade non circolari la dimensione è intesa come lunghezza dell'asse a maggiore ingombro* | ≤ 70 |
| Illuminamento massimo $E_c$ a 1 m dalla testata - lampada principale (lux) | ≥ 130.000 |
| Illuminamento massimo $E_c$ a 1 m dalla testata - lampada satellite (lux) | ≥ 110.000 |
| Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa su lampada e satellite | SI |
| Funzione di retroilluminazione attenuata per interventi di chirurgia mini-invasiva, endoscopici o laparoscopici | SI |
| Temperatura di colore variabile<br><br>*NB. Sono accettati sia sistemi che prevedono la modifica della temperatura di colore da parte dell'operatore, sia sistemi nei quali sia possibile settare diverse temperature di colore in fabbrica previa richiesta* | SI |
| Durata stimata della vita utile delle lampade (h) | ≥ 30.000 |
| Indice della resa di colore (CRI) della lampada principale (Ra) | ≥ 95 |

| | |
|---|---|
| Indice della resa di colore (CRI) della lampada satellite (Ra) | ≥ 95 |
| Dimensione minima del campo illuminato della lampada principale (cm) | ≥ 20 |
| Dimensione massima del campo illuminato della lampada principale (cm) | ≥ 25 |
| Profondità di illuminazione della lampada principale (cm)<br><br>*NB. Per profondità di illuminazione si intende l'intervallo all'interno del quale il campo operatorio risulta sempre a fuoco senza modificare la posizione della lampada (L1+L2)* | ≥ 120 |
| Profondità di illuminazione della lampada satellite (cm)<br><br>*NB. Per profondità di illuminazione si intende l'intervallo all'interno del quale il campo operatorio risulta sempre a fuoco senza modificare la posizione della lampada (L1+L2)* | ≥ 110 |
| Corpo lampade sanificabile | SI |
| Manipoli smontabili e sterilizzabili in autoclave | SI |
| Corpo lampade compatibile con i sistemi a diffusione laminare di aria | SI |
| Predisposizione manipolo su lampada principale per telecamera HD | SI |
| Predisposizione per inserimento terzo braccio da supporto a monitor di dimensioni minime di 21" | SI |
| Sistemi di attenuazione delle ombre | SI |
| Sistema di alimentazione di emergenza | SI |
| | |
| **Altro** | |
| Disponibilità parti di ricambio per almeno 10 anni dalla data collaudo | SI |
| Durata della garanzia (mesi) | 36 |
| Tempo di intervento (h solari naturali e continuative) | ≤ 24 |
| Tempo risoluzione dei guasti (h solari naturali e continuative) | ≤ 48 |
| Sede di assistenza autorizzata più vicina | In Campania |
| Numero di visite programmate per manutenzione preventiva | ≥ 2 |

Sono a carico della ditta aggiudicatrice tutti i lavori necessari al corretto fissaggio delle lampade alla struttura muraria esistente nelle sale operatorie. A tal fine è fatto inoltre **obbligo** a tutte le ditte che intendono presentare un'offerta di effettuare un sopralluogo presso il complesso operatorio, concordando le modalità dello stesso con il Settore di Ingegneria Clinica (tel. 0817062220 cell. 3346014213) e con la U.O.C. Tecnico Manutentiva. A tal proposito si sottolinea che nessuna informazione potrà essere data in sede di sopralluogo dai referenti aziendali: qualunque chiarimento potrà essere posto al Responsabile Unico del Procedimento attraverso le modalità presenti nel Disciplinare di Gara.

Nell'offerta tecnica dovranno quindi essere dettagliate le soluzioni progettuali scelte a seguito del sopralluogo.

## ART.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

### 3.1 Tempi di consegna e installazione

I tempi per la consegna e l'installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell'offerta e non dovranno essere comunque superiori a 30 giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine.
L'Amministrazione si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.
I tempi indicati nell'offerta o la data indicata nell'ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

La consegna e l'installazione dei prodotti deve avvenire per il tramite del magazzino generale dell'Azienda che registrerà copia del documento di trasporto.
Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso il complesso operatorio dell'Ospedale C.T.O., prendendo accordi con il Settore Ingegneria Clinica dell'Azienda.

### 3.2 Accettazione e collaudi

La Committenza procederà al controllo del materiale fornito, al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel Capitolato e dichiarato nell'offerta. L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito positivo dei suddetti controlli. L'avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio sarà formalizzato mediante collaudo provvisorio, a cura di incaricati dell'Azienda Ospedaliera. Il collaudo definitivo, da effettuare con il Settore Ingegneria Clinica, avrà luogo entro e non oltre 10 giorni solari dalla data del collaudo provvisorio a titolo di prova previo parere favorevole espresso dal Responsabile del Reparto/Servizio acquirente.
In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.
Restano a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:
- il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni
- il trasferimento dei materiali a piè d'opera nel locale di installazione
- le spese per l'imballaggio ed il suo smaltimento
- lo smontaggio e lo smaltimento delle lampade scialitiche esistenti
- l'installazione a regola d'arte, chiavi in mano
- l'esecuzione del collaudo tecnico delle apparecchiature fornite.

La consegna della merce non costituisce accettazione della stessa, per la quale si rinvia all'esito positivo del collaudo.

### 3.3 Documentazione dei prodotti forniti

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso in lingua italiana e manuali di *service* dei prodotti per ciascuna unità funzionale.
In particolare, la Società aggiudicataria si impegna a fornire, gratuitamente, quanto segue:
- manuali di servizio di tutti i componenti di ogni apparecchio offerto;
- manuali d'uso, manutenzione e informazione sui rischi specifici di ogni apparecchio, in lingua italiana;
- lista delle parti di ricambio (spareparts) ed una lista con i codici d'ordine per eventuali materiali di consumo;
- registro protocollo di manutenzione consigliato per interventi straordinari/ordinari e di emergenza;

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire al Settore Ingegneria Clinica l'elenco dettagliato (marca, modello, matricola, codice CND, ecc.) delle apparecchiature consegnate in formato elettronico.

### 3.4 Addestramento del personale

Ad installazione avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'addestramento del personale medico e tecnico dell'Azienda Ospedaliera per il corretto utilizzo delle apparecchiature fornite, da concordarsi a seguito di esito positivo del collaudo con i responsabili delle strutture interessate.

### 3.5 Garanzia e manutenzione

Durante il periodo di garanzia, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full-risk).
Tale garanzia è estesa a qualunque sistema fornito a corredo delle apparecchiature.
In particolare per i LED la garanzia si intende estesa al periodo di vita delle lampade in ore dichiarato dalle ditte fornitrici, considerando un utilizzo di 18 ore/die (es. 60.000 ore di vita dichiarate per la durata media dei LED corrispondono a 60.000/18 = 3333 giorni di garanzia per i LED).

Durante il periodo di garanzia, l'Azienda Ospedaliera non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature necessarie all'erogazione dei servizi. Gli oneri per la manutenzione straordinaria e periodica programmata dovranno pertanto intendersi compresi nel prezzo di acquisto.
La ditta dovrà indicare dettagliatamente anche le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica secondo la formula del full-risk (comprensivo di tutte le parti di ricambio ed eventuali elementi a consumo) ed in particolare:

- il tempo di intervento garantito
- la sede del Centro di Assistenza competente e i relativi recapiti
- la sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui ci si impegna a risolvere il problema tecnico insorto
- la lista delle parti di ricambio con i codici d'ordine

### 3.6 Durata del fermo macchina e relative penali

Si definisce "tempo di fermo macchina" il periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto (nelle modalità indicate dalla ditta fornitrice) al giorno del ripristino completo della funzionalità (come attestato da foglio di lavoro adeguatamente compilato e controfirmato).
Qualora la durata del fermo macchina superasse la soglia indicata dalla ditta fornitrice nell'offerta tecnica saranno applicate penali pari allo 0,5%/die (eventualmente frazionate) del valore della fornitura.

### 3.7 Materiali di consumo

Dovrà essere indicato se l'apparecchiatura oggetto dell'offerta richiede per il suo normale funzionamento l'utilizzo di materiali di consumo e se questi sono di tipo dedicato o reperibili sul libero mercato. Nel caso di utilizzo di materiali di consumo dedicati dovrà essere allegato l'elenco e la descrizione tecnica dei materiali (confezionamento, durata, modalità di conservazione, ecc.) e il relativo listino prezzi, preferibilmente suddiviso per fasce di consumo con il relativo sconto medio ponderato (in offerta economica).

## ART.4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 D.lgs. 163/2006, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. La gara sarà aggiudicata a favore del candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, se ritenuto conveniente.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione – ove ciò sia ritenuto conveniente – senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta a favore dei concorrenti.

I parametri e criteri di valutazione dell'offerta sono di seguito specificati con i relativi punteggi.
Trattandosi di aggiudicazione a lotto unico, saranno automaticamente escluse dalla gare le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi.

In fase di Gara, l'Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di richiedere la dimostrazione pratica dei prodotti e apparecchiature offerte, al fine di verificare e valutare le relative caratteristiche tecnico-funzionali.

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

**1) Qualità/Progetto tecnico: max punti 60, così suddivisi:**

| Rif. | Caratteristica | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Diametro massimo della lampada principale (cm)<br>*NB. Nel caso di lampade non circolari la dimensione è intesa come lunghezza dell'asse di ingombro maggiore*<br>*Valore massimo = 90* | 3 (punteggio inv. proporzionale) |
| 2 | Diametro massimo della lampada satellite (cm)<br>*NB. Nel caso di lampade non circolari la dimensione è intesa come lunghezza dell'asse di ingombro maggiore*<br>*Valore massimo = 70* | 3 (punteggio inv. proporzionale) |
| 3 | Illuminamento massimo $E_c$ a 1 m dalla testata - lampada principale (lux)<br>*Valore minimo = 130.000* | 4 (punteggio dir. proporzionale) |
| 4 | Illuminamento massimo $E_c$ a 1 m dalla testata - lampada satellite (lux)<br>*Valore minimo = 110.000* | 3 (punteggio dir. proporzionale) |
| 5 | Variabilità della temperatura di colore<br>*NB. Saranno premiate soluzioni che permettono di scegliere tra più temperature di colore* | max 3 punti |
| 6 | Indice della resa di colore (CRI) della lampada principale (Ra)<br>*Valore minimo = 95* | 3 (punteggio dir. proporzionale) |
| 7 | Indice della resa di colore (CRI) della lampada satellite (Ra)<br>*Valore minimo = 95* | 2 (punteggio dir. proporzionale) |
| 8 | Dimensione minima del campo illuminato della lampada principale (cm)<br>*Valore minimo = 20* | 3 (punteggio dir. proporzionale) |
| 9 | Dimensione massima del campo illuminato della lampada principale (cm)<br>*Valore minimo = 25* | 2 (punteggio dir. proporzionale) |
| 10 | Profondità di illuminazione della lampada principale (cm)<br>*NB. Per profondità di illuminazione si intende l'intervallo all'interno del quale il campo operatorio risulta sempre a fuoco senza modificare la posizione delle lampada (L1+L2)*<br>*Valore minimo = 120* | 4 (punteggio dir. proporzionale) |
| 11 | Profondità di illuminazione della lampada satellite (cm)<br>*NB. Per profondità di illuminazione si intende l'intervallo all'interno del quale il campo operatorio risulta sempre a fuoco senza modificare la posizione delle lampada (L1+L2)*<br>*Valore minimo = 110* | 4 (punteggio dir. proporzionale) |
| 12 | Possibilità di variare la geometria del campo luminoso | 2 punti |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Sistemi di attenuazione delle ombre<br>*NB. Verranno premiati i sistemi più pratici ed efficaci* | max 4 punti |
| 14 | Ergonomicità, praticità e semplicità di utilizzo<br>*NB. Dettagliare nell'offerta le caratteristiche dei sistemi di movimento e di quelli frenanti, la posizione delle maniglie, il numero e la posizione dei punti di snodo, eventuali soluzioni proprietarie per un utilizzo più semplice e/o sicuro delle lampade* | max 6 punti |
| 15 | Consumo energetico<br>*NB. Dovrà essere indicato la somma dei consumi energetici massimi di entrambe le lampade*<br>*Valore massimo = massimo valore offerto* | 2 (punteggio inv. proporzionale) |
| 16 | Irraggiamento della lampada principale ($\frac{W}{m^2 \cdot lux}$)<br>*Valore massimo = massimo valore offerto* | 3 (punteggio inv. proporzionale) |
| 17 | Irraggiamento della lampada satellite ($\frac{W}{m^2 \cdot lux}$)<br>*Valore massimo = massimo valore offerto* | 2 (punteggio inv. proporzionale) |
| | | |
| **Assistenza tecnica e manutenzione** | | |
| 18 | Modalità di erogazione dell'assistenza tecnica | max 3 |
| 19 | Tempo di risoluzione guasto (h solari naturali e consecutive)<br>*Valore massimo = 48* | 4 (punteggio inv. proporzionale) |

Le caratteristiche a punteggio direttamente proporzionale saranno assegnate tramite la seguente formula:

$$P_{eff} = P_{max} \frac{V_{off} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$$

dove
$P_{eff}$ = punteggio effettivo ottenuto dalla ditta presa in considerazione
$P_{max}$ = punteggio massimo previsto per quella caratteristica
$V_{min}$ = Valore minimo indicato nella descrizione della caratteristica
$V_{max}$ = Valore massimo offerto in gara per quella caratteristica tra tutte le offerte
$V_{off}$ = Valore offerto in gara dalla ditta presa in considerazione

Le caratteristiche a punteggio inversamente proporzionale saranno assegnate tramite la seguente formula:

$$P_{eff} = P_{max} \frac{V_{max} - V_{off}}{V_{max} - V_{min}}$$

dove
$P_{eff}$ = punteggio effettivo ottenuto dalla ditta presa in considerazione
$P_{max}$ = punteggio massimo previsto per quella caratteristica
$V_{min}$ = Valore minimo offerto in gara per quella caratteristica tra tutte lo offerte
$V_{max}$ = Valore massimo indicato nella descrizione della caratteristica
$V_{off}$ = Valore offerto in gara dalla ditta presa in considerazione

Le offerte tecniche che non raggiungeranno il **punteggio minimo di 30 punti** sulla base del punteggio di qualità saranno **escluse** dalla valutazione finale (le relative offerte economiche non saranno prese in considerazione).

**2) Elementi economici max punti 40**

All'offerta complessiva (intesa come offerta economica per la fornitura, l'installazione e l'assistenza tecnica per i due anni successivi alla garanzia di 36 mesi) più bassa tra tutte quelle presentate, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, pari a punti 40 e, alle rimanenti offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_{econ} = P_{max} \frac{Pr_{min}}{Pr_{off}}$$

Dove:
$P_{econ}$ = punteggio da ricavare
$P_{max}$ = punteggio massimo attribuibile (40)
$Pr_{off}$ = prezzo dell'offerta presa in considerazione
$Pr_{min}$ = prezzo minore tra tutte le offerte

**ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno eseguiti a 90 gg. previa ricezione fattura. In sede di contratto le parti si riservano la facoltà di concordare un diverso saggio di interessi di quello stabilito dalla legge per ritardato pagamento.

**ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà prestare in favore del Committente una cauzione definitiva pari al 10% del contratto (IVA esclusa) secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto al termine del periodo di assistenza tecnica, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

**ART. 7 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione e eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi:

- a seguito di numero due contestazioni di inadempimento per ritardo nelle consegne o consegna di prodotti non conformi a quelli aggiudicati in gara, inviate a mezzo raccomandata a/r, nel corso del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione della fornitura o parte di essa.

**ART. 8 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'impresa relativamente alle prestazioni connesse alla fornitura dovrà osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Ciascun concorrente è obbligato a prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), predisposto dall'A.O. e facente parte della documentazione di gara.

Tale documento contiene le principali informazioni/prescrizioni che dovranno essere adottate dall'impresa aggiudicataria al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza al d. lgs. 81/2008 ed andrà a costituire, dopo la sottoscrizione delle parti, un allegato al contratto.

Non potrà essere iniziata alcuna prestazione del presente appalto se non a seguito dell'azione di cooperazione e coordinamento fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.O. e il Rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

Il DUVRI potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della A.O.

Tale documento potrà, inoltre, essere aggiornato, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative delle prestazioni connesse alla fornitura.

In generale l'Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutti gli apprestamenti occorrenti, per garantire, in ossequio al d. lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione dell'installazione e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l'A.O. da qualsiasi responsabilità.

In particolare l'impresa dovrà dotare il personale di appositi indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio e presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'A.O. la documentazione prevista dal d. lgs. 81/2008 entro 30 giorni dall'avvio dell'appalto.

L'A.O. ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrassero irregolarità imputabili alla ditta

**ART. 9 - QUINTO D'OBBLIGO**

Nel caso in cui si renda necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all'Azienda Sanitaria che di tale diritto intende avvalersi.

Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

**ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

**ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi proposti, limitatamente all'assistenza, potranno essere soggetti a revisione annuale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

La richiesta di revisione, al fine dell'attivazione del procedimento di cui sopra, costituisce preciso onere a carico del fornitore; la stessa dovrà recare un'analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori

produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

**ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell'ordinativo di acquisto.

Il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'A.O.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O. (fax n. 081.7062315) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

**ART. 13 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA**

Qualora i prodotti in oggetto del presente capitolato risultassero affidati a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dalla Regione Campania tramite So.Re.Sa. S.p.A., prima dell'ordinativo di fornitura, il contratto si intenderà risolto automaticamente senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere.

**ART. 14 - CONTROVERSIE**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Napoli.

**ART.15 – NORME COMUNI**

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.