

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **800** del **22.05.2012**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di dispositivi per dialisi. Chiarimenti a quesiti formulati da concorrenti interessati alla partecipazione.

Alla seguente richiesta di chiarimenti formulata da impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si fornisce il correlato riscontro:

- a) Con riferimento alla gara in oggetto pubblicata sulla G.U. CEE del 02.05.2012 e sul Vs. sito aziendale, Vi chiediamo cortesemente se, in merito al lotto 4 relativo ai filtri per emodialisi in alfapolisulfone sterilizzati a Raggi Gamma, è possibile proporre filtri in Polisulfone e/o Helixone sterilizzati a vapore?
Si, tale possibilità è ammessa.

FB


Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo

