

**VALUTAZIONE TECNICA OPERATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E
RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI**

Lotto n. 1 – sistema per ECMO adulto.

Maquet I. spa

A) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei sistemi proposti - max punti 50,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale <i>Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 10,00/n. di giorni max - 14.</i>	10,00	durata max 30 gg. durata oltre il min. stabilito 30 - 14 = 16gg	10,00
A2	Maneggevolezza (rapidità di assemblaggio e riempimento, facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	10,00	ottimo (coeff. 1,00)	10,00
A3	Presenza e caratteristiche di sensori integrati.	discrezionale	8,00	ottimo (coeff. 1,00)	8,00
A4	Sistema di prevenzione embolie gassose e cavitazione (tipo sistema di eliminazione in continuo di aria con software di gestione)	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A5	Sistema di registrazione dei parametri della procedura ECMO/VAD.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A6	Quantità e tipologia di sensori pressori ed ematochimici per il monitoraggio continuo sul circuito.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
A7	Trasportabilità delle macchine sia intraospedaliera e interospedaliera.	discrezionale	4,00	buono (coeff. 0,75)	3,00
A8	Certificazione UNI EN 1789	tabellare si/no	2,00	no	0,00
punteggio totale assegnato per A)					46,25

*Il punteggio di cui al rif. A1 viene attribuito dopo aver verificato la caratteristica del dispositivo proposto dall'altro concorrente.

B) Struttura organizzativa, attività di supporto specialistico, studi clinici e letteratura scientifica - max punti 10,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del	Punteggio attribuito
------	-------------------------	-------------------------	---------------	--	----------------------

				valore della stessa	
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	discrezionale	5,00	sufficiente (coeff. 0,50)	2,50
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso anche in nuove tecniche di impiego.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto.	discrezionale	2,00	ottimo (coeff. 1,00)	2,00
punteggio totale assegnato per B)					7,50

Tecnohealth srl.

A) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei sistemi proposti - max punti 50,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale <i>Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 10,00/n. di giorni max - 14.</i>	10,00	durata max 29 gg. durata oltre il min. stabilito 29 - 14 = 15gg $p = 15 * 10 / 16$	9,37
A2	Maneggevolezza (rapidità di assemblaggio e riempimento, facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	10,00	sufficiente (coeff. 0,50)	5,00
A3	Presenza e caratteristiche di sensori integrati.	discrezionale	8,00	sufficiente (coeff. 0,50)	4,00
A4	Sistema di prevenzione embolie gassose e cavitazione (tipo sistema di eliminazione in continuo di aria con software di	tabellare si/no	10,00	si	10,00

	gestione)				
A5	Sistema di registrazione dei parametri della procedura ECMO/VAD.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A6	Quantità e tipologia di sensori pressori ed ematochimici per il monitoraggio continuo sul circuito.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A7	Trasportabilità delle macchine sia intraospedaliera e interospedaliera.	discrezionale	4,00	buono (coeff. 0,75)	3,00
A8	Certificazione UNI EN 1789	tabellare si/no	2,00	no	0,00
punteggio totale assegnato per A)					35,87

*Il punteggio di cui al rif. A1 viene attribuito dopo aver verificato la caratteristica del dispositivo proposto dall'altro concorrente.

B) Struttura organizzativa, attività di supporto specialistico, studi clinici e letteratura scientifica - max punti 10,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso anche in nuove tecniche di impiego.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto.	discrezionale	2,00	buono (coeff. 0,75)	1,50
punteggio totale assegnato per B)					9,50

pos.	concorrente	punteggio tecnico attribuito	punteggio tecnico riparametrato
1	Maquet I. spa	53,75	60,00
2	Tecnohealth srl	45,37	50,64

lotto n. 2 - sistema per ECMO piccolo adulto-pediatico.

Maquet I. spa

Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei sistemi proposti - max punti 50,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale <i>Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 10,00/n. di giorni max - 14.</i>	10,00	durata max 30 gg. durata oltre il min. stabilito 30 - 14 = 16gg	10,00
A2	Maneggevolezza (rapidità di assemblaggio e riempimento, facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	10,00	ottimo (coeff. 1,00)	10,00
A3	Presenza e caratteristiche di sensori integrati.	discrezionale	8,00	ottimo (coeff. 1,00)	8,00
A4	Sistema di prevenzione embolie gassose e cavitazione (tipo sistema di eliminazione in continuo di aria con software di gestione)	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A5	Sistema di registrazione dei parametri della procedura ECMO/VAD.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A6	Quantità e tipologia di sensori pressori ed ematochimici per il monitoraggio continuo sul circuito.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
A7	Trasportabilità delle macchine sia intraospedaliera e interospedaliera.	discrezionale	4,00	buono (coeff. 0,75)	3,00
A8	Certificazione UNI EN 1789	tabellare si/no	2,00	no	0,00
punteggio totale assegnato per A)					46,25

*Il punteggio di cui al rif. A1 viene attribuito dopo aver verificato la caratteristica del dispositivo proposto dall'altro concorrente.

B) Struttura organizzativa, attività di supporto specialistico, studi clinici e letteratura scientifica - max punti 10,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	discrezionale	5,00	sufficiente (coeff. 0,50)	2,50
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso anche in nuove tecniche di impiego.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto.	discrezionale	2,00	ottimo (coeff. 1,00)	2,00
punteggio totale assegnato per B)					7,50

Tecnohealth srl.

A) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei sistemi proposti - max punti 50,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale <i>Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 10,00/n. di giorni max - 14.</i>	10,00	durata max 29 gg. durata oltre il min. stabilito 29 - 14 = 15gg $p = 15 * 10 / 16$	9,37
A2	Maneggevolezza (rapidità di assemblaggio e riempimento, facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	10,00	sufficiente (coeff. 0,50)	5,00
A3	Presenza e caratteristiche di sensori integrati.	discrezionale	8,00	sufficiente (coeff. 0,50)	4,00
A4	Sistema di prevenzione embolie gassose e cavitazione (tipo	tabellare si/no	10,00	si	10,00

	sistema di eliminazione in continuo di aria con software di gestione)				
A5	Sistema di registrazione dei parametri della procedura ECMO/VAD.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A6	Quantità e tipologia di sensori pressori ed ematochimici per il monitoraggio continuo sul circuito.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A7	Trasportabilità delle macchine sia intraospedaliera e interospedaliera.	discrezionale	4,00	buono (coeff. 0,75)	3,00
A8	Certificazione UNI EN 1789	tabellare si/no	2,00	no	0,00
punteggio totale assegnato per A)					35,87

*Il punteggio di cui al rif. A1 viene attribuito dopo aver verificato la caratteristica del dispositivo proposto dall'altro concorrente.

B) Struttura organizzativa, attività di supporto specialistico, studi clinici e letteratura scientifica - max punti 10,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso anche in nuove tecniche di impiego.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto.	discrezionale	2,00	buono (coeff. 0,75)	1,50
punteggio totale assegnato per B)					9,50

pos.	concorrente	punteggio tecnico attribuito	punteggio tecnico riparametrato
1	Maquet I. spa	53,75	60,00
2	Tecnohealth srl	45,37	50,64

lotto n. 3 - sistema per ECMO neonatale-infant.

Tecnohealth srl

A) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei sistemi proposti - max punti 50,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale <i>Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 10,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 10,00/n. di giorni max - 14.</i>	10,00	durata max 29 gg. durata oltre il min. stabilito 29 - 14 =15gg	10,00
A2	Maneggevolezza (rapidità di assemblaggio e riempimento, facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	10,00	sufficiente (coeff. 0,50)	5,00
A3	Presenza e caratteristiche di sensori integrati.	discrezionale	8,00	sufficiente (coeff. 0,50)	4,00
A4	Sistema di prevenzione embolie gassose e cavitazione (tipo sistema di eliminazione in continuo di aria con software di gestione)	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A5	Sistema di registrazione dei parametri della procedura ECMO/VAD.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A6	Quantità e tipologia di sensori pressori ed ematochimici per il monitoraggio continuo sul circuito.	discrezionale	3,00	buono (coeff. 0,75)	2,25
A7	Trasportabilità delle macchine sia intraospedaliera e interospedaliera.	discrezionale	4,00	buono (coeff. 0,75)	3,00
A8	Certificazione UNI EN 1789	tabellare si/no	2,00	no	0,00
punteggio totale assegnato per A)					36,50

B) Struttura organizzativa, attività di supporto specialistico, studi clinici e letteratura scientifica - max punti 10,00:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso anche in nuove tecniche di impiego.	discrezionale	3,00	ottimo (coeff. 1,00)	3,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto.	discrezionale	2,00	buono (coeff. 0,75)	1,50
punteggio totale assegnato per B)					9,50

pos.	concorrente	punteggio tecnico attribuito	punteggio tecnico riparametrato
1	Tecnohealth srl	46,00	60,00

lotto 5 – cannula bicavale a doppio lume per ECMO venovenoso neonatali pediatriche e adulti

Maquet Italia spa

A) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei dispositivi proposti - max punti 60,00, così ripartiti:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 15,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 15,00/n. di giorni max - 14.	15,00	30 gg $(30-14)*15/(30-14) = 15$	15,00

A2	Maneggevolezza (facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	15,00	ottimo (coeff. 1,00)	15,00
A3	Presenza di marker di profondità.	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A4	Gamma di misure.	discrezionale	10,00	ottimo (coeff. 1,00)	10,00
A5	Biocompatibilità dei materiali.	tabellare si/no	5,00	si	5,00
A6	Multi stage.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
totale punteggio assegnato					60,00

pos.	concorrente	punteggio tecnico attribuito	punteggio tecnico riparametrato
1	Maquet I. spa	60,00	60,00

lotto n. 6 - cannule arteriose armate percutanea per ECMO certificate per utilizzo prolungato.

Maquet Italia spa

A) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei dispositivi proposti - max punti 60,00, così ripartiti:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 15,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 15,00/n. di giorni max - 14.	15,00	30 gg $(30-14)*15/(30-14) = 15$	15,00
A2	Maneggevolezza (facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	15,00	ottimo (coeff. 1,00)	15,00
A3	Presenza di marker di profondità.	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A4	Gamma di misure.	discrezionale	10,00	ottimo (coeff. 1,00)	10,00
A5	Biocompatibilità dei materiali.	tabellare si/no	5,00	si	5,00
A6	Multi stage.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
totale punteggio assegnato					60,00

Tecnohealth srl

Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei dispositivi proposti - max punti 60,00, così ripartiti:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 15,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 15,00/n. di giorni max - 14.	15,00	29 gg $(29-14)*15/(30-14) = 15$	14,06
A2	Maneggevolezza (facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione).	discrezionale	15,00	non pienamente sufficiente (coeff. 0,25)	3,75
A3	Presenza di marker di profondità.	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A4	Gamma di misure.	discrezionale	10,00	buono (coeff. 0,75)	7,50
A5	Biocompatibilità dei materiali.	tabellare si/no	5,00	si	5,00
A6	Multi stage.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
totale punteggio assegnato					45,31

pos.	concorrente	punteggio tecnico attribuito	punteggio tecnico riparametrato
1	Maquet I. spa	60,00	60,00
2	Tecnohealth srl	45,31	45,31

lotto n. 7 - cannule venose armate percutanee per ECMO certificate per utilizzo prolungato. Misure varie pazienti pediatrici e adulti.

Maquet I. spa

B) Caratteristiche tecniche e clinico/funzionali dei dispositivi proposti - max punti 60,00, così ripartiti:

Rif.	Elementi di valutazione	Modalità di valutazione	PUNTEGGIO max	Giudizio di merito/verifica della caratteristica o del valore della stessa	Punteggio attribuito
A1	Durata della permanenza certificata del dispositivo oltre il minimo stabilito (14 gg).	tabellare proporzionale Alla maggiore durata oltre il min. stabilito espressa in giorni saranno assegnati 15,00 punti, agli altri secondo la seguente formula: punteggio = (n. di giorni in esame - 14) x 15,00/n. di giorni max - 14.	15,00	30 gg $(30-14)*15/(30-14) = 15$	15,00
A2	Maneggevolezza (facilità d'uso)	discrezionale	15,00	ottimo	15,00

	rispetto alla tecnica di preparazione).			(coeff. 1,00)	
A3	Presenza di marker di profondità.	tabellare si/no	10,00	si	10,00
A4	Gamma di misure.	discrezionale	10,00	ottimo (coeff. 1,00)	10,00
A5	Biocompatibilità dei materiali.	tabellare si/no	5,00	si	5,00
A6	Multi stage.	discrezionale	5,00	ottimo (coeff. 1,00)	5,00
totale punteggio assegnato					60,00

Tecnohealth srl

La Commissione, a seguito dell'esame della documentazione tecnica della Tecnohealth srl, verificato che il dispositivo offerto non possiede una delle caratteristiche minime fissate dal capitolato speciale d'appalto e segnatamente la lunghezza richiesta, ne decreta l'esclusione per inadeguatezza all'utilizzo.

pos.	concorrente	punteggio tecnico attribuito	punteggio tecnico riparametrato
1	Maquet I. spa	60,00	60,00

OFFERTE ECONOMICHE

lotto 1 – sistema per ECMO adulto

concorrente	importo offerto	punteggio attribuito per l'offerta economica
Maquet I. spa	€ 884.800,00	32,32
Tecnohealth srl	€ 715.000,00	40,00

lotto 2 – sistema per ECMO piccolo adulto-pediatrico

concorrente	importo offerto	punteggio attribuito per l'offerta economica
Maquet I. spa	€ 267.400,00	31,48
Tecnohealth srl	€ 210.500,00	40,00

lotto 3 – sistema per ECMO neonatale-infant

concorrente	importo offerto	punteggio attribuito per l'offerta economica
Tecnohealth srl	€ 210.500,00	40,00

lotto 5 - cannula bicavale a doppio lume per ECMO venovenoso neonatali pediatriche e adulti

concorrente	importo offerto	punteggio attribuito per l'offerta economica
Maquet I. spa	€ 157.425,00	40,00

lotto 6 - Cannule arteriose armate percutanea per ECMO certificate per utilizzo prolungato. Misure varie pazienti pediatriche adulti

concorrente	importo offerto	punteggio attribuito per l'offerta economica
Maquet I. spa	€ 96.075,00	39,34
Tecnohealth srl	€ 94.500,00	40,00

lotto 7 - Cannule venosa armata percutanea per ECMO certificate per utilizzo prolungato. Misure varie pazienti pediatriche e adulti

concorrente	importo offerto	punteggio attribuito per l'offerta economica
Maquet I. spa	€ 113.575,00	40,00

GRADUATORIA DI GARA

lotto 1 – sistema per ECMO adulto

pos.	ditta	p. qualità	p. economico	p. complessivo
1°	Maquet I. spa	60,00	32,32	92,32
2°	Tecnohealth srl	50,64	40,00	90,64

lotto 2 – sistema per ECMO piccolo adulto-pediatrico

pos.	ditta	p. qualità	p. economico	p. complessivo
1°	Maquet I. spa	60,00	31,48	91,48
2°	Tecnohealth srl	50,64	40,00	90,64

lotto 3 – sistema per ECMO neonatale-infant

pos.	ditta	p. qualità	p. economico	p. complessivo
1°	Tecnohealth srl	60,00	40,00	100,00

lotto 5 - cannula bicavale a doppio lume per ECMO venovenoso neonatali pediatriche e adulti

pos.	ditta	p. qualità	p. economico	p. complessivo
1°	Maquet I. spa	60,00	40,00	100,00

**lotto 6 - Cannule arteriose armate percutanea per ECMO certificate per utilizzo prolungato.
Misure varie pazienti pediatrici adulti**

pos.	ditta	p. qualità	p. economico	p. complessivo
1°	Maquet I. spa	60,00	39,34	99,34
2°	Tecnohealth srl	45,31	40,00	85,31

**lotto 7 - Cannule venosa armata percutanea per ECMO certificate per utilizzo prolungato.
Misure varie pazienti pediatrici e adulti**

pos.	ditta	p. qualità	p. economico	p. complessivo
1°	Maquet I. spa	60,00	40,00	100,00

PROSPETTI DI AGGIUDICAZIONE

Maquet Italia spa

lotto 1 – sistema per ECMO adulto

descrizione prodotto	nome commerciale	codice	RDM	quantità	prezzo unitario/canone noleggio trimestrale	prezzo c.vo
kit assistenza cardiocircolatoria e polmonare	HLS set Advanced	BE HLS 7050	346395	100	€ 7.000,00	€ 700.000,00
n. 4 apparecchiature per ECMO adulto	Cardiohelp System	7010480 12	346913	4	€ 9.240,00	€ 184.800,00
totale						€ 884.800,00

lotto 2 – sistema per ECMO piccolo adulto-pediatrico

descrizione prodotto	nome commerciale	codice	RDM	quantità	prezzo unitario/canone noleggio trimestrale	prezzo c.vo
kit assistenza cardiocircolatoria e polmonare	HLS set Advanced small adult	BE HLS 5050	396873	25	€ 7.000,00	€ 175.000,00
n. 2 apparecchiature per ECMO piccolo adulto-pediatrico	Cardiohelp System	7010480 12	346913	2	€ 4.620,00	€ 92.400,00
totale						€ 267.400,00

lotto 5 – cannula bicavale a doppio lume per ECMO venovenoso. Mis. neonatali, pediatriche ed adulti

descrizione prodotto	nome commerciale	codice	RDM	quantità	prezzo unitario	prezzo c.vo
cannula bicavale a doppio lume per ECMO venovenoso neonatale, pediatrica, adulto.	cannula bicavale a doppio lume Avalon Elite	da 1003 a 10031	235517	75	€ 2.099,00	€ 157.425,00
kit di introduzione percutaneo	set introduttore percutaneo	PIK dilator set S/L	920279			
kit di introduzione percutaneo arterioso	set introduttore percutaneo arterioso	PIK 100	234487			
kit di introduzione percutaneo venoso	set introduttore percutaneo venoso	PIK150	236908			

lotto 6 - cannula arteriosa armata percutanea per ECMO certificata per uso prolungato. Misure varie per pazienti pediatriche ed adulti.

descrizione prodotto	nome commerciale	codice	RDM	quantità	prezzo unitario	prezzo c.vo
cannula arteriosa armata percutanea per ECMO certificata per utilizzo prolungato. Mis. varie. Paziente adulto e pediatrico.	cannula arteriosa HLS trattata bioline	corte: da BE-PAS 1315 a BE-PAS2315 lunghe: da BE-PAL 1523 a BE-PAL 2323	226905	175	€ 549,00	€ 96.075,00
kit di introduzione percutaneo arterioso	set introduttore percutaneo arterioso	PIK 100	234487			
kit di introduzione percutaneo venoso	set introduttore percutaneo venoso	PIK150	236908			

lotto 7 - cannula venosa armata percutanea per ECMO certificata per utilizzo prolungato. Misure varie per pazienti pediatriche ed adulti.

descrizione prodotto	nome commerciale	codice	RDM	quantità	prezzo unitario	prezzo c.vo
cannula venosa armata percutanea per ECMO certificata per utilizzo prolungato. Mis. varie. Paziente adulto e pediatrico.	cannula venosa HLS trattata bioline	corte: da BE-PVS 1938 a BE-PVS2538 lunghe: da BE-PVL	226906	175	€ 649,00	€ 113.575,00

		2155 a BE-PVL 2955				
kit di introduzione percutaneo arterioso	set introduttore percutaneo arterioso	PIK 100	234487			
kit di introduzione percutaneo venoso	set introduttore percutaneo venoso	PIK150	236908			

Tecnohealth srl

lotto 3 – sistema per ECMO neonatale-infant

descrizione prodotto	nome commerciale	codice	RDM	quantità	prezzo unitario/cassa none noleggio trimestrale	prezzo c.vo
circuito completo di membrana per supporto polmonare extracorporeo	kit iLA active MiniLung petite	NL 8800108	1209551	25	€ 6.020,00	€ 150.500,00
n. 2 apparecchiature per ECMO neonatale-infant	Medos Deltastream MDC + pompa	ME MDC001 ME DP03 0001	439439 439395	2	€ 3.000,00	€ 60.000,00
totale						€ 210.500,00