

rif.	Cod. int	descrizione prodotto	q.tà c.va Monaldi	q.tà c.va Cotugno	q.tà c.va CTO	quantità c.va	importo stimato
1	99060	Strisce per la detrmiazione della glicemia. Le strisce per la determinazione estemporanea della glicemia devono fornire con rapidità e precisione i valori della glicemia su sangue intero e/o capillare venoso, essere fornite di un sistema no coding (non necessità di immettere e/o modificare il codice delle strisce ad ogni lotto di fornitura), avere un ampio range di detrmiazione tra valori di ipoglicemica (es. 20 mg/dl) e valori elevati (es. oltre 500 mg/dl).	450.000	94.500	240.000	784.500	
2	99061	Apparecchio per la determinazione della glicemia. L'apparecchi per la detrmiazione della glicemia deve essere compatibile con le strisce, avere un meccanismo di espulsione della striscia dopo l'esecuzione del test al fine di evitare all'operatore di maneggiare la striscia reattiva nè prima nè dopo la determinazione, inoltre deve avere caratteristiche tali che in alcun modo possa avvenire il contatto tra il dito del paziente e lo strumento di determinazione, inoltre deve avere la possibilità di utilizzo delle strisce della glucosio-ossidasi.	300	30	60	390	€ 180.435,00
3	121554	Ago pungidito monouso. L'ago pungidito deve essere monouso sterile, avere un sistema che eviti la possibilità di puntura accidentale da parte dell'operatore, che riduca al minimo il dolore da parte del paziente all'atto della puntura, che non necessiti di penne pungidito.	450.000	94.500	240.000	784.500	