



A.O.R.N.
“AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI”

Monaldi-Cotugno-CTO

NAPOLI

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Avviso di consultazione preliminare di mercato, propedeutica all'espletamento una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'acquisizione di filtri per la protezione cerebrale in corso di TAVI.

S'informa che l'Azienda Ospedaliera dei Colli (A.O.) intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione di filtri per la protezione cerebrale in corso di TAVI.

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) ed è volto – sulla base delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative al dispositivo sopra specificato.

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire un dispositivo rispondente al fabbisogno individuato dall'A.O., ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata di tutta la documentazione ritenuta opportuna (relazioni, schede tecniche, certificazioni di conformità, esperienze d'uso, dati della letteratura scientifica, ecc.), in relazione alla scheda tecnica/requisiti del dispositivo che segue entro e non oltre il **23.01.2019, ore 14.00**, all'indirizzo PEC, provveditorato.ospedalideicolli@pec.it.

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Risposta a consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento della fornitura di filtri per la protezione cerebrale in corso di TAVI ”.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'A.O. nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione del dispositivo medico oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata dall'A.O. ai sensi del richiamato d. lgs. n. 50/2016.

*** **

Scheda Tecnica/Requisiti del dispositivo.

1. Fabbisogno

Il fabbisogno è destinato a soddisfare le esigenze dell'U.O.C. di Emodinamica e dell'U.O.C. di Cardiochirurgia ed è di circa 120 dispositivi all'anno.

2. Strumenti, soluzioni tecniche individuate e finalità

Il dispositivo deve consentire di ridurre drasticamente l'incidenza di ictus cerebrale connesso alla procedura TAVI, con un significativo miglioramento degli eventi avversi gravi neurologici che possono verificarsi durante l'impianto valvolare aortico percutaneo.

Il dispositivo deve essere costituito da un doppio filtro di protezione, posizionabile in arteria brachiocefalica per quello prossimale e, in carotide comune di sinistra, quello distale.

Nessun ingombro al dispositivo TAVI, per cui nessun rischio di essere dislocato o di inficiare la procedura per il posizionamento percutaneo della valvola aortica.

3. Durata della fornitura

12 mesi.

4. Costi attesi

Costi non superiori ad € 340.800,00, IVA esclusa.

Per informazioni 0817062563 o provveditorato@ospedaldeicolli.it.

Napoli, 07.01.2019

U.O.C. Servizio Provveditorato
Il Direttore
Avv. Lara Natale

FB

