



A.O.R.N.
"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"

Monaldi-Cotugno-CTO

NAPOLI

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Avviso di consultazione preliminare di mercato, propedeutica all'espletamento una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'acquisizione di un sistema per il trattamento di placche calcifiche delle pareti vasali.

S'informa che l'Azienda Ospedaliera dei Colli (A.O.) intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione di un sistema per il trattamento di placche calcifiche delle pareti vasali.

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) ed è volto – sulla base delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative al sistema sopra specificato.

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire un sistema rispondente al fabbisogno individuato dall'A.O., ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata di tutta la documentazione ritenuta opportuna (relazioni, schede tecniche, certificazioni di conformità, esperienze d'uso, dati della letteratura scientifica, ecc.), in relazione alla scheda tecnica/requisiti del dispositivo che segue entro e non oltre il **14.03.2019, ore 14.00**, all'indirizzo PEC, provveditorato.ospedalideicolli@pec.it.

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "Risposta a consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento della fornitura di un sistema per il trattamento di placche calcifiche delle pareti vasali".

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'A.O. nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione del sistema medico oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata dall'A.O. ai sensi del richiamato d. lgs. n. 50/2016.

*** **

Scheda Tecnica/Requisiti del dispositivo.

1. Fabbisogno

Il fabbisogno è destinato a soddisfare l'esigenza dell'U.O.C. di Cardiologia Interventistica ed è costituito da un'apparecchiatura stanziale (generatore) e di circa 30 dispositivi all'anno per l'esecuzione della procedura.

2. Strumenti, soluzioni tecniche individuate e finalità

Il sistema deve consentire la rivascolarizzazione di lesioni calcifiche non altrimenti trattabili con altri sistemi, permettere al vaso di recuperare l'elasticità perduta dopo la formazione del calcio, per lo più senza danneggiare in alcun modo le pareti vasali. Lo stesso deve avere l'indicazione per il trattamento di placche calcifiche concentriche non trattabili con altri devices in commercio.

3. Durata della fornitura

12 mesi.

4. Costi attesi

Costi non superiori ad € 90.000,00, IVA esclusa.

Per informazioni 0817062563 o provveditorato@ospedalideicolli.it.

Napoli, 25.02.2019

U.O.C. Servizio Provveditorato
Il Direttore

Avv. Lara Natale

FB

