

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le
imprese interessate

prot. n. **200** del **11.02.2014**

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura, della durata di 36 mesi, di aghi, siringhe, apparati tubolari, sistemi di infusione anche con noleggio di pompe volumetriche e di iniettori per mezzi di contrasto, dispositivi di drenaggio e raccolta, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, sacche, dispositivi per sistema artero-venoso, nonché altri dispositivi di uso comune, della durata di 24 mesi, di dispositivi per la terapia del dolore e per la neurochirurgia funzionale.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti alla descrizione dei prodotti contenuta nel capitolato speciale di appalto, formulati da concorrenti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, anche sulla scorta di quanto comunicato dalle Unità Farmaceutiche e da quelle utilizzatrici dei beni, i correlati riscontri:

a) Lotto 54 si chiede conferma della base d'asta e di indicare la tenuta in BAR.

Si conferma. Il valore massimo ammissibile della pressione deve essere di 10 PSI pari a 0,69 BAR.

b) Lotto 55 si chiede conferma della base d'asta.

Si conferma.

c) Lotto 31. Nella descrizione del lotto si richiede un attacco di tipo non luer, è ammesso un attacco di tipo orale?

E' necessario che il tipo di attacco non sia luer lock.

d) Premesso che con riferimento ai lotti 31, 40, 52, 64 gli stessi devono rispettare i requisiti della norma UNI EN 1615 evidenziamo che, pur rispettando tali parametri, sono presenti sul mercato vari operatori che distribuiscono prodotti non compatibili tra loro (connettori diversi da azienda ad azienda). Pertanto, così come è strutturato il capitolato di gara, si potrebbe verificare il caso in cui i 4 lotti potrebbero essere aggiudicati a 4 aziende differenti, impedendone di fatto l'uso, dovuto proprio ai diversi tipi di connessione (comunque rispettosi della norma UNI EN 1615). Ciò premesso si richiede l'accorpamento dei 4 lotti.

Si ritengono valide le motivazioni sopra esposte. Pertanto i lotti nn. 31, 40, 52 e 64 sono accorpati. L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che presenterà l'importo complessivo (sommatoria dell'importo complessivo di ciascun lotto) più basso .

- e) Lotti n. 41-42-43-44 sistemi elastomerici. Si richiede se sia o meno motivo di esclusione offrire sistemi per infusione con regolazione del flusso non mediante capillare in vetro come da vs richiesta nel capitolato speciale d'appalto, bensì altro sistema di regolazione.

Il capillare in vetro garantisce una minima percentuale di errore del sistema di regolazione di flusso. Saranno ammessi sistemi di regolazione differenti, certificati per caratteristiche di percentuali di errore uguali o inferiori al sistema richiesto.

Il concorrente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalla questa stazione appaltante e con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto ottempera comunque ai requisiti funzionali prescritti.

Costituisce mezzo appropriato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto da cui si ricavi il requisito prescritto.

- f) Lotto n. 91 dispositivi taglienti monouso. Essendo presenti all'interno del lotto due tipi di prodotti, si richiede se sia necessario offrire un prezzo uguale per entrambi i prodotti oppure che sia importante solo che il totale tra i due prodotti richiesti per le quantità complessive richieste non superi l'importo a base d'asta? Inoltre nell'elenco descrittivo dei lotti, alla voce 91 relativamente al bisturi monouso si descrive la figura 11, a cosa fa riferimento tale figura? Dove possiamo trovarla?

Non è richiesta la formulazione di un prezzo unico (le righe sono distinte e l'aggiudicazione è per importo complessivo del lotto). La base d'asta non può essere superata.

La figura è un'unità di misura ed indica la dimensione della lama del bisturi.

- g) Capacità economica e finanziaria. Relativamente alla dimostrazione di tale requisito per il triennio 2010-2012 per forniture nel settore oggetto della gara, viene specificato vendita di dispositivi medici, pertanto essendo l'oggetto di gara molto generico, è possibile soddisfare tale requisito con i propri fatturati anche se questi non sono proprio relativi ai prodotti per i quali partecipiamo a gara?

Si, tale possibilità è consentita dal disciplinare di gara.

- h) Lotto 55: chiedete che siano confezioni in confezioni da max 100 unità, in scatole da max 100 pz. E' una richiesta perentoria a pena di esclusione?

La richiesta è così formulata in quanto il confezionamento singolo allunga notevolmente i tempi di preparazione dei reparti. Pertanto pur non essendo vincolante il quantitativo di 100 pz. Saranno valutati idonei confezionamenti primari contenenti quantitativi che non si discostano notevolmente da quello indicato, sia per eccesso che per difetto. Si

sottolinea che confezionamenti pari a 500 o 1.000 pz. non saranno presi in considerazione.

- i) Viene richiesto in caso di avvalimento di produrre la relativa documentazione secondo quanto previsto all'art. 49 del d. lgs. 163/2006. Oltre a questo viene richiesto di far produrre anche all'impresa ausiliaria le dichiarazioni conformi all'allegato 2 (dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara) e 3 (protocollo di legalità). In particolare, per l'allegato 2, la dichiarazione vale anche per le imprese ausiliarie straniere che non hanno gli stessi requisiti della CCIAA italiana? Come possiamo eventualmente modificare il contenuto di tale dichiarazione se si tratta di impresa non italiana? Quali informazioni dobbiamo indicare? La mancanza di questa dichiarazione pur avendo presentato quanto richiesto dall'art. 49 del d. lgs. 163/2006, può essere motivo di esclusione?

Occorre premettere che agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

Ciò posto un'impresa può avvalersi dei requisiti richiesti messi a disposizione di un'impresa che abbia sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea o che abbia sede in uno dei Paesi extracomunitari che abbia stipulato un particolare accordo di reciprocità con l'UE o con l'Italia.

Per gli operatori economici stranieri la qualificazione prevista dal d. lgs. 163/2006 (codice degli appalti) non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del citato d. lgs.

Pertanto:

I requisiti di carattere generale, ex art. 38 del d. lgs. 163/2006 (contenuti in forma di dichiarazione sostitutiva nell'allegato 2) devono essere di dichiarati dall'impresa straniera.

In proposito la norma stabilisce che:

- 1) ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d. lgs 163/2006, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti;**
- 2) se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta**

dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

In merito al requisito di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA), ex art. 39 del d.lgs. 163/2006, (contenuto in forma di dichiarazione sostitutiva nell'allegato 2) si rammenta che se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, lo stesso deve provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del codice degli appalti (d. lgs. 163/2006) per gli appalti pubblici di forniture, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria, ex art. 41 del d.lgs. 163/2006, (contenuto in forma di dichiarazione sostitutiva nell'allegato 2) l'impresa straniera ausiliaria deve dichiararne il possesso secondo il livello minimo richiesto dal bando di gara e successivamente poter confermare con appropriata documentazione.

- j) Lotto 95. Siamo a richiedere se l'assenza delle caratteristiche menzionate nei punti 21 e 22 del lotto indicato, visto l'uso per la somministrazione di antiblastici, saranno considerate pena esclusione dal lotto.

L'assenza delle caratteristiche minime di cui ai punti 21 e 22 del lotto n. 95 comportano l'esclusione dalla gara.

- k) Lotto 72 – cateteri venosi centrali con accesso periferico multilume... Si chiede se è consentita l'offerta di prodotti realizzati in materiale equivalente (poliuretano, ecc.), anziché in silicone ...

Nel lotto sono richiesti cateteri venosi in silicone, non sono ammessi materiali differenti.

- l) Lotto 65 – ago catetere per accesso venoso monovia in poliuretano radiopaco... Considerato che il lotto è composto da tre voci e visto che l'importo a base d'asta è riferito all'intero lotto, si sottolinea che l'importo a base d'asta (pari a €75.500,00) risulta del tutto incongruo rispetto alle caratteristiche e alle quantità dei dispositivi richiesti. Tale importo, infatti, non risulta essere assolutamente in linea con i prezzi medi attualmente praticati nel mercato di settore. Alla luce di quanto detto e nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di massima partecipazione alle pubbliche procedure – cui deve ispirarsi l'operato delle pubbliche amministrazioni – con la presente vi chiediamo di rivedere (aumentando) l'importo per il lotto 65 o, in alternativa, di modificare i quantitativi richiesti attraverso lo scorporo della voce posta al punto c) del lotto 65.

L'importo della base d'asta è corretto a 98.400,00.

- m) Lotto 65. Limitatamente a ago catetere per accesso venoso monovia in poliuretano radiopaco senza alette, 14 G, 24 G lunghezza da 30 a 45 mm ca con dispositivo di sicurezza. La misura 14G è tassativamente richiesta o se la stessa è stata inserita a mero titolo esemplificativo?

La misura 14 G è richiesta in quanto correntemente utilizzata da questa Stazione Appaltante.

- n) Lotto 68 – aghi per accesso venoso periferico in poliuretano a due vie Vista la descrizione dei prodotti richiesti, con il termine di “valvola” si intende il “tappo di chiusura”. Lo stesso termine “valvola”, è da intendersi alla luce delle descrizioni fornite per i prodotti richiesti al lotto 65 sub c, e quindi valvola che limiti fenomeni di reflusso del sangue?

Per valvola è da intendersi tappo di chiusura sulla seconda via.

- o) Lotto 69. Si sottolinea che l'importo a base d'asta (pari a € 104.000,00) risulta del tutto incongruo rispetto alle caratteristiche e alle quantità dei dispositivi richiesti. Tale importo, infatti, non risulta essere assolutamente in linea con i prezzi medi attualmente praticati nel mercato di settore. Alla luce di quanto detto e ne pieno rispetto dei principi di buon andamento e di massima partecipazione alle pubbliche procedure – cui deve ispirarsi l'operato delle pubbliche amministrazioni – con la presente vi chiediamo di rivedere (aumentando) l'importo per il lotto 69.

L'importo del lotto 69 è corretto a € 148.450,00.

- p) I listini richiesti possono essere: 1. quelli delle case produttrici che forniscono alla scrivente gli articoli da offrire in gara; 2. I listini che la scrivente dovrebbe depositare alla camera di commercio; 3. I listini della ditta concorrente non necessariamente depositati alla camera di commercio.

I listini devono essere quelli utilizzati per formulare l'offerta.

- q) Lotto 93. Contenitori sterili per raccolta di aghi e lame.... Vi chiediamo di fornire maggiori dettagli circa la capacità in litri dei contenitori richiesti.

I contenitori richiesti sono per tavolo operatorio da utilizzarsi per singolo intervento e pertanto devono essere poco ingombranti. Il concorrente deve pertanto attenersi approssimativamente alla misura indicata.

- r) Lotto 25. La base d'asta è corretta?

La base d'asta è corretta ad € 10.700,00.

- s) E' possibile offrire port con cateteri in poliuretano di nuova generazione con calibri più piccoli di quelli richiesti, ma con un rapporto tra spessore della parete del catetere e del lume interno dello stesso molto favorevole? La richiesta di connessione del PORT-catetere in titanio individua una sola azienda. E' possibile offrire port con connessione catetere- camera in plastica?

E' possibile offrire cateteri con diametro diverso che garantiscano lo stesso spessore parete. Mentre la camera deve essere tutta in titanio così

come richiesto dal capitolato, il connettore può essere di altro materiale coerente.

- t) Lotto 65. L'inserimento del rif. 65.2 "otturatori per aghi catetere" limita la partecipazione all'intero lotto 65 alle sole aziende che possiedono anche questo articolo. ... Si chiede pertanto di aggiudicare il lotto per singoli riferimenti. Considerato che per il riferimento 65.1 possono essere presentati in offerta aghi catetere ... con o senza alette" chiediamo che anche per il riferimento 65.3 sia possibile presentare "aghi catetere con o senza alette ... con dispositivo di sicurezza".
Si chiede se anche per questo lotto debbano essere offerti prodotti DEHP-Free, in quanto agente nocivo e cancerogeno ...

Per la voce 65.2 non si ritiene di scorporarla dal lotto visto che trattasi di accessorio alla tipologia di dispositivo richiesto.

Si precisa che per il riferimento 65.1 non è ammessa l'alternativa dovendo il concorrente offrire aghi catetere con e senza alette. Per il riferimento 65.3 si conferma l'indicazione del capitolato (ago catetere senza alette).

I prodotti del lotto possono essere offerti DEHP FREE.

- u) Lotto 68. Si chiede se per "valvola" si intende "valvola needleless" per infusioni senz'ago, al fine di assicurare la completa sicurezza all'operatore. A titolo informativo, si ricorda che nell'ultimo biennio sono diverse le strutture ospedaliere che hanno abolito l'uso di membrane perforabili con ago perché non sicure per operatore e pazienti.
Si chiede se anche per questo lotto debbano essere offerti prodotti DEHP-Free, in quanto agente nocivo e cancerogeno ...

Per valvola è da intendersi tappo di chiusura sulla seconda via.

Si chiarisce che i prodotti possono essere offerti DEHP FREE

- v) Lotto 69. Facendo riferimento alla base d'asta, si richiede di rivedere il prezzo, in quanto non in linea con le aggiudicazioni di mercato, che risultano essere sensibilmente più alte per questa categoria di prodotti.
Si precisa che sul mercato non esiste un dispositivo "a due vie ... munito di prolunga, rubinetto a 3 vie", pertanto si richiede se si fa riferimento al dispositivo "a una via, munito di prolunga con rubinetto a 3 vie".
Si richiede di specificare se per "privo di ftalati" si intende privo di DEHP-Free, in quanto agente nocivo e cancerogeno ...

Per la revisione del prezzo a base d'asta vds. risposta a precedente quesito lett. o).

Si conferma la descrizione del prodotto.

Si specifica che "privo di ftalati" si intende DEHP-Free.

- w) Con la presente siamo a chiedervi se è possibile fornire le fotocopie dei certificati CE, ISO e la procura originali accompagnati da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 nella quale il legale rappresentante dichiara la conformità all'originale dei suddetti documenti.

Tale possibilità è ammessa per i certificati CE ed ISO. Si precisa in proposito che la copia deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'atto notorio (ex art. 47 del d.p.r. 445/2000) attestante la conformità della copia all'originale in possesso del dichiarante, con allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda la procura la stessa va presentata in originale, copia conforme ovvero autocertificata mediante dichiarazione attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari.

- x) La procura speciale può essere presentata in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 – artt. 46 e 47?

Vds. risposta quesito precedente.

- y) Lotto n. 95 sistema composto da deflussori per la somministrazione di antiblastici e pompe volumetriche. Caratteristiche minime della pompa (pos. 17), tra i sistemi di sicurezza, "eliminazione automatica del bolo dopo occlusione". Desideriamo portarvi a conoscenza che la xxx sulla pompa che intende offrire adotta un sistema di sicurezza diverso da quello di riduzione bolo post-occlusione che a nostro parere consente di ottenere almeno la stessa efficacia...

Si precisa che verranno ritenute caratteristiche equivalenti soluzioni che consentano la prevenzione della formazione dei boli accidentali.

Il concorrente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalla questa stazione appaltante e con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto ottempera comunque ai requisiti funzionali prescritti.

Costituisce mezzo appropriato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto da cui si ricavi il requisito prescritto.

- z) Si dispone che la documentazione tecnica "limitatamente alla parte descrittiva deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita da comprovati poteri di firma.". Si chiede conferma che – a scanso di dubbi interpretativi – sia ammissibile se non addirittura migliorativo firmare la documentazione tecnica in tutte le sue pagine.

Il requisito minimo, per considerare valida la documentazione tecnica, è quello della sottoscrizione, da parte del legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma, nell'ultima pagina.

La disposizione, come formulata, non lascia alcun dubbio interpretativo.

- aa) Qualora si partecipi soltanto per prodotti aggiudicabili al prezzo più basso, si chiede conferma che il contenuto richiesto (CD, copia cartacea debba essere direttamente inserito nella busta "offerta economica, senza la necessità di doverlo inserire nella sottobusta "busta A1: offerta economica/prezzo più basso"

Non è richiesta in questo caso la doppia busta. Va comunque indicata su tale busta la dicitura “busta A1: offerta economica/prezzo più basso”.

bb) Si chiede conferma che nella busta non vanno riportati i lotti di partecipazione.

Si conferma; i lotti di partecipazione vanno indicati al punto 1) dell'allegato 4 al disciplinare di gara “dichiarazione accettazione delle condizioni generali di contratto”.

cc) A pag. 9 (del disciplinare) si dispone che *“Nel caso di cui sopra dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto per tutti i dispositivi presenti nel listino che andranno analiticamente indicati per ciascun lotto nel “prospetto correlato all’offerta economica”*”. Facciamo presente che – ferma restando l’omogeneità nell’ambito dello stesso lotto, del prezzo per uno stesso prodotto declinato nelle diverse misure – non è sempre possibile mantenere per ciascuna misura un medesimo sconto sul prezzo di listino, avendo, ognuna di esse, uno specifico prezzo di listino.

La disposizione citata va collegata con la precedente del disciplinare di gara che recita *“Nel caso in cui un dispositivo è richiesto di varie misure e/o grandezze il prezzo riportato nell’offerta economica si intenderà quale prezzo medio per l’insieme di tutti i prodotti, aventi identiche caratteristiche, ma di misure e/o grandezze diverse.”*

Si chiarisce comunque che è ammessa la possibilità che i prodotti di varie misure e/o grandezze possono essere offerti allo stesso prezzo.

In quest’ultimo caso la percentuale di sconto, posta la differenza di prezzo di listino, può essere diversa. La stessa va analiticamente indicata nel prospetto correlato all’offerta.

dd) Si chiede conferma che quanto citato all’art. 6 del CSA (Formazione per l’utilizzo dei dispositivi oggetto della fornitura) non è oggetto di alcuna dichiarazione tecnica da presentare in sede di partecipazione.

Si conferma.

ee) Allegato 2-2bis, punto b-bis. Qualora i soggetti muniti di potere di rappresentanza non siano stati vittima delle richiamate condizioni di cui all’art. 38 comma 1 m-ter) del d. lgs. 163/2006 (artt. 317 e 629 del cp ecc.), si deve dichiarare comunque – accettandolo nella sua testualità – il punto b-bis?

Nell’allegato è chiaramente indicato in calce alla dichiarazione che l’opzione che non interessa va eliminata o barrata.

ff) Allegato 2 bis. Alla luce del fatto che nell’allegato 2, ai punti b), b-bis, c) e c-bis, il sottoscrittore della documentazione dichiara in nome e per conto dei soggetti legali dell’impresa, si chiede se sia necessario presentare anche l’allegato 2 bis a firma di ciascuno di essi.

La presentazione di tale allegato è meramente facoltativa, data l’indicazione in tal senso del disciplinare di gara (pag. 11 lett. b1 della documentazione amministrativa).

gg) Con specifico riferimento al punto 3 dell'allegato 2 (*al disciplinare*), si chiede conferma che la soglia minima richiesta di fatturato di forniture nel settore (totale complessivo 2010-2011-2012) deve essere pari alla somma degli importi a base d'asta dei lotti partecipati.

Si conferma.

hh) In merito alla comprova dei requisiti, riscontriamo che sia il punto 3 dell'allegato 2 sia il punto III.2.2 del bando fanno esclusivo riferimento alla capacità economico finanziaria, capacità non dimostrabile con la certificazione di fornitura rilasciata da vari Enti ma con i bilanci, referenze finanziarie, ecc. ...

L'art. 41 del d. lgs. 163/2006 dispone che negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più documenti, tra i quali una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Questo è uno dei requisiti mutuati nel bando (l'altro sono le referenze bancarie).

La dimostrazione del possesso di tale requisito deve avvenire secondo le seguenti modalità indicate dal disciplinare di gara:

- 1. Certificato rilasciato da un'Azienda Sanitaria pubblica o di un'attestazione rilasciata da un società privata che effettua prestazioni di ricovero e cura dal quale si evinca la realizzazione nel triennio 2010-2012 da parte dell'interessato di un importo complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di dispositivi medici) non inferiore al valore del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre;**
- 2. copie conformi di fatture attestanti quanto richiesto.**

ii) Laddove un lotto è suddiviso in più sublotti è possibile presentare prezzi unitari diversi per sublotti diversi purché venga rispettato la base d'asta totale del lotto di cui trattasi ? (es. lotto 38/ lotto 60/ etc.).

Si.

jj) Vi chiediamo di voler gentilmente adeguare i prezzi a base d'asta dei lotti n. 32 e 33, in quanto gli stessi risultano essere inferiori agli attuali valori di mercato

Si ritiene valida l'osservazione della ditta in quanto i prodotti richiesti dal capitolato sono DHEP-FREE.

La base d'asta del lotto n. 32 (deflussori a una via con ago 21 G attacco luer) è corretta a € 149.000,00.

La base d'asta del lotto n. 33 (deflussori senza ago attacco luer-lock maschio) è corretta a € 24.500,00.

kk) Vs. disciplinare di gara – busta A: offerta economica (Vs. annotazioni pag. 9):
Indicate che *nel caso in cui un dispositivo è richiesto di varie misure e/o grandezze il prezzo riportato nell'offerta economica si intenderà quale prezzo medio per l'insieme di tutti i prodotti, aventi identiche caratteristiche, ma di misure e/o grandezze diverse.*

Nel caso di cui sopra dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto per tutti i dispositivi presenti nel listino che andranno analiticamente indicati per ciascun lotto nel "prospetto correlato all'offerta economica".

Pertanto siamo a chiedere la possibilità di indicare un unico prezzo offerto valido per tutte le misure e diversi sconti sul listino in quanto sul ns. listino i prezzi riferiti ad un prodotto sono differenti a seconda della misura.

Si ribadisce (vds. risposta precedente quesito lett. cc)) che è ammessa la possibilità che i prodotti di varie misure e/o grandezze possono essere offerti allo stesso prezzo.

In quest'ultimo caso la percentuale di sconto, posta la differenza di prezzo di listino, può essere diversa. La stessa va analiticamente indicata nel prospetto correlato all'offerta.

Per effetto della variazione della base d'asta di alcuni lotti, è stato necessario modificare l'"elenco lotti – CIG – cauzione" già pubblicato fra i documenti di gara.

Il nuovo elenco, pubblicato nella stessa data della presente, deve essere utilizzato per la corretta determinazione dell'importo della cauzione provvisoria.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB