

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le

imprese interessate

prot. n. **234** del **14.02.2014**

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura, della durata di 36 mesi, di aghi, siringhe, apparati tubolari, sistemi di infusione anche con noleggio di pompe volumetriche e di iniettori per mezzi di contrasto, dispositivi di drenaggio e raccolta, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, sacche, dispositivi per sistema artero-venoso, nonché altri dispositivi di uso comune, della durata di 24 mesi, di dispositivi per la terapia del dolore e per la neurochirurgia funzionale.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti alla descrizione dei prodotti contenuta nel capitolato speciale di appalto, formulati da concorrenti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, anche sulla scorta di quanto comunicato dalle Unità Farmaceutiche e da quelle utilizzatrici, i correlati riscontri:

- a) Chiediamo di confermare se i quantitativi riportati nel Vs. allegato a1.1 sono triennali.

Si conferma.

- b) Potete chiarire se nell'offerta economica l'unico prezzo che deve essere in lettere e in cifre è il prezzo unitario?

Si chiarisce che nell'offerta economica l'unico prezzo che deve essere in inserito sia in cifre che in lettere è il prezzo unitario.

- c) Rif. vs. disciplinare di gara (a) offerta economica a1): potete confermare che i file excel contenuti nel CD-ROM devono essere modificabili?

Si conferma.

- d) Rif. vs. disciplinare di gara (a) offerta economica a3): potete confermare che il CD-ROM deve contenere solo il listino prezzi e non anche la dichiarazione di cui al punto a4)?

Si conferma.

- e) Con riferimento al lotto 65 della procedura in oggetto, si chiede la possibilità di scorporare le singole voci in quanto i prodotti richiesti alla prima voce del suddetto lotto a breve usciranno di produzione, in virtù del prossimo recepimento nazionale della direttiva 2010/UE e che renderà operativo l'accordo

quadro, concluso da HOSPEEm e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Tale direttiva vieterà l'utilizzo dei presidi da taglio e da punta privi di dispositivi di sicurezza e, pertanto, l'azienda cesserà conseguentemente la produzione del dispositivo. Non ci è possibile quindi poterlo offrire nella presente gara in quanto la fornitura non verrebbe garantita per l'intera durata.

Si confermano le indicazioni di capitolato. Se in futuro l'impresa sarà impossibilitata a garantire la fornitura fino alla naturale scadenza, per le motivazioni esposte, non vi sarà alcuna conseguenza.

- f) L'offerta cartacea deve essere in carta legale?.

Tale adempimento non è richiesto.

- g) Qualora si partecipi solo ad alcuni lotti, è possibile stampare solo la prima pagina e quelle relative ai prodotti offerti?

Si, tale possibilità è ammessa.

- h) Per l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. 163/2006, relativa a tutte le persone munite di potere di rappresentanza, è sufficiente presentare solamente la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione conforme all'allegato 2 "dichiarazione necessaria all'ammissione alla gara", sottoscritta da persona dotata di poteri di firma (procura speciale)?.

La presentazione di tale allegato è meramente facoltativa, data l'indicazione in tal senso del disciplinare di gara (pag. 11 lett. b1 della documentazione amministrativa).

- i) Lotto n. 29 si chiede se il quantitativo e/o importo complessivo posto a base asta sono corretti in quanto dal rapporto dei due dati risulta un prezzo nettamente al di sotto del prezzo di mercato.

Si confermano i dati di capitolato.

- j) Lotto n. 75 si chiede se il quantitativo e/o importo complessivo posto a base asta sono corretti in quanto dal rapporto dei due dati risulta un prezzo nettamente al di sotto del prezzo di mercato.

Si confermano i dati di capitolato.

- k) Lotto n. 77 si chiede se il quantitativo e/o importo complessivo posto a base asta sono corretti in quanto dal rapporto dei due dati risulta un prezzo nettamente al di sotto del prezzo di mercato.

Si confermano i dati di capitolato.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB