

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **648** del **06.03.2015**

A tutte le
Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento fornitura in acquisto compresa l'installazione di un sistema SPECT/TC Total body da destinare alla U.O. di Medicina Nucleare dell'Ospedale V. Monaldi.

A seguito di alcune segnalazioni di impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base di quanto comunicato dai Settori competenti, ai correlati chiarimenti:

- a) Si richiede la portata del solaio attuale della sala esame e del locale tecnico al fine di valutare la necessità di un eventuale rinforzo strutturale.

La portata del solaio attuale è di 450 kg/mq. All'interno del locale previsto per l'installazione è presente una trave (70x62 cm), che potrebbe rappresentare una soluzione per il posizionamento dell'apparecchiatura, previa esecuzione delle necessarie verifiche da parte della ditta fornitrice in funzione sia delle condizioni di carico effettivo che delle modalità di scarico dei pesi. Le attività di verifica di cui sopra e quanto necessario per consentire il posizionamento a norma dell'apparecchiatura sono a carico della impresa aggiudicataria.

- b) Si chiedono planimetrie strutturali del piano per conoscere la dislocazione delle travi.

Le planimetrie richieste sono pubblicate contestualmente ai presenti chiarimenti.

- c) Si chiede conferma che la visiva piombata non sia da includere nella fornitura della macchina oggetto di gara.

Si conferma.

- d) In riferimento al requisito di minima espresso a pag. 11 del CSA nella sez. Caratteristiche di Acquisizione: "Possibilità di acquisire più immagini contemporaneamente con differenti parametri di acquisizione (matrice, zoom,

ecc.)”, si richiede di poter intendere suddetta caratteristica come preferenziale e non come a pena esclusione.

La caratteristica è da intendersi come preferenziale.

- e) In riferimento a quanto richiesto alle pag. 8 e 13 del CSA in merito alla fornitura di un sistema Hardware e Software per la gestione e il controllo del radio farmaco, trattandosi di un prodotto di fornitura terza, è da ritenere requisito pena esclusione?.

Si.

- f) Chiediamo di conoscere lo spessore del massetto sottopavimentazione.

Vds. risposte ai quesiti lett. a) e b).

- g) Avendo cambiato i locali di destinazione, chiediamo di chiarire se è confermato anche per questi ultimi una capacità portante del solaio pari a 1.100 kg/mq.

Vds. risposte ai quesiti lett. a) e b).

- h) Il capitolato indica una disponibilità di potenza elettrica pari a 30KW. Risultando detta potenza elettrica largamente inferiore alla potenza necessaria (90 KVA) chiediamo di conoscere il punto di consegna ove si rende disponibile detta potenza necessaria al funzionamento dell'apparecchiatura.

Si conferma la potenza disponibile. Sarà cura della Stazione Appaltante fornire la potenza necessaria.

- i) Chiediamo di conoscere la potenza dei fan coils a cassetta installati all'interno della sala.

Nella sala sono presenti n. 2 ventilconvettori a cassetta installati a soffitto da 2,6 kW/cad per un totale di 5,2 kW. I ventilconvettori sono del tipo a 4 tubi (alimentazione contemporanea di fluido caldo e refrigerato prelevati direttamente dalle reti di distribuzione a servizio dell'ospedale). Il controllo locale della temperatura è assicurato tramite regolatori con selettore di velocità.

- j) In atto non risultano installate le lampade fuori porta nonché le apparecchiature previste in termini di sicurezza per il funzionamento delle stesse (pulsanti di sgancio a fungo). Chiediamo di chiarire se detti sistemi sono previsti con la fornitura dell'apparecchiatura o a carico dell'Amministrazione.

Detti sistemi devono essere previsti con la fornitura dell'apparecchiatura.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB