



Azienda Ospedaliera dei Colli

"AZIENDA OSPEDALIERA  
SPECIALISTICA DEI COLLI"  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

**U.O.C. Servizio Provveditorato**  
tel. 0817062563/fax 0817062321  
mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

prot. n. **404** del **13.03.2014**

A tutte le  
**Imprese interessate**

**Oggetto: Procedura aperta di rilievo europeo per la fornitura di pompe infusionali complete di sistemi di alloggiamento e di materiale di consumo per le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione.**

Su richiesta di un'impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, al seguente chiarimento:

- a) In riferimento alla risposta ai chiarimenti da Voi pubblicata in data 11/03/2014 che sembrano modificare sostanzialmente i requisiti minimi di partecipazione alla gara descritti nel capitolato, Vi chiediamo di specificare quanto segue: al punto F, rispetto al **software per la gestione dei database farmaci, dei protocolli di infusione, della configurazione delle caratteristiche delle pompe, ecc**, si elencano caratteristiche e funzioni che se ritenute requisiti minimi, limitano di fatto la concorrenza. Alla luce di questo, Vi chiediamo di confermare che tali specifiche non siano vincolanti e a pena di esclusione, ma siano da intendersi solo funzioni indicative. Questo a garanzia della più ampia partecipazione delle aziende che contemplino proposte parimenti orientate al supporto della terapia infusionale con un software di gestione dotato di soluzioni/funzioni alternative e in virtù del fatto che le diverse proposte saranno oggetto di valutazione al punto 15 della scheda di punteggio qualità.

**Si conferma che le indicazioni sul software di gestione sono indicative. Le soluzioni software verranno valutate al punto 15 della scheda di punteggi di qualità.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB