

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedaliideicolli.it

prot. n. **95** del **23.01.2013**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di sistemi per emogas.

Alle seguenti richieste di chiarimenti formulate da imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si forniscono i correlati riscontri:

- a) Considerato l'utilizzo dell'emogas in terapia intensiva neonatale (art. 2 specifiche tecniche e quantità della fornitura) si richiede conferma di un utilizzo dell'emogas con siringhe e capillari.

Tutti i sistemi offerti, e non solo quelli destinati alla Terapia Intensiva Neonatale, devono poter effettuare i test sia da siringa che da capillare, come specificato dall'art. 2.4 in riferimento alle “caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni” al punto 10 “Campionamento da siringa o capillare senza utilizzo di adattatori”.

- b) Viene richiesta la possibilità di eseguire la procedura di backup verso un server ubicato al CED dell'ospedale V. Monaldi. Si richiede conferma che le aziende partecipanti debbano garantire il collegamento. Se sì, si richiede di conoscere l'azienda titolare del server ubicato al CED e il costo previsto/richiesto per il collegamento del gestionale dell'azienda partecipante.

Il Server per le procedure di backup è effettivamente ubicato presso il CED dell'Ospedale V. Monaldi ed il collegamento ad esso non comporterà oneri aggiuntivi per la ditta aggiudicataria. Il Server è di proprietà dell'A.O.

- c) Progetto software gestione, art. 2 punto 2.5, viene richiesto che tramite un'unica postazione sia possibile gestire tutti gli apparecchi installati. Si richiede di conoscere se al fine di soddisfare questa esigenza il sistema gestionale che l'azienda partecipante deve offrire debba essere REAL TIME.

Il Software della ditta aggiudicataria deve essere in Real Time.

- d) Art. 4 elementi di valutazione punto 7 tempo di analisi. Si richiede di conoscere se, per tempo di analisi, si intende, il tempo che intercorre tra il campionamento e la stampa del referto e non da pronto a pronto.

Per tempo di analisi si intende il tempo di esecuzione del test a partire dall'aspirazione del campione fino alla visualizzazione dei risultati a

monitor e relativa stampa del referto, così come precisato al punto 7 dell'art. 4 relativo agli Elementi di Valutazione.

- e) Il fatturato per forniture nel settore oggetto di gara (pag. 4 disciplinare) che andremo a dichiarare dovrà essere dimostrato, in caso di sorteggio, nella sua totalità oppure sarà sufficiente presentare certificati /attestazioni da enti pari per ai 3/5 della base d'asta?

Sarà sufficiente la presentazione di certificati/attestazioni dai quali complessivamente risulti un importo pari ai 3/5 della base d'asta.

- f) L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o viene richiesta anche certificazione UNI CEI EN 45000 e UNI EN CEI ISO/IEC 17000?.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per le imprese alle quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nella documentazione di gara deve essere inserita solo tale ultima certificazione.

- g) A seguito dell'avviso di rettifica del 18/12/2012 e relativa diminuzione del numero di strumenti/test, si chiede conferma dell'importo a base d'asta.

Si conferma l'importo a base d'asta di € 1.075.000,00, IVA esclusa, in quanto le rettifiche riguardavano dei refusi.

- h) Cosa si intende per "assenza totale di manutenzione a carico dell'operatore"? .

Tutta la strumentazione offerta non deve prevedere operazioni di manutenzione preventiva e/o sostituzione di parti ad eccezione dei reagenti, carta, sensori, scarico e C.Q. in uso. Pertanto tutte le operazioni aggiuntive saranno ritenute non accettabili sia se previste a carico di personale utilizzatore sia se a carico di personale della ditta offerente/di terze parti. A tal proposito si conferma la necessità di allegare il manuale operatore in lingua italiana relativo alla strumentazione offerta.

- i) "Strumento corredato di adeguato gruppo di continuità": in caso di strumentazione dotata di batteria interna, è consentito non offrire il gruppo di continuità?.

Per i sistemi corredati di batteria interna, che garantiranno una continuità operativa di almeno un'ora senza l'alimentazione della rete elettrica, non sarà obbligatorio offrire il gruppo di continuità (UPS).

- j) Si chiede conferma se il numero di CQ giornalieri è 2 a scelta su 3 livelli (=CQ/gg) oppure 2 per ognuno dei 3 livelli (=6 CQ/gg). chiediamo di precisare inoltre se gli stessi debbano riportare i valori di alcalosi, acidosi e normalità misurati dal CQ.

Il numero di CQ giornalieri è di 2 per ognuno dei 3 livelli (6 CQ/gg). I valori di alcalosi, acidosi e normalità misurati potranno essere riportati o

rappresentati graficamente in report riassuntivi, in base alla tipologia di controlli ed alla tecnologia offerta.

- k) Sistema di calibrazione totalmente automatico (elementi di valutazione punto 4 pag. 12 CS). Chiediamo maggiori informazioni sulle linee guida cui fare riferimento.

I riferimenti citati sono i seguenti: Posizione SIMeL su POCT e diagnostica decentrata – Notizie SIMeL - RIMeL / IJLaM 2010; Raccomandazioni per l'implementazione e la gestione del Point-of-Care testing (POCT). – SIBioC 2011.

- l) Tempo necessario per l'esecuzione dell'analisi (elementi di valutazione punto 7 pag. 12 CS): si intende riferito ai soli dati a video o anche alla stampa del referto?

Vds. lett. d).

- m) Chiediamo che venga inserito il criterio di assegnazione dei punteggi con formula proporzionale anche per i punti 2, 4, 5, 8 e 13 considerata la natura stessa dell'oggetto di valutazione.

Non è possibile aderire a tale richiesta in quanto i punti 2, 4, 5 e 8 riguardano caratteristiche qualitative possedute o non possedute dal sistema; per cui alle stesse, così come indicato nel capitolato speciale d'appalto, è possibile o attribuire il punteggio previsto o non attribuirlo. Relativamente al punto 13 il punteggio (variabile da 0 a 6) verrà attribuito tenendo conto delle caratteristiche hardware, del software di gestione proposti e della completezza del progetto.

- n) Si richiede di conoscere relativamente alla documentazione amministrativa se anche la fidejussione, referenze bancarie, la ricevuta di versamento tassa AVLP ed eventuali certificati, in originale o copia con autentica notarile, debbano essere siglati in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa o da altra persona munita di comprovati poteri di firma.

Si precisa che il solo adempimento richiesto a pena di esclusione è quello che prevede la sottoscrizione nell'ultima pagina del documentazione. Relativamente alla documentazione indicata non è richiesto il formalismo rappresentato dal concorrente.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB