

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le

Imprese interessate

prot. n. **2782** del **21.10.2016**

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la terapia del dolore e per la neurochirurgia funzionale.

A seguito di alcune segnalazioni e richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti:

- a) LOTTO 6: la descrizione del capitolato tecnico richiede cavi di estensione da 30 e 60 cm. Le suddette lunghezze sono restrittive oppure sono indicative? Sono considerate equivalenti le lunghezze di 25, 35 e 55cm?

Le lunghezze dei cavi di estensione sono indicative. Quelle indicate sono da considerare equivalenti in quanto quella max risulta contenuta nel range del +/- 10%.

- b) RIF. ART.5.1 PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Nel caso in cui la ditta fornisca copia cartacea dei documenti previsti per la documentazione tecnica, la parte B della scheda questionario prodotto va compilata o lasciata in bianco?

Va lasciata in bianco.

- c) RIF. ART 4 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'elenco riportante i numeri seriali e le schede di verifica di sicurezza elettrica (VSE) delle apparecchiature che saranno eventualmente messe a disposizione dalle ditte in caso di aggiudicazione di un lotto in cui siano previste, va consegnato nella documentazione tecnica o successivamente in caso di stipula del contratto tra la ditta aggiudicataria e l'A.O. dei Colli?

L'elenco riportante i numeri seriali e le schede di verifica di sicurezza elettrica (VSE) delle apparecchiature che saranno messe a disposizione costituisce un obbligo della ditta aggiudicataria. Tale documentazione non è richiesta nella fase di gara.

- d) Nei lotti nn.38-39-40-41 richiedete "Sistemi intradiscali" con CND Z12. Si conferma che tale CND è puramente indicativo, poiché molto restrittivo, e quindi che la partecipazione a tali lotti con CND differente non è motivo di esclusione?

In questo specifico caso il CND è indicativo e la partecipazione con un dispositivo utilizzabile per la funzione richiesta, ma con un CND diverso da quello indicato, è ammessa.

- e) La società scrivente è stata costituita il 19 giugno 2013 e non possiede un fatturato per il triennio nel settore oggetto della gara (2013/2014/2015) non inferiore al valore dei lotti per i quali intende partecipare. Potrebbe eventualmente comprovare la propria capacità economica - finanziaria con un altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante?

Per l'appalto in argomento è richiesto un fatturato complessivo, IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto della gara che abbraccia un'ampia e non specifica categoria di prodotti (l'intera ctg. dei dispositivi medici). Inoltre il fatturato richiesto è su base triennale e lo stesso deve coprire un valore (quello dei lotti di partecipazione) che è inferiore (biennale). Ancora è prevista una riduzione proporzionale del requisito nel caso di ditte di nuova costituzione. Si consideri infine la possibilità dell'avvalimento.

Le diverse possibilità di comprovare la capacità economica – finanziaria sono quindi già definite nella documentazione di gara.

- f) Quali dovrebbero essere i lotti che prevedono la fornitura in conto prova e quali in conto deposito?

Tutti i lotti prevedono la fornitura in conto prova ad eccezione di quelli per i quali è previsto il conto deposito. Vds. la colonna "condizioni e modalità di fornitura" dell'all. 1 al capitolato.

- g) Per quanto riguarda l'ammissione è richiesta la realizzazione nel triennio 2013-2015 di un fatturato complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (**fornitura di dispositivi medici**) non inferiore al valore del lotto/i per i quali si concorre. La specifica "**fornitura di dispositivi medici**" si riferisce ai dispositivi medici in genere indipendentemente dalla specialità (Neurochirurgia, Chirurgia Generale, Anestesia Rianimazione, ecc.)?

Si riferisce ai dispositivi medici in genere.

- h) In qualità di distributore nazionale del sistema per decompressione intradiscale, corrispondente alle caratteristiche tecniche da voi richieste da capitolato per il lotto n. 40, facciamo presente che il CND da voi richiesto Z12 non risulta essere propriamente corretto in quanto lo stesso identifica "APPARECCHIATURA PER DISCECTOMIA PERCUTANEA" e non un dispositivo monouso. Dal momento che per i dispositivi monouso di discectomia non esiste una classe specifica, il nostro produttore ha attribuito al dispositivo una classe più generica (A01). Pertanto si chiede di dare la possibilità a noi, come ad altre aziende, di partecipare alla gara con un CND diverso, e, se fosse possibile, vi chiediamo di modificare anche il capitolato speciale d'appalto, togliendo l'indicazione del CND.

In questo specifico caso il CND è indicativo e la partecipazione con un dispositivo utilizzabile per la funzione richiesta, ma con un CND diverso da quello indicato, è ammessa.

- i) Documentazione amministrativa (domanda di partecipazione – all. 2) in riferimento ai soggetti dell'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, nel caso in cui non ci sono soggetti cessati dalla carica, dotati di poteri di rappresentanza legale, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è necessario dichiararlo o no?

La parte della dichiarazione che non attiene alla propria situazione aziendale va barrata.

- j) Considerando che la nostra azienda parteciperà a più lotti proponendo i medesimi prodotti, è possibile mandare un campione valido per più lotti?

Si, a condizione che sul plico siano indicati tutti i lotti.

- k) Nell'allegato n. 2 "SCHEDE QUESTIONARIO PRODOTTO" cosa si intende con "Referenza Fabbricante" e con "Referenza rivenditore"?

La referenza fabbricante è il codice del prodotto del fabbricante. Nel caso di impresa rivenditrice del prodotto tale dato deve essere inserito.

- l) Si richiede conferma che, al paragrafo "MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" al punto "A) Offerta economica" laddove si indica "Nel caso di cui sopra dovrà essere applicata una percentuale di sconto comunque non inferiore alla media semplice tra la percentuale minima e la percentuale massima indicata per i singoli dispositivi che compongono il sistema" si intenda che nel modulo di offerta A.1 alla voce "Sconto su prezzo di listino" vada indicata la suddetta media semplice tra le percentuali di sconto applicate ai vari prodotti offerti.

Nel modulo di offerta A.1 lo sconto sul prezzo di listino va inserito se unico per tutti i dispositivi offerti, così come indicato nel disciplinare di gara.

- m) Si richiede la possibilità di inserire nel modulo A.1.1. "prospetto correlato all'offerta" ulteriori prodotti a completamento del sistema, sebbene non espressamente richiesti e non conteggiati nel totale importo offerto al lotto di partecipazione.

Tale possibilità è già prevista dal disciplinare di gara.

- n) LOTTO N. 2 AGHI PER RADIOFREQUENZA. Cosa si intende per "generatore con tecnologia STP"?

Trattasi di un sistema a radiofrequenza pulsata mini-invasiva. Sono ammessi sistemi con caratteristiche equivalenti.

- o) LOTTO N.35 Cosa si intende per uso gratuito dell'apparecchiatura dedicata? che tipo di apparecchiatura?

La messa a disposizione a titolo gratuito dell'apparecchiatura per l'utilizzo del dispositivo. E' l'apparecchiatura necessaria per l'utilizzo del dispositivo.

- p) RIF. ART. 5. punto 3 e punto 5 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
E' possibile fornire (rif. lotto n. 8) depliant del sistema e manuale programmatore apparecchiatura in lingua inglese in quanto in tal modo messi a disposizione dall'azienda produttrice made in U.S.A.?

La documentazione tecnica contenete tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica di conformità del sistema/dispositivo alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati deve essere in lingua italiana. Sono ammessi documenti in lingua inglese (depliant, certificazioni, ecc.) che però non contengono informazioni essenziali alla verifica di cui sopra.

- q) Si chiede, al fine di poter rispettare le caratteristiche tecniche richieste, se si può offrire un dispositivo con N. CND diverso da quello indicato (N02) in quanto lo stesso essendo un dispositivo elettrificato ed infondente, appartiene alla classe K02

In questo specifico caso il CND è indicativo e la partecipazione con un dispositivo utilizzabile per la funzione richiesta, ma con un CND diverso da quello indicato, è ammessa.

- r) Lotto 28. Si richiede se è possibile presentare l'offerta solo per uno dei 3 riferimenti?

Tale possibilità non è ammessa trattandosi di un lotto chiuso.

- s) Lotto 29. Si richiede se è possibile presentare l'offerta solo per uno dei 2 riferimenti?

Tale possibilità non è ammessa trattandosi di un lotto chiuso.

- t) Si richiede se i campioni devono essere o non utilizzabili?

La campionatura può essere di dimostrazione, quindi "non sterile" e/o "non utilizzabile".

- u) Lotto n. 36 Sonda per crioneurolisi: la sonda da offrire deve essere monouso o può essere pluriuso risterizzabile comprendente più procedure ma indicando il prezzo della singola procedura?

Il dispositivo richiesto deve essere monouso.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB