

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **986** del **02.07.2013**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo nazionale per l'affidamento della fornitura di fili di sutura per Cardiochirurgia Pediatrica.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti e/o integrazioni al capitolato speciale di appalto, formulati da un concorrente interessato alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, anche sulla scorta di quanto comunicato dalla U.O.C. di Farmacia dell'Ospedale V. Monaldi, i correlati riscontri:

- a) Nella descrizione relativa ai lotti nn. 1-2-3-4, nello specifico “monofilamento sintetico in polidioossanone montato assorbibile in tempi lunghi (180-2010 gg)” chiediamo che sia aggiunta in coda alla descrizione una dicitura del tipo “ed omologhi”/”o equivalente” in modo che ditte come la scrivente, in possesso di prodotti con funzione, composizione e tempi di assorbimento equivalenti, possano presentare offerta in gara.

Con riferimento alla gara in argomento i dispositivi con specifiche tecniche diverse sono ammessi a condizione che le caratteristiche possedute ottemperino in modo equivalente a quelle indicate nel capitolato.

Pertanto nell'elenco descrittivo dei prodotti (all. n. 1 al capitolato speciale d'appalto) dopo la descrizione “MONOFILAMENTO SINTETICO IN POLIDIOSSANONE MONTATO ASSORBIBILE IN TEMPI LUNGI (180-210 GG) è aggiunta la dicitura “O EQUIVALENTE”.

Si rammenta che l'offerente è tenuto in tal caso a provare, con qualunque mezzo ritenuto appropriato, che la propria caratteristica equivale ai requisiti funzionali specifici della caratteristica prestabilita.

- b) Chiediamo che sia prevista una tolleranza minima relativamente alla lunghezza del filo, così come prevista nella lunghezza dell'ago, ... in quanto la lunghezza richiesta in gara è propria di pochissime imprese del settore.

Nella descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti contenuta nel capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento alla lunghezza del filo, si introduce una tolleranza del +/- 10%.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato**
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB