

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **1183** del **14.04.2016**

A tutte le

Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per aritmologia.

A seguito di una segnalazione del 05.04.2016 di un'impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire il correlato chiarimento e ad apportare la conseguente modifica al capitolato:

- a) Con riferimento alla procedura in oggetto e relativamente ai requisiti minimi richiesti a pena esclusione all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto per i lotti dal 29 al 39: voce 6) "range di temperatura compresa tra 5/35°C" si richiede la modifica del requisito in 15°/35° in quanto tale range è quello previsto dal fabbricante per le placche di defibrillazione originali.

Si modifica il range in 15°/35°. Si precisa che tale range è valido per tutti i lotti.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato**
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB