

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321  
mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

prot. n. **673** del **08.05.2013**

A tutte le  
**ditte interessate**

**Oggetto:** Procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura di prodotti e sistemi per osteosintesi e dispositivi ortobiologici per la chirurgia ortopedico – traumatologica e neurologica.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti e/o modifiche al capitolato speciale di appalto, formulati da alcuni concorrenti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, sulla base anche di quanto comunicato dalla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, i correlati riscontri:

- a) Nei documenti di gara è presente un file nominato “scheda prodotto” che però non viene citato nell’elenco della documentazione di gara da presentare. Deve quindi essere compilato e presentato o è un refuso? Nel caso in cui debba essere compilato, in che busta va inserito?

**Il concorrente si riferisce probabilmente alla scheda questionario prodotto che va compilata e inserita nel fascicolo della documentazione tecnica (vds. pag. 6 punto 4 del capitolato e pag. 17 punto 4 del disciplinare).**

- b) Ci sono alcuni lotti con u.m. in pezzi ed altri con u.m. in kit. Cosa si intende per kit? Si deve considerare 1 kit = 1 impianto?

**Si.**

**Si precisano ulteriormente le modalità di compilazione dell’offerta in relazione a tali unità di misura indicate e di aggiudicazione.**

**Quando è indicata l’u.m. “pezzo” nel “modulo offerta economica” (all. n. 1a o all. n. 1b del disciplinare di gara) va inserito il prezzo unitario del dispositivo.**

**Se nella descrizione del dispositivo sono indicate misure varie e/o grandezze diverse il prezzo da riportare nell’offerta economica dovrà essere il prezzo medio per l’insieme di tutti i prodotti, aventi identiche caratteristiche, ma di misure e/o grandezze diverse (gamma di prodotti).**

**Tutta la gamma dei prodotti, con corrispondente codice e relativo prezzo unitario, deve essere analiticamente riportata nel “prospetto correlato all’offerta economica” (all. n. 1a.1 o all. n. 1b.1 del disciplinare di gara).**

In tal caso dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto per tutti i dispositivi presenti nel listino che compongono la gamma di prodotto.

Quando è indicata l'u.m. "kit" nel "modulo offerta economica" (all. n. 1a o all. n. 1b del disciplinare di gara) va indicato il prezzo complessivo riferito all'impianto.

In occasione dei precedenti chiarimenti pubblicati nel sito in data 30.04.2013 (Vds. ns. prot. n. 622), si sono fornite le descrizioni di impianto tipo di alcuni lotti e date delle indicazioni di carattere generale per la determinazione di un impianto tipo.

Nel caso di "impianto tipo" il prezzo da indicare nel "modulo offerta economica" (all. n. 1a o all. n. 1b del disciplinare di gara) è quello relativo ad un sistema composto da tutti i dispositivi dell'impianto tipo stesso (ad es. per i lotti che riguardano sistemi di osteosintesi per ossa lunghe l'impianto tipo è costituito da una placca da 10 fori con rispettive 10 viti di 4,00 cm; pertanto, il prezzo unitario da inserire è dato dalla somma del prezzo della placca da 10 fori e del prezzo delle 10 viti di 4,00 cm).

In tal caso può essere anche applicata una percentuale di sconto differente fra i diversi dispositivi che compongono l'impianto tipo, fermo restando che la percentuale di sconto deve essere uguale per i dispositivi della stessa gamma (nell'esempio di prima la percentuale di sconto della placca può essere differente da quella delle viti, ma deve essere la stessa per tutte le placche e lo stesso vale per le viti).

I singoli componenti dell'impianto, i corrispondenti codici e i relativi prezzi unitari devono essere riportati analiticamente nel "prospetto correlato all'offerta" (all. n. 1a.1 o all. n. 1b.1 del disciplinare di gara); in cui devono essere indicati anche tutta la gamma di tali componenti e di eventuali altri dispositivi comunque presenti nella descrizione del prodotto con corrispondenti codici e relativi prezzi unitari.

I dispositivi diversi da quelli costituenti l'impianto tipo presenti nella descrizione del prodotto o aventi caratteristiche tecniche identiche o similari, anche se di morfologie e/o materiali diversi (accessori), comunque compatibili con l'impianto stesso, devono essere riportati analiticamente nel "prospetto correlato all'offerta" (all. n. 1a.1 o all. n. 1b.1 del disciplinare di gara) con corrispondenti codici e relativi prezzi unitari.

Per questi ultimi deve essere applicata una percentuale di sconto comunque non inferiore alla media semplice tra la percentuale minima e la percentuale massima indicata per i soli dispositivi che compongono l'impianto tipo.

Solo i prezzi inseriti nei "moduli offerta" (all. n. 1a o all. n. 1b del disciplinare di gara) servono a determinare la graduatoria di gara nel caso

**dei lotti aggiudicabili con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del d. lgs. 163/2006) o l'attribuzione del punteggio per l'elemento prezzo nel caso dei lotti aggiudicabili con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d. lgs. 163/2006).**

- c) In merito a quanto richiesto al lotto 87 – dispositivo emostatico in microparticelle emisferiche, si vuole far presente che la descrizione risulta essere estremamente generica.

**Tale lotto viene annullato.**

- d) Si richiede se il rilascio degli allegati n. 2 bis è obbligatorio o è a discrezione della ditta partecipante. Si chiede inoltre, se sussiste l'obbligatorietà, se è possibile il rilascio di un'unica dichiarazione firmata dal soggetto firmatario dell'allegato 2 per nome e per conto delle persone sopra citate.

**Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. può, in aggiunta all'allegato n. 2, produrre tanti allegati n. 2 bis, con dichiarazioni limitate alle sole lett. b., b.-bis, c. e c.-bis del punto 2), rese dalle persone interessate.**

**Data tale formulazione l'adempimento richiesto è facoltativo. Nel caso di rilascio di un'unica dichiarazione la stessa sarà intesa nel senso che il soggetto firmatario esclude la sussistenza di cause di esclusione in capo a tutte le persone titolari di cariche e qualifiche della medesima società.**

- e) Si chiede conferma che la documentazione tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma solo in caso di RTI costituito o costituendo o in caso di Consorzio.

**No.**

**L'offerta economica, la documentazione amministrativa e quella tecnica, quest'ultima limitatamente alla parte descrittiva, devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere prodotta, pena l'esclusione, nella busta B - Documentazione Amministrativa (Vds. pag. 7 del disciplinare).**

**Quanto indicato dal concorrente è solo un caso particolare (partecipazione alla gara di un RTI) della predetta regola**

- f) Il prezzo del lotto n. 60 è confermato?

**Si.**

- g) Per il lotto 78 quale deve essere il confezionamento minimo:

**Per tale lotto non è stato previsto il confezionamento minimo.**

- h) Per il lotto n. 134 l'offerta deve essere formulata sulla base di un impianto tipo (1 placca con 10 fori e 10 viti) come specificato nel vs. chiarimento prot. n. 622 del 30.04.2013 lettera a)?

Poiché se invece si intende un sistema completo comprendente tutte le tipologie di placche, pin, viti descritte nel lotto il prezzo si discosta di gran lunga dal prezzo medio di mercato, che si aggira intorno a 15.000,00 per kit completo (circa 12 placche, 72 viti, 4 pin ecc.)

**Per il lotto n. 134 l'offerta deve essere formulata sulla base di un impianto tipo (1 placca da 10 fori e 10 viti) come specificato nel ns. chiarimento prot. n. 622 del 30.04.2013 lettera a).**

**Vds. anche precedente chiarimento lett. b)**

- i) Per il lotto n. 135 su quale base/kit tipo dovrà essere formulata l'offerta? ...

**Il kit base è composto da n. 6 frese, n. 4 curette e n. 2 proteggi cute.**

- j) La formulazione dell'impianto base per il lotto n. 182 da voi specificata nel chiarimento prot. n. 682 del 30.04.2013 lett. d) a nostro avviso non è compatibile con la tecnica della mini invasività richiesta nel capitolato poiché non dovrebbe prevedere le 2 barre di raccordo trasversale. Dobbiamo comunque lasciarle nella formulazione dell'impianto tipo?

**Si.**

- k) Per i lotti n. 185/186/187/188 l'offerta economica dovrà essere formulata solo ed esclusivamente sull'impianto tipo specificato nel capitolato?

**Vds. precedente chiarimento lett. b).**

- l) Al fine della compilazione dell'offerta economica secondo lo schema all. n. 1 al prezzo più basso e per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vorremmo sapere se nella colonna codice/i prodotto possono essere indicati più codici (da codice ... a codice) se i prodotti sono di taglie diverse ma con descrizione e prezzo uguale

**In ciascun "modulo dell'offerta economica" (sia quello relativo ai prodotti aggiudicabili con il prezzo più basso (all. n. 1a del disciplinare di gara), sia quello relativo ai prodotti aggiudicabili con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (all. n. 1b del disciplinare di gara)) va indicato o uno dei codici della gamma di prodotto oppure più di un codice (ad es. da codice xxxx a codice xxx) o, nel caso di impianto, i codici dei dispositivi che compongono l'impianto tipo.**

**Nel corrispondente "prospetto correlato all'offerta" (all. n. 1a.1 o all. n. 1b del disciplinare di gara) vanno indicati singolarmente tutti i dispositivi che compongono la gamma di prodotto o tutti i componenti dell'impianto, i dispositivi comunque presenti nella descrizione del prodotto, il corrispondente codice e il relativo prezzo unitario.**

- m) Lotto n. 11. Nell'elenco descrittivo l'unità di misura è (pz.), ma dalla descrizione appare un kit (... completi di viti di fissaggio) Confermate che trattasi di un kit? E' previsto un impianto tipo? In caso affermativo si richiede di indicare la composizione.

**Trattasi effettivamente di un kit. L'impianto tipo del lotto 11 è composto da: n. 1 chiodo per femore di 42 cm + n. 2 viti (prossimale e distale).**

- n) Lotto n. 13. Per il kit indicato è previsto un impianto tipo (kit)? In caso affermativo si richiede di indicare la composizione.

**Vds. risposta a precedente quesito lett. m).**

- o) Lotto n. 23. Il lotto non viene citato nel chiarimento a) (Vs. prot. n. 622 del 30.04.2013): è da considerarsi un lotto di ossa lunghe e per il kit deve essere conteggiato l'impianto base 1 placca 10 fori + 10 viti? Considerate le varie tipologie di trattamento indicate e il differente materiale di fabbricazione (acciaio/titanio), il prezzo di listino delle placche/viti si differenzia notevolmente; al fine del calcolo del lotto, come deve essere calcolato il prezzo delle stesse? Bisogna fare una semplice media aritmetica.

**L'impianto base di tale lotto è costituito da una 1 placca da 10 fori + 10 viti di 4,00 cm (impianto per ossa lunghe), il materiale per tale sistema è acciaio amagnetico. Pertanto l'offerta deve essere formulata mediante l'indicazione di un prezzo complessivo dato dalla somma del prezzo della placca da 10 fori e del prezzo delle 10 viti di 4,00 cm in acciaio amagnetico.**

**Nel corrispondente "prospetto correlato all'offerta" vanno indicati singolarmente tutti i dispositivi che compongono l'impianto, il corrispondente codice e il relativo prezzo unitario offerto (tutte le placche di diverse misure e materiale, tutte le viti di diverse misure e materiale, i corrispondenti codici e i relativi prezzi unitari).**

- p) Lotti n. 26/27/30/39/40/43. Avendo a disposizione differenti tipi di placche utilizzabili per le finalità indicate nella descrizione dei lotti, ma che si differenziano significativamente per prezzo di listino, si richiede di indicare la composizione del kit (con n. di placche e viti richieste) al fine della corretta valorizzazione del lotto stesso e le modalità di calcolo del prezzo ai fini della valorizzazione del lotto (prezzi medi delle viti/placche offerte?).

**Si ribadisce quanto già indicato nei ns. precedenti chiarimenti prot. n. 622 del 30.04.2013 (Vds. in particolare risposta a quesito lett. a) in ordine all'impianto base per ossa lunghe (n. 1 placca da 10 fori + n. 10 viti da 4,00 cm) e ossa corte (n. 1 placca da 6 fori + n. 6 viti di 3,00 cm).**

- q) Lotti n. 47/141/151/153/154. Si richiede di indicare composizione impianto tipo "kit" per la valorizzazione del totale lotto.

**Per i lotti n. 47 e n. 153 vale la risposta di cui alla precedente lett. m).**

**Per il lotto 141 l'impianto base è costituito da: n. 1 vitone cefalico di 10 cm + n. 1 fittone endomidollare + n. 2 viti distali.**

**Per il lotto n. 151 vds. impianto base per ossa lunghe.**

**Per il lotto n. 154 l'impianto base è costituito da: n. 1 chiodo per tibia di 38 cm + n. 2 viti.**

- r) Posto che siamo una società neo costituita e quindi senza fatturato, che utilizzeremo il requisito del fatturato specifico, chiediamo se, anche per il punto b2) (dichiarazioni bancarie), dobbiamo avvalerci dell'istituto dell'avvalimento.

**Per le referenze bancarie non è possibile l'avvalimento.**

- s) Nella scheda “questionario del prodotto” oltre a chiedere vari dati, chiedete anche i CND e numeri di repertorio per ogni singolo prodotto, dato che ci sono molti prodotti offerti per ogni singolo lotto e per evitare di compilare una scheda per ogni prodotto, si può trovare un'altra soluzione.

**Al fine di facilitare la compilazione dell'offerta tecnica è possibile presentare una scheda questionario riferita all'intero lotto riportante le informazioni comuni relative ai dispositivi e un elenco allegato contenete i vari dati riferiti ai singoli prodotti.**

**Errata corrige:**

All'Allegato n. 1 – capitolato: elenco descrittivo dei dispositivi” sono apportate le seguenti variazioni:

- 1) lotto 89 il quantitativo del dispositivo è corretto a 15 e l'importo complessivo del lotto è corretto a € 52.500,00;**
- 2) lotto 101 l'importo complessivo del lotto è corretto ad € 13.500,00;**
- 3) lotto 135 il quantitativo del dispositivo è corretto a 9;**
- 4) lotto 137 l'importo complessivo di tale lotto è corretto ad € 21.000,00;**
- 5) lotto 138 l'importo complessivo di tale lotto è corretto ad € 12.000,00;**
- 6) lotto 139 il quantitativo del dispositivo è corretto a 6 e l'importo complessivo del lotto è corretto a € 15.600,00.**
- 7) i lotti n. 167, 168, 169 e 170 sono annullati.**

**Considerata la complessità della gara, al fine di consentire a tutte le ditte concorrenti di prendere visione dei predetti chiarimenti e modifiche al capitolato e di formulare un'offerta corretta il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato al 31.05.2013 ore 14:00.**

**Seguirà pubblicazione dell'avviso GUUE di proroga termini.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB