



**"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"**
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le

Imprese interessate

prot. n. **378** del **11.03.2014**

Oggetto: Procedura aperta di rilievo europeo per la fornitura di pompe infusionali complete di sistemi di alloggiamento e di materiale di consumo per le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione.

A seguito di alcune segnalazioni di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, ai correlati chiarimenti e modifiche al capitolato:

- a) Con riferimento alla gara in oggetto, si richiedono dei chiarimenti relativi alla base d'asta. La base d'asta, attualmente indicata in 418.000,00 € risulta non congrua ai servizi/prodotti richiesti e di gran lunga inferiore non solo ai prezzi medi di mercato, ma anche alle condizioni economiche attualmente in essere presso la Vostra struttura. Alla luce di queste considerazioni, Vi chiediamo di specificare se quel valore di 418.000 è da intendersi come base d'asta o come valore puramente indicativo della fornitura.

A seguito di verifica ulteriore, il fabbisogno relativo ai kit in materiale diverso dal PVC per farmaci incompatibili con il PVC è aggiornato a 5.000 kit/anno per l'Ospedale C.T.O. e a 4.000 kit/anno per l'Ospedale D. Cotugno per un totale di 9.000 kit/anno complessivi, e il valore della base d'asta è aggiornato a € 470.000,00, IVA esclusa.

Tale nuovo importo non costituisce un valore puramente indicativo, è da intendersi invece come base d'asta che non può essere superata.

- b) Il prezzo posto a base d'asta risulta essere eccessivamente restrittivo e, qualora confermato, potrebbe: 1) limitare la massima partecipazione e par condicio degli Operatori Economici; 2) condizionare fortemente l'offerta economica che di certo non sarebbe la migliore auspicabile in particolare in termini di presentazione di prodotti qualitativamente elevati per la Stazione Appaltante.

Vds. risposta precedente lett. a).

- c) Con la presente siamo a comunicarvi che, in base alle ultime gare a cui abbiamo partecipato, per equivalenti tipologie di attrezzature e di cui conosciamo l'esito dei prezzi di aggiudicazione, a nostro parere, il prezzo da voi indicato come base d'asta è da considerarsi troppo basso. Pertanto, per

permetterci di partecipare, chiediamo cortesemente una Vs. riconsiderazione riallineando l'importo di base d'asta ad una cifra di mercato.

Vds. risposta precedente lett. a).

- d) Alla luce del fatto che il prezzo posto a base d'asta per l'intera fornitura è a nostro parere al di sotto dei valori di mercato, si chiede di conoscere se il valore massimo di offerta (€ 418.000,00 quinquennale pari ad € 83.600,00 annuali) può essere significativamente elevato da codesta Stazione Appaltante.

Vds. risposta precedente lett. a).

- e) Caratteristiche a pena esclusione, punto 44. Si richiede conferma della caratteristica "eliminazione automatica bolo post-occlusione" nelle caratteristiche della pompa volumetrica in quanto normalmente viene richiesto sulle pompe a siringa che infondono farmaci concentrati.

La caratteristica è erroneamente presente nell'elenco delle caratteristiche relative alle pompe volumetriche. Tale caratteristica è richiesta per le pompe a siringa.

- f) Caratteristiche tecniche apparecchiature. Relativamente a quanto riportato sul capitolato tecnico: "Il software per la gestione dei database farmaci, dei protocolli di infusione, della configurazione delle caratteristiche delle pompe, ecc." volevamo chiarimenti rispetto alla Vs. gentile richiesta.

La caratteristiche del software gestionale da utilizzare su ogni pompa e sulle due workstation previste dalla fornitura in modo centralizzato, dovrà prevedere le seguenti funzionalità minime:

- **Gestione infusione (gestione del database farmaci, gestione dei protocolli di infusione, gestione degli allarmi);**
- **Gestione del bilancio dei fluidi;**
- **Gestione di report di dimissione (con riassunto dei dati di infusione personalizzabile) da allegare in cartella clinica;**

Il software dovrà inoltre poter dialogare mediante protocolli standard con il sistema HIS aziendale. Il trasferimento dei dati dovrà poter essere dimensionato in ragione della quantità e della tipologia dei dati che si intende trasferire. Il trasferimento dovrà poter avvenire in automatico o in modalità manuale "on demand".

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB