

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **3153** del **11.11.2015**

A tutte le

Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di un tomografo a risonanza magnetica con intensità di campo pari a 1,5T comprensiva di apparecchiature amagnetiche a supporto e dei lavori strettamente necessari all'installazione da destinare alla U.O.C di Radiodiagnostica dell'Ospedale V. Monaldi.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori coinvolti nella realizzazione della fornitura, ai correlati chiarimenti:

- a) Si chiede di conoscere con precisione i limiti di fornitura e realizzazione delle opere ed impianti a corredo della risonanza.

Vds. "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria" inserita nel capitolato speciale d'appalto.

- b) Si chiede di avere il progetto esecutivo aggiudicato nella gara delle opere per la realizzazione del reparto di risonanza magnetica.

Vds. allegati al Capitolato richiamati nella parte "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria".

- c) Si chiede di avere planimetria affidabile ed aggiornata in DWG.

Vds. allegati al Capitolato richiamati nella parte "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria".

- d) Si chiede di conoscere le portate dei solai nelle zone di competenza del reparto da realizzare e lungo tutto il corridoio di transito del magnete in fase di introduzione.

Vds. "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria" inserita nel capitolato speciale d'appalto.

- e) CSA art. 8 ... si chiede di confermare che il tetto massimo di tali penalità è del 10% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 145, comma 3 del d.p.r. 207/2010 ...

Si conferma.

- f) CSA art. 3 ... si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full risk (36 mesi), senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti sia hardware che software inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

Oltre agli aggiornamenti hardware e software inerenti la sicurezza devono essere assicurati tutti gli aggiornamenti a versioni successive dei software offerti in gara, qualora disponibili. Non sono da intendersi come aggiornamenti altri software non presenti in offerta, sia se posseduti all'atto della gara sia se di sviluppo successivo.

- g) CSA all. A punto 10 ... si chiede di precisare se i citati 5 anni postcollaudo sono da intendersi "36 mesi garanzia full risk" + eventuali 24 mesi di contratto di manutenzione postgaranzia" da quotare separatamente nella busta economica, oppure trattasi di mero errore.

Nell'offerta economica ci devono essere almeno 36 mesi di garanzia, i 24 mesi aggiuntivi sono da quotare a parte.

- h) CSA art. 5 ... durante il sopralluogo preliminare ... non sono state fornite le indicazioni inerenti le lavorazioni che rientrano nell'appalto nonostante la procedura in oggetto preveda "... lavori strettamente necessari all'installazione ...".

Vds. "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria" inserita nel capitolato speciale d'appalto.

- i) Si chiede di conoscere con precisione i limiti di fornitura e realizzazione delle opere ed impianti a corredo della risonanza.

Vds. "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria" inserita nel capitolato speciale d'appalto.

- j) ... si chiede che codesto Ente:
-voglia emendare la lex specialis, rimuovendo l'art. 14 del CSA (ovvero voglia fornire chiarimenti giuridici in ordine alla legittimità della clausola contrattuale in questione).
-voglia rendere circostanziate informazioni in ordine all'esistenza, o meno, di procedure centralizzate in corso tali da far considerare "non utile" la gara in oggetto ...

In merito alla richiesta si precisa che la clausola contestata, contenuta nell'art. 14 del CSA, è imposta dalla Centrale di Committenza Regionale, So.Re.Sa. spa, la quale, per legge regionale, è titolare esclusivo della funzione acquisti per i beni e servizi necessari agli Enti Sanitari del SSR. Questa Azienda, in deroga a quanto sopra, ha ottenuto dalla stessa

Centrale di Committenza apposita autorizzazione all'espletamento di un'autonoma gara d'appalto. Allo stato attuale non risultano procedure centralizzate aventi ad oggetto la medesima fornitura.

- k) Si chiede di confermare che l'area di intervento è circoscritta alla sola sala esame, sala comandi e locale tecnico e che, pertanto, i restanti locali saranno oggetto di altro appalto ed esclusi dalla presente fornitura.

Vds. "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria" inserita nel capitolato speciale d'appalto.

- l) Impianti elettrici: si chiede di confermare che la linea di alimentazione ed il quadro elettrico a servizio dell'apparecchiatura RM sono esclusi dalla presente fornitura e saranno oggetto di altro appalto.

Si conferma.

- m) Impianti meccanici: si chiede conferma che la realizzazione dell'impianto CDZ (UTA, gruppo frigo e canali di distribuzione ...) a servizio del reparto di Risonanza Magnetica saranno oggetto di altro appalto e, pertanto, a carico della scrivente sarà la sola refrigerazione a servizio dell'apparecchiatura RM.

Si conferma.

- n) Gas medicali: si chiede di confermare che saranno a carico della scrivente la sola fornitura delle prese gas medicali e la distribuzione interna in sala esame e che sarà possibile attestarsi alla montante principale nella zona preparazione paziente realizzata a vostra cura.

Si conferma.

- o) Si chiede di mettere a disposizione della scrivente lo stato di fatto e lo stato di progetto dei locali oggetto di intervento aggiornato in formato digitale.

Vds. allegati al Capitolato richiamati nella parte "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria".

- p) Si chiede di specificare l'altezza dei locali oggetto di intervento da pavimento a solaio.

4,00 metri circa.

- q) Si chiede di specificare se la realizzazione del tubo del quench esterno alla sala esame sarà realizzato a cura dell'Azienda Ospedaliera che lo realizzerà sulla base delle specifiche fornite dal costruttore della RM.

Vds. "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria" inserita nel capitolato speciale d'appalto.

- r) Si chiede di voler mettere a disposizione della scrivente i dati relativi alle portate del solaio relativamente a: sala esame, corridoio/terrazzo esterno visionati in fase di sopralluogo come possibile percorso di introduzione della RM.

Vds. allegati al Capitolato richiamati nella parte "Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria".

- s) All'interno del Vs. DUVRI, non si evince la quantificazione degli oneri da interferenze. Si chiede conferma se tali oneri corrispondono agli oneri di sicurezza pari a € 1.875,00 indicati nel Disciplinare di gara.

Si conferma (vds. anche la chiara indicazione contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto).

- t) All'ultima pagina dello stesso DUVRI, è presente un riferimento ai seguenti allegati:
- documento informativo sui rischi per le imprese appaltatrici, i prestatori d'opera e di lavoro somministrato operanti nell'interno dell'Azienda;
 - documento informativo per la procedura gestione rischio amianto;
- che però non sono presenti tra la documentazione di gara.
Si chiede se si tratti di allegati che saranno trasmessi in caso di aggiudicazione.

Trattasi di allegati che saranno trasmessi alla sola ditta aggiudicataria.

- u) Si chiede conferma che i certificati richiesti tra la documentazione tecnica, possano essere presentati nella loro lingua originale.

Si consente che i soli certificati possono essere presentati in italiano o in inglese.

Errata corrige

Al fine di meglio definire i limiti di fornitura e dare l'esatta indicazione delle opere ed impianti da realizzare a corredo della risonanza magnetica ed, ancora, allo scopo di consentire un miglior confronto concorrenziale si sono apportate alcune modifiche al capitolato speciale d'appalto, di seguito indicate:

- 1) il CSA è stato integrato con la **“Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria”**;
- 2) il CSA è stato integrato con le planimetrie richiamate nella parte denominata **Descrizione dei lavori propedeutici all'installazione a carico della ditta aggiudicataria”**;
- 3) nel CSA la suddivisione dei punteggi fra i criteri di valutazione dell'offerta è confermata per macro caratterista; è stata però modificata la suddivisione dei punteggi per le sottocaratteristiche (vds. **“assegnazione dei punteggi”** nel Capitolato Speciale d'Appalto).

Tali modifiche sono riportate nella nuova versione del Capitolato Speciale d'Appalto, sostitutivo del precedente, che viene pubblicato sul sito contestualmente alla presente nota di chiarimenti.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB