



A.O.R.N.
"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"
Monaldi-Cotugno-CTO
NAPOLI

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **882 del 14.06.2013**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura di elettrodi per monitoraggio cardiologico e neurologico, sensori per saturimetria e prodotti per elettrochirurgia.

Facendo seguito ad una richiesta di chiarimento al capitolato speciale di appalto, formulato da un concorrente interessato alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, i correlati riscontri:

In relazione all'oggetto siamo a porvi il seguente quesito rif. 7-8-9-10-11 dell'elenco descrittivo dei dispositivi sensori per saturimetria sono richiesti cavi e moduli per i monitor in dotazione. Potreste fornirci l'elenco dei monitor in dotazione? Cosa si intende per cavo? Cosa si intende per modulo?

La descrizione dei lotti 7, 9, 10 e 11 “Sensori per saturimetria monouso, attacco tipo Nellcor, adesivi, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Compatibili con gli apparecchi in dotazione. La fornitura comprende i cavi e moduli per i monitor.”

va corretta nel modo seguente:

“Sensori per saturimetria monouso, attacco tipo Nellcor (R-CAL/7 pin), adesivi, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa.”

L'attacco citato è standard e quindi non è necessario fornire l'elenco degli apparecchi in dotazione.

La descrizione del lotto 8 va modificata nel modo seguente:

“Sensori per saturimetria etmoidali adulti monouso, attacco tipo Nellcor, adesivi, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa.”

Errata corrigere:

Le correzioni di cui sopra sono state riportate anche nei documenti già pubblicati sul sito internet. Pertanto si è provveduto alla ripubblicazione dell’”elenco descrittivo dei dispositivi” e del “modulo offerta economica” in cui si sono aggiornate le descrizioni dei dispositivi.

**Il Dirigente Responsabile
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato**
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB