

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedaldeicolli.it

prot. n. **1624** del **14.11.2013**

A tutte le
imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura in acquisto compresa l'installazione di un sistema SPECT/TC Total body da destinare alla U.O. di Medicina Nucleare e di un sistema radiologico digitale diretto da destinare alla U.O. di Radiodiagnostica dell'Ospedale V. Monaldi.

A seguito di richieste di precisazioni di una impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, a fornire i correlati riscontri e ad apportare delle modifiche ad alcune indicazioni del capitolato:

- a) Si richiede di specificare se, come indicato nel CSA – all. A pag. 7, la disponibilità di potenza elettrica per la U.O. di Medicina Nucleare consenta un consumo massimo per l'apparecchiatura oggetto della procedura pari a 30kW trifase o superiore. Nel caso il valore di 30kW trifase dovesse essere confermato, si richiede se e dove sia possibile reperire ulteriore potenza, indispensabile per poter consentire il funzionamento di un Sistema ibrido SPECT/CT quale quello oggetto della procedura.

Si conferma che la potenza attualmente disponibile è 30 kW trifase. Nel caso in cui l'apparecchiatura della ditta aggiudicataria avesse bisogno di una potenza superiore, c'è la possibilità di predisporre una nuova linea fino ad ulteriori 30kW. Gli oneri derivanti da questa variante saranno a carico dell'Amministrazione appaltante.

- b) Si richiede di specificare se, come indicato al punto n) del Vs. documento prot. n. 1535 del 31.10.2013 il carico del solaio è di 200 kg/mq o come ragionevolmente atteso superiore ...

Si precisa in merito a tale richiesta che è preciso obbligo della ditta aggiudicataria di effettuare le verifiche statiche prima dell'installazione e di segnalare l'eventuale non idoneità della struttura.

Gli oneri derivanti dalle verifiche statiche sono a carico della ditta aggiudicataria, mentre gli oneri eventuali per i lavori di ristrutturazione necessari al solaio saranno a carico dell'Amministrazione appaltante.

- c) Si chiede di specificare se la Gamma Camera Philips mod. Cardio MD deve essere oggetto, come specificato nel CSA – all. A pag. 7, di smontaggio,

trasferimento, rimontaggio e rimessa in funzione in altro locale o se, come emerso durante il sopralluogo effettuato dal ns. delegato, debba invece essere oggetto di smontaggio per rimozione e smaltimento ...

Essendo sopraggiunte nuove esigenze, si modifica ora quanto scritto a pag. 7 del Capitolato Speciale. A carico della ditta aggiudicataria vi è lo smontaggio e lo smaltimento delle due vecchie gamma camere presenti nella U.O. di Medicina Nucleare. Non sarà quindi richiesto il rimontaggio della gamma camera Cardio MD. Gli oneri derivanti da smontaggio e smaltimento sono a carico della ditta aggiudicataria e sono inclusi quindi nella base d'asta.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato**
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB