

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **132** del **19.01.2015**

A tutte le

Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento fornitura in acquisto compresa l'installazione di un sistema SPECT/TC Total body da destinare alla U.O. di Medicina Nucleare dell'Ospedale V. Monaldi.

A seguito di alcune segnalazioni di impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti e modifiche al capitolato:

- a) ... desideriamo segnalare che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ... così come non è stata riscontrata alcuna indicazione dei relativi importi a base d'asta e delle rispettive categorie e classifiche SOA richieste per la qualificazione dell'esecuzione dei lavori medesimi ...

Nella gara in oggetto non sono previsti lavori di predisposizione dei locali. Eventuali prestazioni correlate all'installazione possono formare oggetto di subappalto.

- b) All'art. 3.6 del capitolato, riscontriamo che per quanto concerne la manutenzione delle apparecchiature oggetto dell'appalto, saranno applicate penali pari allo 0,5% del valore della fornitura per ogni giorno di fermo macchina superiore al massimo indicato. ... desideriamo segnalare che le citate previsioni superano le soglie stabilite dalla vigente normativa ...

La penale è ridotta all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

- c) Al fine di garantire la massima compatibilità con i sistemi esistenti in reparto ... si richiede di indicarci che tutti i suddetti sistemi siano compatibili con il formato DICOM 3.0.

Tutti i sistemi esistenti in reparto sono compatibili con il formato DICOM 3.0.

- d) Chiediamo conferma di quanto indicato nell'allegato A del capitolato speciale ovvero che le Gamma Camere da ritirare e smaltire sono due.

Si conferma.

Errata corrige

Il Settore interessato alla fornitura in argomento, per ragioni interne, ha individuato una nuova locale dove deve essere installata l'apparecchiatura. Pertanto si procede alla pubblicazione della nuova planimetria dei locali interessati.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato**
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB