

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le

**Imprese interessate**

prot. n. **869** del **30.05.2014**

**Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di n. 7 diversi sistemi per l'esecuzione di trattamenti di sostituzione renale continua (CRRT), di plasmateresi, di plasmafiltrazione ed adsorbimento, di emoperfusione e di decapneizzazione.**

A seguito di alcune segnalazioni di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti e modifiche al capitolato:

- a) Partecipando alla ... procedura soltanto per lotti dal n. 3 al n. 7 siamo a chiedere se è necessario comunque specificare sulla busta dell'offerta economica (una per ogni lotto) la seguente dicitura: "busta A2: offerta economica/prezzo più basso – gara per l'affidamento della fornitura di sistemi per emofiltrazione per l'A.O. Dei Colli?"

**Tale indicazione va riportata sulla busta contenente le offerte economiche relative ai lotti aggiudicabili con il criterio del prezzo più basso.**

- b) Il prodotto da noi offerto è un kit contenuto in una confezione indivisibile costituito da materiale consumabile dedicato, necessario ad una corretta esecuzione del trattamento (filtro, linee, sacca, ecc.) pertanto dovremmo indicare il prezzo di tale kit: è necessario indicare nel dettaglio anche i prezzi dei singoli componenti che lo costituiscono?

**E' necessario indicare nel dettaglio anche i prezzi dei singoli componenti che costituiscono un kit.**

**Errata corrige**

Su indicazione dei Settori interessati alla fornitura in argomento si apportano al Capitolato Speciale d'Appalto le seguenti correzioni:

1. dall'elenco del fabbisogno complessivo dei kit previsti per il lotto 1 (pag. 1 del capitolato) sono eliminate le seguenti voci di prodotto:
  - 100 kit/anno per trattamenti di CRRT con filtri con membrane pre-eparinate e capacità di assorbimento di endotossine e citochine;

- 50 kit/anno per trattamenti di CRRT con filtri con membrane ad alto cut-off per la rimozione dei mediatori dell'infiammazione;
- 1.000 sacche/anno di soluzione infusionale sterile e apirogena con tampone bicarbonato contenente fosforo.

Tali prodotti possono essere eventualmente quotati con la presentazione del listino prezzi o stralcio dello stesso sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di poteri di firma, con dichiarazione allegata in cui è indicato lo sconto che il concorrente è disposto a praticare per l'eventuale fornitura degli stessi (*vs. lett. a1.3) delle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta del disciplinare di gara*).

2. Nella parte del fabbisogno complessivo delle sacche dedicate, sempre con riferimento al lotto 1, la descrizione "3.000 sacche/anno di soluzione infusionale sterile e apirogena contenenti citrato in varie formulazioni comprese da 10 a 20 mmol/l" è sostituita dalla seguente "**3.000 sacche/anno di soluzione infusionale sterile e apirogena contenenti citrato in varie formulazioni**";
3. Sempre con riferimento al lotto 1 della gara la richiesta dotazione minima, per le apparecchiature offerte, di 3 bilance gravimetriche (pag. 10 del capitolato) è da intendersi annullata e sostituita dalla seguente "**dotazione da 1 a 3 bilance gravimetriche**".
4. Al lotto 7 "fornitura triennale di sistema per la rimozione extracorporea monitorata online della CO2 dal sangue di pazienti affetti da patologie respiratorie (ARDS e BPCO) costituito da un'apparecchiatura a noleggio con somministrazione del materiale di consumo da destinare alla UOSD Rianimazione ed ECMO – Ospedale Monaldi" per mero errore di trascrizione è stata omessa la seconda apparecchiatura destinata all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale D. Cotugno. Pertanto si correggono le precedenti indicazioni nel senso che il noleggio riguarda n. 2 apparecchiature e conseguentemente l'offerta si intenderà formulata per n. 2 apparecchiature.

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB