

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le

**Imprese interessate**

prot. n. **3237** del **18.11.2015**

**Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di dispositivi per chirurgia mini-invasiva e per elettrochirurgia e di alcuni dispositivi da sutura.**

A seguito di alcune richieste di chiarimenti di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti:

- a) ... lotto n. 35 della gara ... facciamo presente che la descrizione del lotto in questione identifica un unico prodotto specifico di una sola ditta e ci risulta essere tale da limitare una più ampia partecipazione. Si chiede, cortesemente, la possibilità di modificare la descrizione contenuta nel capitolato in modo da permettere ad un maggior numero di ditte di presentare offerta per il lotto in questione.

**Alla descrizione delle caratteristiche del prodotto di cui al lotto 35 della gara è aggiunta la seguente dicitura "o altro sistema che garantisca una tenuta equivalente".**

- b) Per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria accettate la certificazione ISO 13485? La certificazione ISO utile alla riduzione della cauzione provvisoria permette anche la riduzione del 50% della cauzione definitiva?

**Si ammette la possibilità di usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria e di quella definitiva per le imprese in possesso della certificazione ISO 13485; in quanto le caratteristiche di tale certificazione, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto (dispositivi medici), conferiscono all'operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale certificazione UNI EN ISO 9001.**

- c) ... sono a richiedere il seguente chiarimento relativamente alla campionatura da presentare per la gara in oggetto: Per imballaggio esterno si intende il cartone con cui è trasportata la protesi oppure la confezione "esterna" della protesi? ... Cosa si intende per confezione secondaria: la confezione esterna della protesi oppure la seconda busta sterile (quella interna)?

**Il quesito risulta formulato in maniera poco chiara, anche perché fa riferimento a prodotti non oggetto della gara. Si precisa comunque che la confezione primaria e quella a diretto contatto con il dispositivo, quella secondaria è quella esterna.**

- d) ... In merito alla descrizione tecnica dei prodotti di cui al Capitolato di gara, si chiede di apportare alcune modifiche ritenute – ad avviso della scrivente società – necessarie al fine di consentire la partecipazione alla procedura in oggetto ad una più ampia platea di operatori. In quest’ottica appare opportuno:
- ampliare la misura della lama delle forbici, richiesta da 10 mm;
  - per quanto riguarda il lotto 41, eliminare la richiesta relativa al “contatore digitale” e adeguare il numero delle clip a 15, analogamente a quanto previsto in relazione alle voci precedenti, in cui si prevedono n. 15-18 clip.

**Alla descrizione delle caratteristiche del prodotto di cui al lotto 11 della gara la dicitura “lama da 10” è sostituita dalla seguente “lame di diverse misure”.**

**Alla descrizione delle caratteristiche del prodotto di cui al lotto 41 della gara la dicitura “16 clip” è sostituita dalla seguente “12-18 clip” e la sola parola “digitale” è eliminata.**

- e) Si richiede di voler meglio specificare cosa si intende esattamente con la dicitura “Referenza Fabbricante (obbligatoria)” presente sull’allegato 2 scheda questionario prodotto, in quanto non è chiaro quale informazione vada inserita in questo campo.

**La referenza fabbricante è il codice del prodotto del fabbricante. Nel caso di impresa rivenditrice del prodotto tale dato deve essere inserito.**

- f) In relazione alla gara della fornitura di dispositivi per chirurgia mini-invasiva e per elettrochirurgia e di alcuni dispositivi di sutura per le Unità di Chirurgia Generale, il punto b) pag. 4 del disciplinare di gara fa riferimento: “ al fatturato nel triennio 2012-2014 di un importo complessivi, IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto della gara (fornitura dispositivi medici) non inferiore al valore del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre”, orbene per fatturato si intende solo quello agli enti pubblici o anche alle strutture private?

**Il fatturato può anche essere riferito a società private che effettuano prestazioni sanitarie.**

- g) Lotto 22. Lo strumento richiesto risulta essere unico ed esclusivo di una unica azienda; chiediamo di eliminare il lotto.

**Il prodotto in questione è stato previsto in lotti diversi (vds. lotto 21) al fine di evitare che il non possesso da parte di un concorrente di una misura particolare, ne impedisse la partecipazione alla gara. Il lotto 22 è pertanto confermato, anche in considerazione del fatto che il dispositivo è attualmente utilizzato.**

- h) Lotto 30. Lo strumento richiesto risulta essere unico ed esclusivo di una unica azienda, chiediamo di aumentare la tolleranza da +/- 2 a +/-4.

**La tolleranza indicata nella descrizione del lotto 30 è modificata nella seguente +/- 4.**

- i) Lotto 35. La dicitura a 2 uncini identifica il prodotto esclusivo di una unica azienda, chiediamo pertanto di eliminare tale dicitura.

**Vds. Risposta quesito lett. a).**

- j) Lotto 39. La dicitura stelo in metallo identifica il prodotto di una unica azienda, chiediamo pertanto di eliminare tale dicitura.

**La dicitura “in metallo” contenuta nella descrizione del prodotto di cui al lotto 39 è eliminata.**

- k) Lotto 40. La dicitura stelo in metallo identifica il prodotto di una unica azienda, chiediamo pertanto di eliminare tale dicitura; il numero di clip richiesto è di 15-18 clips, chiediamo di modificare in 12-18 clips in modo da poter rispondere al lotto.

**La dicitura “in metallo” contenuta nella descrizione del prodotto di cui al lotto 40 è eliminata. Nel medesimo lotto il numero di clips è modificato nel seguente “12-18 clips”.**

### **Errata corrige**

Al fine di consentire un maggior confronto concorrenziale le modifiche di cui alle precedenti lett. a), d), g), h), i), j) e k) del presente documento si intendono valide anche per l'allegato 1 al capitolato speciale contenete la descrizione dei prodotti e per tutti i documenti di gara pubblicati.

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB