



"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

Azienda Ospedaliera dei Colli

U.O.C. Servizio Provveditorato
tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le
Imprese interessate

Napoli, 02.10.2017

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di filtri e dispositivi medici per dialisi.

A seguito di alcune segnalazioni e richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti e modifiche al capitolato:

- a) Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti, è necessario inserire singole buste per ogni lotto in un'unica busta generale dell'offerta economica (Busta A) oppure le documentazioni dell'offerta economica di tutti i lotti vanno inserite sfuse nella busta generale dell'offerta economica. Stesso chiarimento si chiede per la documentazione tecnica (Busta C).

Per quanto riguarda l'offerta economica non sono necessarie distinte buste in quanto il modulo dell'offerta economica è unico. La documentazione tecnica, indipendentemente dai lotti di partecipazione, va inserita in una sola busta.

- b) In riferimento alla "lettera A) Offerta economica" del disciplinare di gara, si chiede se il CD Rom richiesto al punto a1) e a2) possa essere unico per tutti e due i punti.

Si può essere unico.

- c) Si chiede se "il prospetto correlato all'offerta economica" debba essere compilato uno per ogni lotto offerto oppure unico per tutti i lotti offerti. Stesso discorso per il "modulo offerta".

Unico per tutti i lotti offerti.

- d) Si chiede se nel caso in cui all'interno del lotto sono richieste più misure/forme, è possibile presentare come campionatura solo una misura a scelta tra quelle offerte.

Si è possibile presentare solo una misura a scelta.

- e) Si chiede se, in riferimento alla documentazione tecnica, sia possibile presentare Certificazione CE e dichiarazione di conformità del produttore per i prodotti offerti in lingua originale (inglese).

Si, tale possibilità è ammessa.

- f) In riferimento ai lotti 8 (Catetere per vena femorale quale accesso temporaneo per emodialisi sterile...) e 12 (Catetere per vena giugulare succlavia sterile monouso, precurvato o sagomabile, quale accesso temporaneo per emodialisi...) , chiediamo a Codesto Spettabile Ente di voler precisare se per le misure ivi richieste è prevista una percentuale di flessibilità, e se sì quale, o se sono da considerarsi fisse, pena esclusione.

In merito al lotto 8 per quanto riguarda il diametro è ammessa una tolleranza di 0,5 Fr, per quanto riguarda la lunghezza il range è già fissato dal capitolato; in merito al lotto 12 per quanto riguarda il diametro è ammessa una tolleranza di 0,5 Fr, per quanto riguarda la lunghezza le misure, già distinte per ciascun sublotto, devono essere quelle indicate dal capitolato.

- g) Capitolato tecnico - pagina 9
LOTTO 2: filtri per emodialisi per trattamenti a basso flusso. Nella tabella successiva relativa alla ripartizione dei punti, viene però indicato KUF da 50 a 85 ml/min, pertanto tipico degli alti flusso. Domanda: Si chiede di confermare la tipologia di membrana se alto o basso flusso, così come di conseguenza i successivi valori di clearance relativi.

Si conferma che sono richiesti filtri a basso flusso. Si correggono i valori nella tabella relativa alla ripartizione dei punteggi nel senso che il coefficiente di ultrafiltrazione deve essere da 30 a 45 ml/min. (quello indicato per errore nella tabella da 50 a 85 ml/min. è infatti una prerogativa dei filtri ad alto flusso).

- h) Capitolato tecnico - pagina 9
LOTTO 2: filtri a basso flusso.
Domanda: Si chiede di precisare se sono indicati punti per la caratteristica membrana con Vitamina E, se sono ammesse equivalenze funzionali.

Sono previsti 10,00 punti per la caratteristica "Modificato con vitamina E". Non sono ammesse equivalenze funzionali.

- i) A pag. 8 il Disciplinare di gara è così rubricato: "L'offerta economica, la documentazione amministrativa e quella tecnicadevono essere, a pena di esclusione, sottoscritte nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'impresa..." si chiede se quindi, nella documentazione amministrativa, anche la fidejussione bancaria e le referenze bancarie debbano essere firmate a pena d'esclusione dal legale rappresentante della ditta concorrente.
Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti, per la documentazione tecnica sia necessario inserire le buste dei singoli lotti in un plico generale Busta C Documentazione Tecnica.

Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti, per l'offerta economica sia necessario inserire le buste dei singoli lotti in un plico generale Busta A Offerta Economica.

Non è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa partecipante della fidejussione bancaria e delle referenze bancarie, in quanto i documenti in questione sono di terzi e per i quali si ritengono sufficienti le sottoscrizioni rispettivamente dei contraenti e del rappresentante della banca.

Per gli altri quesiti vds. risposte lett. a).

- j) Nel capitolato speciale è specificato che la ditta offerente dovrà produrre tutta la documentazione tecnica e certificazioni dei prodotti in lingua italiana, pena esclusione. Siamo a richiede se solo la certificazione CE e la dichiarazione di conformità potranno essere prodotte in lingua inglese essendo il nostro fabbricante tedesco e non potendo fornirci le dichiarazioni in lingua italiana.

Vds. risposta quesito lett. e).

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Francesco Buzzo



**Il Dirigente Responsabile ff
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
ing. Gianluca Giaconia**

