

U.O.C. Servizio Provveditorato
tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le
Imprese interessate

Napoli, 26.11.2018

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di sistemi analitici e attrezzature per l'esecuzione delle indagini diagnostiche di anatomia patologica, con somministrazione, ove previsto, dei reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo, da destinare all'Unità Operativa Complessa di Anatomia ed Istologia Patologica.

A seguito di alcune segnalazioni e richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, ai correlati chiarimenti e modifiche al capitolato:

a) Lotto 6 coloratori automatici.

a1) Tipologia e quantità di test/materiale di consumo richiesti pag. 11 – rif. 2 "anticorpi per farmacodiagnostica", si prega di precisare.

a2) Tipologia e quantità di test/materiale di consumo richiesti pag. 11 – rif. 3 "anticorpi ad alto valore diagnostico", si prega di precisare.

a1) Si precisano di seguito i singoli test "anticorpi per farmacodiagnostica":

rif.	Descrizione	n. sedute sett.li	u.m.	fabb./an no
2	Anticorpi per farmacodiagnostica	---	---	---
2.1	ALK	7	det.	500
2.2	PD-L1	7	det.	500

a2) Si precisano di seguito i singoli test "anticorpi ad alto valore diagnostico":

rif.	Descrizione	n. sedute sett.li	u.m.	fabb./an no
3	Anticorpi ad alto valore diagnostico	---	---	---

3.1	Sonda HER2 con kit di rilevazione	7	det.	100
3.2	Sonda Kappa	7	det.	100
3.3	Sonda Lambda	7	det.	100
3.4	Sonda EBER	7	det.	100
3.5	HPV basso rischio	7	det.	50
3.6	HPV alto rischio	7	det.	50
3.7	HER2	7	det.	300
3.8	BRAF	7	det.	250
3.9	CD117	7	det.	250
3.10	EGFR	7	det.	200
3.11	HA	7	det.	50
3.12	MSLN	7	det.	450
3.13	PTEN	7	det.	100
3.14	ROS1	7	det.	600
3.15	HENT1	7	det.	50
3.16	DLL3	7	det.	200
3.17	C-MET	7	det.	50

Per effetto di tali precisazioni il file dell'offerta economica del lotto 6 viene ripubblicato sul sito www.ospedalideicolli.it per consentire una corretta formulazione dell'offerta.

- b) b1) Si chiede conferma che le quantità di soluzioni coloranti, di cui al rif. 10 della tabella "Tipologia e quantità di test/materiali di consumo richiesti" dell'Allegato A al Capitolato, relative al lotto 10, siano da intendersi quale quantità necessarie all'esecuzione di 10.000 test cervico vaginali;
b2) Si chiede la possibilità di presentare le Dichiarazioni di conformità, le Certificazioni ISO e la Bibliografia in lingua originale, senza presentare opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

b1) Si conferma.

b2) I documenti indicati possono essere presentati in lingua inglese. Se la lingua in cui sono redatti è diversa da quella inglese, considerata la mole della documentazione da produrre, dato l'elevato numero di lotti, a parziale deroga del bando tipo sono ammesse traduzioni avvalorate da autocertificazione secondo il dpr 445/2000 e s.m.i.

- c) lotto n. 4 – coloratore automatico per colorazione speciale – capitolato speciale d'appalto per la fornitura ... pag. 8 di 31. In caso di mancanza di kit di colorazioni ottimizzate su strumentazione in automatico indicate nei requisiti minimi, si richiede la possibilità di offrire colorazioni in manuale.

Non è possibile offrire colorazioni in manuale in quanto tale metodica è stata esclusa a priori per ragioni di organizzazione e rapidità del lavoro.

- d) "Si chiede la possibilità di allegare, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 e s.m.i, limitatamente alle sole Certificazioni ISO e Certificati CE, le copie conformi agli originali di questi ultimi, in

lingua originale, appunto, ovvero in inglese."

Vds. risposta quesito lett. b2).

e) Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere chiarimenti di tipo amministrativo come segue:

e1) All'art. 13 del disciplinare di gara viene precisato che "tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o, se prodotta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana". Si chiede conferma che tale richiesta non sia riferita a quei documenti che sono in origine in lingua inglese quali certificazioni, data sheet o altro.

e2) Si chiede di precisare quali sono i documenti da caricare nell'AVC pass e se tali documenti vanno eventualmente caricati prima della presentazione della gara o solo a richiesta, una volta espletata la procedura.

e3) Si chiede conferma che le prove dei requisiti avverranno una volta espletata la gara e non in fase di invio della gara stessa.

e4) Si chiede conferma che quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale sia corretto in quanto sembrano mancare alcune frasi.

e1) Vds. risposta quesito lett. b2);

e2) I documenti sono chiaramente indicati nel disciplinare di gara, comunque gli stessi andranno caricati solo se richiesti;

e3) le prove dei requisiti avvengono di norma dopo l'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui si riscontreranno situazioni in corso di gara che richiedono di verificare al momento l'effettivo possesso dei requisiti;

e4) per il presente appalto non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

f) In riferimento al LOTTO 11 MICROSCOPIA, siamo con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

f1) Serve campo scuro?

f2) Serve fluorescenza ? Se SI, quanti e quali filtri?

f3) Serve contrasto di fase? se SI, su quali ingrandimenti bisogna osservare in fase?

f4) Serve polarizzazione ?

f5) Serve DIC ?

f6) Il sistema di acquisizione di immagini (camera) deve essere predisposto per osservazione in campo chiaro/scuro/fase, in fluorescenza o entrambi ?

f1) Non serve campo scuro;

f2) Non serve fluorescenza;

f3) Non serve contrasto di fase;

f4) Non serve polarizzazione;

f5) Non serve DIC;

f6) Il sistema di acquisizione di immagini (camera) deve essere predisposto per osservazione in campo chiaro e fluorescenza.

- g) In riferimento alla gara di cui all'oggetto, chiediamo se avete uno schema/fac-simile di contratto di avvalimento tipo.

Lo schema di contratto di avvalimento tipo non è previsto trattandosi di atto stipulato fra privati.

- h) In riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a chiedere:
h1) Nel lotto 2 i pezzi indicati annui pari a 1.000 si intendono lame o confezioni? Se confezioni sono intese da 50 pezzi come solitamente utilizzate in laboratorio?
h2) Nel lotto 13 i pezzi indicati annui delle voci 1 / 2 / 3 sono da intendersi pezzi o confezioni? Se confezioni da quanto?

h1) Le unità di misura sono chiaramente indicate nel prospetto. Nel caso del lotto 2 l'unità di misura riportata per le lame è a pz. e non a conf.;

h2) Le unità di misura sono chiaramente indicate nel prospetto. Nel caso del lotto 13 l'unità di misura riportata per le voci 1, 2 e 3 è a pz. e non a conf.

- i) Lotto 3. In base al D.Lgs 50/2016 art.83 comma 2 "I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione", ed essendo la nostra azienda presente nel settore da più di tre anni, ma non avendo, come da Voi richiesto nel punto 7.2 comma B del disciplinare di gara, il fatturato minimo riferito alla base d'asta, chiediamo se possono considerarsi sufficienti le due lettere di referenza bancaria o indicarci quali possono essere delle prove alternative al fine di dimostrare l'esperienza specifica nel settore.

Si precisa che la base d'asta per il possesso del requisito è da riferirsi all'importo del lotto o dei lotti di partecipazione e non all'importo complessivo posto a base di gara. Si conferma il fatturato minimo richiesto, per le motivazioni indicate nel disciplinare di gara e in considerazione delle possibilità di partecipazione in associazione temporanea di impresa o facendo ricorso all'avvalimento.

- j) In riferimento alla procedura in oggetto, inviamo in allegato richiesta di chiarimenti tecnici:

LOTTO 8 – CARATTERISTICHE MINIME

Processatore - Punto 8: "Possibilità di impostare 15 programmi di processazione e 3 programmi di lavaggio"

- j1) Chiarimento: ai sensi dell'art. 68 della Legge 50/2016, si richiede la possibilità di offrire un processatore con numero di programmi di processazione e lavaggio differenti, che garantiscono medesima e massima flessibilità in base alle esigenze operative e ai carichi di lavoro del Laboratorio.

LOTTO 8 – CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO

Centralina di inclusione – Punto 2: "Impostazione della piastra fredda fino a - 20°C"

j2) Chiarimento: ai sensi dell'art. 68 della Legge 50/2016, si richiede la possibilità di offrire una centralina di inclusione con differente range di impostazione della temperatura in modo da garantire un perfetto raffreddamento del campione ed evitare shock termici derivanti da temperature troppo basse.

Centralina di inclusione – Punto 4: “Capacità vasca di paraffina almeno 6 lt”

j3) Chiarimento: nel punto 11 dei requisiti minimi del lotto 8 si richiede serbatoio della paraffina da 5 lt; nel punto 4 delle richieste a punteggio per il medesimo strumento si chiede invece una capacità della vasca di almeno 6 lt. Si chiede cortesemente di chiarire se si tratta di refuso.

Centralina di inclusione – Punto 5: “Caratteristiche del punto freddo Peltier ad accensione indipendente”

j4) Chiarimento: si chiede cortesemente di chiarire se si fa riferimento un sistema di regolazione indipendente della temperatura piuttosto che ad un meccanismo di accensione indipendente. Si chiede inoltre la possibilità di poter offrire, ai sensi dell'Art. 68 della Legge 50/2016, sistema alternativo che garantisca medesima qualità delle inclusioni.

Coloratore automatico – punto 2: “Strumento completamente chiuso, con allacciamento per scarico esterno vapori, con sviluppo della colorazione su piano lineare”

j5) Chiarimento: si richiede, ai sensi ai sensi dell'Art. 68 della Legge 50/2016, la possibilità di offrire coloratore con diverso piano di sviluppo della colorazione in grado di adattarsi perfettamente al flusso di lavoro del Laboratorio.

LOTTO 13 – CARATTERISTICHE MINIME

Punto 9 – sistema automatico di disidratazione e idratazione dei tessuti: “possibilità di impostare 12 programmi di processazione e 3 programmi di lavaggio”

j6) Chiarimento: ai sensi dell'art. 68 della Legge 50/2016, si richiede la possibilità di offrire un processatore con numero di programmi di processazione e lavaggio differenti, che garantiscono medesima e massima flessibilità in base alle esigenze operative e ai carichi di lavoro del Laboratorio.

Punto 9 –tipologia e quantità di test/materiale di consumo richiesti: “matrice per inclusione profilo D 240 x 33 x 14 mm”

j7) Chiarimento: si prega di chiarire, in riferimento alla descrizione del prodotto, se l'indicazione “matrice per inclusione” è un refuso e si chiede cortesemente di specificare prodotto corretto di riferimento.

Punto 110 – Super mega base molds in acciaio

j8) Chiarimento: si chiede cortesemente di specificare eventuali dimensioni delle molds da offrire o se si tratta di un refuso

LOTTO 13 – CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO

Punto 5 – sistema automatico di disidratazione e idratazione dei tessuti: “sistema di agitazione meccanica dei blocchetti a diverse velocità selezionabili dal programma operativo”

j9) Chiarimento: ai sensi dell'art. 68 della Legge 50/2016, si richiede la possibilità di offrire un sistema di agitazione dei campioni alternativo a velocità

predefinita che garantisce un'infiltrazione più efficiente dei reagenti all'interno dei tessuti

LOTTO 15, LOTTO 16 – ANTICORPI

j10) Chiarimento: si richiede cortesemente di indicare la % minima di Anticorpi da offrire per poter partecipare al lotto

j1) Il riscontro sulle caratteristiche minime del processatore di cui al lotto 8 rif. 8 è fornito nella tabella seguente:

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
8	Possibilità di impostare 15 programmi di processazione e 3 programmi di lavaggio	E' possibile offrire processatori con n. di protocolli di processazione e lavaggi differenti, purchè venga garantita la possibilità di inserire protocolli diversificati per campioni di routine e piccole biopsie e protocolli di lavaggio con diversa durata in base alle diverse esigenze.

j2) Si conferma il requisito a punteggio di cui al lotto 8, punto 2, così come configurato nel disciplinare di gara, in quanto trattasi di caratteristica premiante che non impedisce la partecipazione al concorrente.

j3) Il primo (lotto 8 punto 11) è un requisito minimo, il secondo (lotto 8 punto 4) è a punteggio. Si conferma il requisito a punteggio così come configurato nel disciplinare di gara, in quanto trattasi di caratteristica premiante che non impedisce la partecipazione al concorrente.

j4) Si conferma il requisito a punteggio di cui al lotto 8, punto 5, così come configurato nel disciplinare di gara, in quanto trattasi di caratteristica premiante che non impedisce la partecipazione al concorrente. Si precisa che criterio di attribuzione è di tipo discrezionale pertanto verranno valutate le singole differenti proposte dei concorrenti.

j5) Si precisa che la caratteristica oggetto di valutazione di cui al lotto 8, punto 2, è solo quella relativa alla sicurezza quindi "strumento completamente chiuso, con allacciamento per scarico esterno dei vapori".

j6) Il riscontro sulle caratteristiche minime del processatore di cui al lotto 13 rif. 9 è fornito nella tabella seguente:

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
9	Possibilità di impostare 12 programmi di processazione e 3 programmi di lavaggio	E' possibile offrire processatori con n. di protocolli di processazione e lavaggi differenti, purchè venga garantita la possibilità di inserire protocolli diversificati per campioni di routine, di piccole biopsie, di grandi dimensioni e protocolli di lavaggio con diversa durata in base alle diverse

	esigenze.
--	-----------

j7) Trattasi di un rifiuto. Tale voce di prodotto (lotto 13 rif. 9) è eliminata dall'elenco "Tipologia e quantità di test/materiale di consumo richiesti" e pertanto non deve essere offerta.

j8) Trattasi di un rifiuto. Tale voce di prodotto (lotto 13 rif. 110) è eliminata dall'elenco "Tipologia e quantità di test/materiale di consumo richiesti" e pertanto non deve essere offerta.

j9) Si conferma il requisito a punteggio di cui al lotto 13, punto 5, così come configurato nel disciplinare di gara, in quanto trattasi di caratteristica premiante che non impedisce la partecipazione al concorrente.

j10) Relativamente ai lotti n. 15 e n. 16 devono essere offerte tutte le voci indicati in quanto non sono ammesse offerte parziali.

k) Le caratteristiche minime Consentono la partecipazione solo ad alcune ditte che si auspica siano eliminate...

I riscontri alla segnalazione del concorrente che chiede l'eliminazione di alcune caratteristiche minime dei lotti 1, 2, 3, 8, 13 e 14 sono fornite nelle seguenti tabelle:

lotto 1

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
2	A. Nr. 4 Sistemi da collocare presso i Blocchi Operatori con modalità di funzionamento: • SOLO Immissione automatica del vuoto, nel contenitore rigido e certificato in assenza d'aria; • SIGILLATURA.	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti che garantiscono la conservazione del campione in contenitori rigidi, sottovuoto e sigillati.
3	B. Nr. 2 Sistemi da collocare presso il Laboratorio di Anatomia Patologica con modalità di funzionamento: • SOLO Immissione automatica di fissativo e vuoto, nel contenitore rigido in assenza d'aria • SIGILLATURA	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti che garantiscono la conservazione del campione in contenitori rigidi, sottovuoto e sigillati.
6	Possibilità di stoccare i campioni fissati, mediante l'utilizzo di vuoto/atmosfera modificata, con sigillatura dei contenitori, automatica.	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
7	Strumenti dotati di sistema filtrante con filtro specifico e possibilità, di canalizzazione esterna.	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti che garantiscono la sicurezza dell'operatore.
8	Previsione di contenitori per la gestione sottovuoto.	La previsione dei contenitori è elemento essenziale della fornitura. Si confermano

		le indicazioni del capitolato.
15	Possibilità di stoccare i campioni fissati, mediante l'utilizzo di formalina, con riempimento dei contenitori, automatico.	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
17	Certificazione dei livelli di emissione, durante le fasi della lavorazione/immissione del reagente.	Si confermano le caratteristiche indicate. Si precisa che la ditta concorrente dovrà allegare certificazione dei livelli di emissione da parte di Enti terzi e fornire indicazioni della gamma di consumabili disponibili per la strumentazione offerta
18	Previsione di contenitori per la immissione della formalina nei/dai contenitori sottovuoto a loro volta muniti di adeguati sistemi di scarico per non avere dispersione dei vapori di formalina nell'ambiente di lavoro.	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti che garantiscono la sicurezza dell'operatore.

Lotto 2

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
8	Sistema di rimozione della lama senza contatto con l'operatore	Si conferma la caratteristica indicata in quanto necessaria ad assicurare la sicurezza dell'operatore.
11	n. 20 moduli in struttura metallica per archiviazione dotati di cassetto estraibile per alloggiamento in posizione orizzontale con almeno nr. 15 cassette per modulo	Sono ammesse soluzioni equivalenti nel rispetto del quantitativo complessivo indicato per gli alloggiamenti.

Lotto 3

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
12	L'armadio deve essere realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, e assicurare il contenimento degli aerosol contaminanti	Si confermano le caratteristiche indicate tra l'altro reperibili sul mercato.
28	Processatore con taniche reagenti precaricate/dedicate, in posizione frontale, di capacità di almeno 4 litri	Si confermano le caratteristiche indicate in quanto una diversa soluzione rallenterebbe le fasi di lavoro e costringerebbe il personale a continui cambi.
35	Sistema che verifica automaticamente lo stato di idoneità dello strumento prima di avviare la processazione al fine di prevenire potenziali rischi per i tessuti "	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
47-82	Sistema di tracciabilità e rintracciabilità	Lo scorporo del sistema di tracciabilità (richiesto dal concorrente) comporterebbe costi aggiuntivi per gli interfacciamenti dello stesso alle strumentazioni analitiche. Tale possibilità pertanto non è ammessa.
83	Strumento completamente automatico con caricamento a rack di minimo 200 campioni	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
84	Possibilità di scansione cassette con codici a barre 2D senza nessun intervento dell'operatore	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
85	Software semplice e intuitivo adattabile a	Si confermano le caratteristiche indicate o la

	le versioni di Windows Xp/Vista/7/8	possibilità di offrire sistemi equivalenti.
86	Strumento correlato di computer completo, per il corretto funzionamento del software	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
87	Possibilità di memorizzare immagine di ogni blocchetto scansionato	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
88	Sistema di prelievo/riposizionamento blocchetto con controllo tramite un lettore di codici a barre 2D (tecnologia wireless)	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
89	Computer completo di stampante di etichette	Si confermano le caratteristiche indicate o la possibilità di offrire sistemi equivalenti.
90	Certificazione CE IVD	Si conferma.
91	Il sistema deve essere configurato con la previsione dei seguenti ulteriori elementi: • Banco appoggio per stampanti con set di colorazione • Supporto specialistico • Interfacciamento Scaffalatura/armadiatura per l'archiviazione temporanea in acciaio rinforzato. Ogni armadio deve poter contenere almeno 14.000 cassette e ridotto peso a pieno carico Tutti gli strumenti devono essere dotati di sistema per la stabilizzazione della corrente in caso di black out Durante tutto il corso della fornitura dovranno essere garantiti i consumabili decati qualora necessari (es. filtri, batterie ecc....)	Sono ammessi soluzioni equivalenti nel rispetto del quantitativo complessivo indicato per le cassette
92	Scaffalatura/armadiatura per l'archiviazione temporanea in acciaio rinforzato. Ogni armadio deve poter contenere almeno 14.000 cassette e vetrini ed essere di peso ridotto a pieno carico. Il numero di armadi da fornire inizialmente è di nr. 3 unità. Tale numero deve essere implementato di n. 3 unità all'anno per ogni anno di vigenza del contratto.	Sono ammessi soluzioni equivalenti nel rispetto del quantitativo complessivo indicato per le cassette

In merito alla richiesta di eliminare lo xilolo dall'elenco dei consumabili si precisa che il sostituto non tossico dello xilolo è opzionale. La mancanza dello stesso nell'offerta non determinerà l'esclusione dalla gara.

Lotto 8

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
2	n. 1 Processatore automatico per tessuti sotto vuoto a sviluppo verticale con taniche da 5 lt.e camera di processo con oblò in vetro.	Le caratteristiche minime del processatore devono essere l'automatismo per tessuti sotto vuoto e la possibilità di ispezionare il processo. Le taniche devono essere preferibilmente di 5 lt al fine di evitare continue sostituzioni dell'operatore, sono comunque ammesse taniche con capacità minore e comunque non inferiori a 4 lt.
7	Vasca di processazione cilindrica in acciaio inox con coperchio in vetro trasparente	Sono ammesse soluzioni equivalenti in acciaio e con possibilità di ispezionare il processo.

In merito alla richiesta di eliminare i prodotti di cui ai rif. 22 e 23 dall'elenco dei consumabili si precisa che saranno ammessi prodotti alternativi purché equivalenti e che funzionino a temperatura ambiente.

Lotto 13

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
1	n. 1 Sistema automatico di disidratazione e idratazione dei tessuti, automatico per tessuti sotto vuoto a sviluppo verticale con taniche da 5 lt. e camera di processo visibile a mezzo di sportello vetrato	Le caratteristiche minime dello strumento devono essere l'automatismo per la disidratazione e l'idratazione dei tessuti e la possibilità di ispezionare il processo. Le taniche devono essere preferibilmente di 5 lt al fine di evitare continue sostituzioni dell'operatore, sono comunque ammesse taniche con capacità inferiori e comunque non inferiori a 4 lt.
5	Possibilità di inserimento di 7 differenti password per utenti differenti	Si chiarisce che il sistema deve consentire l'utilizzo da parte di 7 operatori differenti.
8	Vasca di processazione cilindrica in polipropilene ad alta densità con coperchio in vetro trasparente	Sono ammesse soluzioni equivalenti a condizione della possibilità di ispezionare il processo.
21	Tutti comandi esterni alla criocamera tramite touch screen e joystick	Sono ammesse soluzioni equivalenti tali da evitare il congelamento degli ingranaggi.

In merito alla richiesta di eliminare i prodotti di cui ai rif. 120-126 dall'elenco dei consumabili si precisa che ciò non è possibile in quanto tali prodotti sono correntemente utilizzati.

In merito alla richiesta di eliminare i prodotti di cui ai rif. 194 – 195, 200 – 201, 203, 205 - 207 dall'elenco dei consumabili si precisa che saranno ammessi prodotti alternativi purché equivalenti.

In merito alla richiesta di eliminare i prodotti di cui ai rif. 207 e 208 dall'elenco dei consumabili si precisa che saranno ammessi prodotti alternativi purché equivalenti e che funzionino a temperatura ambiente.

In merito alla richiesta di eliminare i prodotti di cui ai rif. 209 e 213 dall'elenco dei consumabili si conferma l'associazione al lotto e quindi la necessità che gli stessi siano offerti.

Lotto 14

rif.	Descrizione	Precisazioni sulle caratteristiche minime o modifica delle stesse.
1	Sistema integrato e modulare di colorazione e montaggio preferibilmente a film	Sono ammesse soluzioni equivalenti in quanto, tra l'altro, è indicata la "preferenza" a film

Alla descrizione contenuta nella tabella "Tipologia e quantità di test/materiale di consumo richiesti" alla parola film è aggiunta la seguente dicitura "o altro dispositivo equivalente".

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Francesco Buzzo



Il Direttore
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
Avv. Lara Natale

