

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321  
mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

prot. n. **1082** del **18.07.2013**

A tutte le  
**ditte interessate**

**Oggetto:** Procedura aperta di rilievo nazionale per l'affidamento della fornitura, della durata di 24 mesi, di dispositivi per la terapia del dolore e per la neurochirurgia funzionale.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti alla descrizione dei prodotti contenuta nel capitolato speciale di appalto, formulati da concorrenti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, anche sulla scorta di quanto comunicato dal Responsabile dell'Unità di Terapia del Dolore, i correlati riscontri:

- a) La presente per chiedervi se nei documenti da presentare ... la costituzione della cauzione provvisoria può essere costituita da un'unica polizza oppure è possibile presentare più polizze.

**La polizza da presentare è unica e deve essere di importo adeguato al lotto o ai lotti per i quali si partecipa.**

- b) ... chiede precisazioni in merito all'avvalimento per la gara in oggetto: se, l'impresa ausiliaria può garantire con importi di fatturato relativi a prodotti non oggetto di gara.

**Il bando di gara stabilisce quale elemento per la dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria la realizzazione, nel triennio 2010-2012, di un importo complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di dispositivi medici) non inferiore al valore del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre.**

**Pertanto il fatturato deve riferirsi a prodotti classificabili come “dispositivi medici” anche se di utilizzo diverso a quelli oggetto della gara.**

- c) In merito a quanto riportato nell'elenco descrittivo per quanto riguarda il lotto n. 15 come “contenuto”, cosa si intende per “set di estensione”? si tratta del kit di revisione impianto?

**Per set di estensione si intende il catetere di connessione tra pompa e catetere intratecale necessario per consentire l'impianto a due pezzi (catetere intratecale + catetere di estensione, pompa). Generalmente tale catetere è normalmente contenuto nella confezione della pompa stessa.**

- d) In merito a quanto riportato nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto inerente la campionatura da fornire, per quanto riguarda il lotto n. 15, viene da Voi specificato che il campione può essere anche non utilizzabile, pertanto non sterile, ma deve comunque essere in confezione di vendita o può essere comunque inserito in altro involucri generico?

**Il materiale di campionatura può essere fornito anche senza l'involucro di vendita ma in un contenitore generico.**

- e) ... siamo a chiedere un chiarimento sui prodotti richiesti nel lotto 36 (sistema di stabilizzazione percutanea vertebrale toraco-lombo-sacrale). In particolare desideriamo ricevere maggiori informazioni sulla composizione del kit per biopsia richiesto.

**Il kit biopsia richiesto nel lotto in questione viene inteso quale device composto da un singolo pezzo o più pezzi idoneo ad eseguire una biopsia dei corpi vertebrali. Unica peculiarità è ovviamente l'esclusiva compatibilità con il sistema di stabilizzazione proposto nel senso che l'ago da biopsia deve essere coerente per lunghezza e diametro con le cannule di accesso peduncolare. Tale kit deve essere in confezione singola.**

**A tal proposito si precisa, ad integrazione di quanto esposto nell'elenco descrittivo dei prodotti, che nel "contenuto" dei materiali del sistema devono essere fornite anche nr. 6 (sei) cannule di accesso peduncolare.**

**Tale rettifica è da intendersi sia per il lotto n. 36 che per il n. 37.**

**Pertanto il "contenuto" di cui ai lotti n. 36 e n. 37 dell'elenco descrittivo dei prodotti è così modificato:**

lotto	contenuto
36	n. 2 - Barre di stabilizzazione presagomate; n. 6 - Blocchi di chiusura; n. 6 - fili guida; n. 1 - kit biopsia; n. 6 - Viti peduncolari percutanee non cannulate; n. 6 - cannule di accesso peduncolare.
37	n. 2 - Barre di stabilizzazione presagomate; n. 6 - Blocchi di chiusura; n. 2 - Confezioni di cemento comprensive di solvente con sistema di miscelazione chiuso; n. 6 - Viti peduncolari percutanee cannulate e fenestrate a doppia filettatura; n. 6 - cannule di accesso peduncolare.

**Per il contenuto del lotto 36, inoltre, la voce viti peduncolari non cannulate è da intendersi che si tratta di viti semplici percutanee da inserire su filo guida senza che necessitano di canale per l'iniezione di cemento.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB