

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le

**imprese interessate**

prot. n. **180** del **05.02.2014**

**Oggetto:** Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura, della durata di 36 mesi, di dispositivi per monitoraggio pressione e drenaggio intracranico, protesi cervicali e altri dispositivi per neurochirurgia.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti alla descrizione dei prodotti contenuta nel capitolato speciale di appalto, formulati da concorrenti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, anche sulla scorta di quanto comunicato dalle Unità utilizzatrici, i correlati riscontri e si apportano alcune variazioni all'elenco descrittivo dei prodotti

- a) Con riferimento al lotto n. 2, Vi chiediamo di confermare i quantitativi per ciascuna tipologia di catetere e/o la base d'asta complessiva e Vi chiediamo, inoltre, se per le diverse tipologie di catetere è richiesto un unico prezzo o meno.

**Il prospetto allegato al capitolato speciale d'appalto, limitatamente al lotto n. 2 (di seguito riproposto), a seguito di una rivalutazione degli utilizzatori, è stato modificato.**

CND	LOT TO	Rif.	DESCRIZIONE	FABBISO GNO c.vo	importo a base d'asta
			<b>Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica</b>		
			<b>Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica e della temperatura cerebrale</b>		
<b>N0103</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	catetere con sensore in titanio pretrati sul punto zero. Il sensore deve essere in grado di misurare la pressione tissutale parenchimale di ossigeno e deve risultare compatibile RMN con certificazione dell'Azienda produttrice. Interfaccia in uso gratuito e possibilità di interfacciarsi ai monitor multiparametrici presenti nelle strutture	36	<b>€ 75.600,00</b>
<b>N0103</b>		<b>2.2</b>	catetere per il monitoraggio intraparenchimale	36	
<b>N0103</b>		<b>2.3</b>	catetere per il monitoraggio ventricolare	36	

N0103		2.4	catetere per il monitoraggio epidurale a racchetta	36	
-------	--	-----	--	----	--

**La parte di tale prospetto è pertanto sostituita dalla seguente:**

CND	LOT TO	Rif.	DESCRIZIONE	FABBISO GNO c.vo	importo a base d'asta
			<b>Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica</b>		
			<b>Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica e della temperatura cerebrale</b>		
N0103	2	2.1	sistema composto da catetere per il monitoraggio intraparenchimale e dispositivo perforatore	36	€ 75.600,00
N0103		2.2	sistema composto da catetere per il monitoraggio ventricolare e dispositivo perforatore	6	

**Tali variazioni si intendono apportate anche nel prospetto “all. 1 disciplinare - modulo offerta”, in cui deve essere inserita l’offerta economica.**

**Tale modulo recante la data del 05.02.2014 è stato ripubblicato con le predette correzioni.**

**Le imprese concorrenti dovranno indicare in tale modulo il prezzo del sistema composto da un catetere per il monitoraggio e dispositivo perforatore (che può essere anche diverso fra i due sistemi) e indicare nel “prospetto correlato all’offerta” (allegato 1.2 disciplinare) i prezzi dei singoli dispositivi che compongono il sistema se gli stessi possono essere gestiti separatamente.**

- b) Nell’art. 5 pag. 5 del capitolato speciale d’appalto viene richiesto che in ogni scheda tecnica venga indicato: “caratteristiche del ciclo di produzione e del controllo di qualità in riferimento agli standard tecnici nazionali ed internazionali. E’ possibile rispondere indicando certificazioni CE e ISO del produttore?.

**Tale possibilità è ammessa.**

**f.to Il Dirigente Responsabile  
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato  
dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB