

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

prot. n. **3398** del **10.12.2015**

A tutte le

Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo nazionale per l'affidamento della fornitura di un microscopio operatorio da destinare all'U.O.C. III Ortopedia.

A seguito di richiesta di chiarimento di impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori coinvolti nella realizzazione della fornitura, al correlato riscontro:

- a) ... si richiede il seguente chiarimento in merito al sistema di videoregistrazione: nello specifico "telecamera colore 3CCD" si richiede se sia possibile offrire in alternativa una telecamera a 1CCD, poiché rispetto a quella a 3CCD, è integrata nel corpo ottico e ha le seguenti caratteristiche tecniche, a nostro avviso di pari livello se non superiori a generiche telecamere con 3 CCD. Ovvero: Hardware: 1/2.8" progressive CMOS sensor, HD 1080p con HDMI, HD-SDI (3G), S-video, Video out, Gen lock, soluzione ottimizzata per otorinolaringoiatria e neurochirurgia con sensibilità 2000 lx, F5.6, 3200 K e 950 linee di risoluzione.

In relazione al quesito posto si conferma che è possibile offrire una telecamera con unico sensore CCD. La qualità della telecamera sarà oggetto di valutazione a punteggio così come specificato nel CSA.

**Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato**
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB