



"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

U.O.C. Servizio Provveditorato
tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

Napoli, 09.07.2018

Azienda Ospedaliera dei Colli

A tutte le
Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti nutrizionali per via enterale, supplementi nutrizionali per via orale e sistemi per la somministrazione per uso ospedaliero. N. gara SIMOG 7105904.

A seguito di alcune segnalazioni e richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni sul capitolo e sul disciplinare di gara:

a) Con la presente si chiede di confermare la possibilità di inserire le certificazioni di qualità ed eventuali studi clinici in lingua straniera.

Tale possibilità è ammessa a condizione dell'utilizzo della lingua inglese.

b) La scrivente in relazione alla gara in oggetto invia i seguenti chiarimenti:

b1) I fabbisogni indicati sono annuali o triennali?

b2) Per i lotti dal 1 al 14, l'importo a base d'asta è relativo solo ai lt/gr di prodotto offerto o è comprensivo del deflusso?

b3) Per i lotti dal 1 al 14, il deflusso da offrire insieme al prodotto deve essere con tappo universale o tappo a vite?

b4) Per il Lotto 4: si richiede un prodotto iperlipidico ma manca la percentuale degli stessi.

b5) Per il Lotto 4: è possibile offrire anche con il 28% di carboidrati (range richiesto 30-35%)?

b6) Per il Lotto 16: si può offrire un prodotto con il 28,93% di lipidi (range richiesto 30-35%)?

b7) Per il II lotto 47 è da considerarsi unico ed indivisibile?

- b1) Tutti i fabbisogni inseriti sono relativi al periodo di durata della fornitura di 36 mesi.**
- b2) L'importo posto a base di gara è relativo al prodotto compreso il deflusso.**
- b3) Il deflusso deve essere con tappo universale.**
- b4) Il prodotto di cui al lotto 4 deve avere una percentuali di lipidi superiore al 40%.**
- b5) No, tale possibilità non è ammessa. Il range indicato deve essere rispettato, pena l'esclusione del prodotto .**
- b6) Vds. risposta punto precedente.**
- b7) Il lotto 47 è da considerarsi unico ed indivisibile.**
- c) Chiediamo cortesemente:**
- c1) di specificare se le 60 nutripompe richieste per il lotto 47.1 debbano essere quotate o fornite in comodato d'uso gratuito.
- c2) Tra le caratteristiche dei lotto 47.2 e 47.3, viene richiesto che essi siano provvisti di camera di gocciolamento: in realtà esso non risulta essere più necessario. Infatti, l'assenza della camera di gocciolamento sul deflusso, sostituita da un sistema di rilevazione del flusso ad ultrasuoni, consente alle nutripompe di nuova generazione di funzionare anche in posizione non perfettamente verticale, rendendone agevole il trasporto e prevenendo l'insorgenza di possibili falsi allarmi. Sulla base di questo, Vi chiediamo pertanto cortesemente di annullare tale richiesta.
- c3) Tra le caratteristiche del lotto 47.2 viene richiesto che i deflussori monouso abbiano sacca in EVA. Chiediamo cortesemente la possibilità di estendere la dicitura a "materiale in EVA (Etilene Vinil Acetato) o PVC, privi di DEHP". La preclusione al PVC, infatti, non ha, ai giorni nostri, alcuna ragion d'essere. In passato, tale scelta poteva avere un senso, in quanto i deflussori in PVC contenevano DEHP (di-etilesil-ftalato), potenzialmente pericoloso in quanto a rischio tossicità: oggi, tuttavia, sia i deflussori della nostra azienda sia quelli della concorrenza non contengono più DEHP, per cui tale richiesta non è più necessaria ed è possibile richiedere, tra le specifiche tecniche del capitolato, deflussori per nutrizione enterale in EVA o PVC, tutt'al più specificando che siano privi di DEHP.
- c4) Tra le caratteristiche del lotto 47.2 viene richiesto che i deflussori abbiano sacca da 1,3 litri: nell'ottica di allargare la partecipazione, si chiede cortesemente di inserire un range (es. da 1.3 ad 1.6 litri).
- c5) Di modificare, per il lotto 47.4, la gamma di sondini richiesti, fino ad un massimo di 12 fr, come raccomandano le attuali Linee Guida della Sinpe, di cui riportiamo qui sotto un estratto

... Scelta del sondino per NE

- Per la NE, la sonda deve essere in silicone o in poliuretano: occorre sia morbida, flessibile e di diametro compreso tra 8 e 12 Fr.
- Sonde di diametro maggiore (14 Fr. o superiore) e meno flessibili sono indicate per la somministrazione di farmaci, o per la decompressione gastrica o a scopo alimentare per brevi periodi (una settimana o meno).

c1) La scelta è a discrezione del concorrente, così come chiaramente indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

c2) Quanto indicato nella descrizione del prodotto in ordine alla camera di gocciolamento non esclude la possibilità di presentazione di un sistema con funzioni equivalenti, che attraverso un diverso meccanismo assolva la medesima funzione. Pertanto saranno accettati dispositivi con sistema di rilevazione del flusso come quello indicato.

c3) Sono ammessi dispositivi con materiali differenti da quello indicato (EVA) a condizione che nella scheda tecnica sia chiaramente indicata la compatibilità del dispositivo con i prodotti nutrizionali e in particolare con i lipidi.

c4) La capacità della sacca di nutrizione di 1,3 lt è indicativa. Saranno ammessi dispositivi con capacità superiori.

c5) Non è possibile modificare l'indicazione del capitolato in quanto il sondino da 14 Fr è correntemente richiesto dalle Unità Sanitarie e pertanto utilizzato da questa Azienda.

d) CAMPIONATURA: Visto che per non gravare eccessivamente sui costi, i concorrenti potranno presentare campionatura di dimostrazione, non utilizzabile (ad es. contenitore vuoto, dispositivo non sterile, ecc), chiediamo:
E' necessario inviare i campioni anche per i prodotti che da anni sono in uso nei vostri ospedali?

Si è comunque necessaria la presentazione di campionatura anche se il prodotto è utilizzato in Azienda, questo al fine della regolarità della procedura.

e) in riferimento alla procedura in oggetto si comunica che:

e1) in riferimento al Lotto 42 ed alla descrizione del prodotto nutrizionale richiesto, la somma delle percentuali richieste non ha come somma 100. Si chiede di poter partecipare con un prodotto con la distribuzione calorica proteine 9% lipidi 40% carboidrati 51%.

e2) il riferimento al Lotto 14 Vi segnaliamo che a nostro avviso l'importo posto a base d'asta ci risulta eccessivamente basso. Si chiede di poterlo rivedere anche in base agli altri prezzi utilizzati come base d'asta.

e1) La descrizione del lotto contiene un refuso. La distribuzione calorica corretta è: proteine 10%, lipidi 40%, carboidrati 50%. E' ammessa la partecipazione del prodotto con la distribuzione calorica indicata dal concorrente.

e2) Si conferma il prezzo posto a base di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Francesco Buzzo

Francesco Buzzo

Il Direttore ff
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
ing. Gianluca Giaconia

Gianluca Giaconia