

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le

**Imprese interessate**

prot. n. **3215** del **30.11.2016**

**Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di 2 diversi sistemi necessari alle attività dell'Unità Operativa Complessa di Immunoematologia e di Medicina Trasfusionale.**

A seguito di richiesta di impresa interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire i correlati chiarimenti:

- a) Relativamente alle informazioni relative ai requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria Della parte IV del DGUE devono essere compilate le sole parti evidenziate?

**Le sezioni da compilare sono  $\alpha$ , A e B (2a).**

- b) Le richieste specificate a pag 16 del disciplinare alle lettere a, b e c e alle successive pagg. 17 e 18 vanno caricate sul portale AVCP su richiesta?

**Si.**

- c) L'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere in valore assoluto, o parametrize al valore annuale o quinquennale del lotto a cui si partecipa?

**I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro vanno parametrati al valore complessivo del lotto di cui si partecipa.**

- d) E' possibile integrare con una relazione tecnica sottoscritta dal Legale rappresentante le caratteristiche indispensabili e auspicabili che non trovassero diretto riferimento nella documentazione allegata?

**Si, tale possibilità è ammessa.**

- e) In merito alle Caratteristiche minime indispensabili: Si chiede se quanto riportato al punto 7. Sistema compatto e maneggevole esprima la necessità di dotarsi di un'unità d'afesi costituita da un'unica

strumentazione che da sola sia in grado di prelevare il sangue dal paziente e di reinfonderlo dopo l'adsorbimento selettivo delle IgG.

**Per sistema compatto e maneggevole si intende un sistema che può essere trasportato all'interno della struttura ospedaliera in autonomia dagli operatori e che non necessiti di intervento tecnico per ripristinare la taratura dopo ogni singolo spostamento. Non necessariamente deve essere un'unica strumentazione**

- f) In merito alla Tipologia di prodotti richiesti  
1. Con Colonne adsorbenti 12 kit si intende per il trattamento di 12 pazienti solo con l'immunoadsorbimento di Ig?  
Ovvero si richiede l'offerta di una sola tipologia di adsorbitori?

**Si intende 12 kit per 12 pazienti con una sola tipologia di adsorbitori per la rimozione delle IgG.**

- g) Pag 20 del disciplinare C) documentazione tecnica: si fa riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale; in effetti dovrebbe essere il 4?

**Trattasi di refuso, in effetti è l'art. 4.**

- h) Pag 21 D) Campionatura: si chiede di precisare in che modo debba essere etichettata.

**Il plico da consegnare deve contenere gli elementi minimi per l'identificazione: mittente, oggetto della gara e elenco dei dispositivi contenuti.**

- i) Relativamente all'Allegato n. 1, si chiede se deve essere indicato la descrizione del prodotto, il nome commerciale, codice, RDM e prezzo di Listino anche per l'apparecchiatura offerta in noleggio omnicomprendivo, al pari di quanto previsto per il materiale di consumo.

**No tali indicazioni non sono richieste dal modulo offerta.**

- j) Scheda Questionario Prodotto: cosa si intende per Referenza Fabbricante e Referenza Rivenditore?

**La referenza fabbricante è il codice del prodotto del fabbricante. Nel caso di impresa rivenditrice del prodotto tale dato deve essere inserito.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB