

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

tel. 0817062563/fax 0817062321  
mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

prot. n. **1180** del **02.09.2013**

A tutte le  
**ditte interessate**

**Oggetto:** Procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura di elettrodi per monitoraggio cardiologico e neurologico, sensori per saturimetria e prodotti per elettrochirurgia.

A seguito di numerose richieste di precisazioni di concorrenti interessati alla partecipazione alla gara, in conformità di quanto indicato dal settore di ingegneria clinica, si rende noto che sono state apportate delle modifiche all'elenco descrittivo dei dispositivi, relativamente ai lotti nn. 7, 9, 10, e 11 come di seguito specificato:

lotto	cod. int.	CND	Sensori	Modelli di monitor (quantità)	Quantità Monaldi	Quantità Cotugno	Quantità CTO	Quantità c.va	Prezzo c.vo a base d'asta
7.1	1052	C900301	Sensori per saturimetria digitali adulti monouso, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati.	Philips Intellivue MP40 (8) Philips Intellivue MP70 (24)	12.000			12.000	€ 84.000,00
7.2		C900301	Sensori per saturimetria digitali adulti monouso, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati.	Siemens SC7000 (12) Siemens SC9000 (8)		3.600	6.000	9.600	€ 67.200,00
9.1	4844	C900301	Sensori per saturimetria digitali pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati.	Philips Intellivue MP20 (2) Philips Intellivue MP50 (14) Philips Intellivue MP70 (8)	3.600			3.600	€ 25.200,00
9.2		C900301	Sensori per saturimetria digitali pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor	Siemens SC9000 (8)		1.200		1.200	€ 8.400,00

			indicati.					
10		C900301	Sensori per saturimetrica per piede pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati	Philips Intellivue MP20 (2) Philips Intellivue MP50 (14) Philips Intellivue MP70 (8)	720		720	€ 5.040,00
11.1	1422	C900301	Sensori per saturimetrica per piede e/o mano neonatali monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati	Philips Intellivue MP20 (2) Philips Intellivue MP50 (14) Philips Intellivue MP70 (8)	30.000		30.000	€ 210.000,00
11.2			Sensori per saturimetrica per piede e/o mano neonatali monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati	Siemens SC9000 (8)		1.200	1.200	€ 8.400,00

Per effetto delle modifiche di cui sopra, al fine di favorire la concorrenza (rendendo possibile la partecipazione anche delle imprese che commercializzano una sola delle due tipologie di prodotti descritti in un lotto), si procederà all'aggiudicazione distinta delle voci componenti i lotti 7, 9 e 11.

Al fine di consentire la formulazione di un'offerta appropriata il termine di scadenza per la presentazione delle offerte originariamente previsto per le ore 14.00 del 16.09.2013 è fissato alle ore **14.00 del 16.10.2013**.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti formulati da concorrenti interessato alla partecipazione alla gara in oggetto, si forniscono, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, i correlati riscontri:

- a) Per il lotto 5 si richiede la dimensione connettore DIN e se gli elettrodi devono essere precablati. Su quali monitor e su quali cavi dovranno essere collegati.

**La dimensione del connettore DIN è di 4 mm. Gli elettrodi devono essere precablati. I monitor relativi al lotto 5 sono tutti Philips Intellivue. In particolare 24 MP70 e 8 MP40. I cavi base, uno per monitor, dovranno essere offerti in sconto merce.**

- b) Per il lotto 6 si richiede la dimensione connettore DIN e se gli elettrodi devono essere precablati. Su quali monitor e su quali cavi dovranno essere collegati

**La dimensione del connettore DIN è di 2 mm. Gli elettrodi devono essere precablati. I monitor relativi al lotto 5 sono tutti Philips Intellivue. In**

**particolare 24 MP70 e 8 MP40. I cavi base, uno per monitor, dovranno essere offerti in sconto merce.**

- c) “Elettrodi per monitoraggio cardiologico, lotti 1 e 2: fra le specifiche richieste dei lotti è indicata espressamente la resistenza ad escursioni termiche fra 20° e 45°, dalla nostra pluriennale esperienza risulta che molti produttori di elettrodi indicano temperature di resistenza alle escursioni termiche oscillanti tra 5° e 30/35°. Si richiede di rivedere la composizione del lotto prevedendo una tolleranza per le temperature di conservazione degli elettrodi”.

**L'intervallo 20-45° è un intervallo funzionale. Gli elettrodi dovranno garantire la propria funzionalità in un range di temperatura variabile tra 20° e 45°. 5-30° è l'intervallo di conservazione degli elettrodi. Gli elettrodi quindi non dovranno perdere le loro caratteristiche se conservati ad una temperatura compresa quindi tra 5° e 30°.**

- d) Ai riferimenti 7/9/10/11 sensori per saturimetria è richiesto il cavo di 60 cm circa. Premesso che i cavi comunemente utilizzati che collegano monitor e sensore sono già lunghi 270 cm e la maggior parte dei sensori monouso in commercio (ad eccezione dei sensori neonatali) ha il cavo 45 cm la lunghezza del cavo 60 cm è “conditio sine qua non” per l'ammissibilità del dispositivo.

**La misura deve corrispondere a quella richiesta. E' ammessa una tolleranza (data l'indicazione del "circa") del -10%.**

- e) Lotto n. 16 si chiede se la piastra monouso è richiesta con cavo integrato o senza cavo.

**La piastra deve avere il cavo integrato di qualsiasi misura.**

- f) Nella dichiarazione allegato 2 punto d) è richiesto quanto segue: soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nella dichiarazione allegato 2 punto c-bis) è richiesto quanto segue: ... /cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando ... Per norma di legge bisognerebbe indicare i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

**La dichiarazione deve riguardare i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.**

- g) Il requisito della capacità economica e finanziaria ... può essere dimostrato dichiarando i fatturati realizzati presso più aziende sanitarie? In caso di offerta di più lotti, i valori devono essere sommati?

**Il possesso del requisito può essere dimostrato sommando i fatturati realizzati presso più aziende sanitarie. In caso di offerta di più lotti i valori del fatturato devono coprire l'importo della sommatoria dei lotti.**

- h) lotti n. 5 e 6: chiediamo conferma delle quantità indicate.

**Si confermano tali quantità.**

- i) Con riferimento ai lotti nn. 5 e 6 chiediamo se gli elettrodi devono essere dotati di cavetti e, in caso affermativo, se possono/devono essere confezionati in buste da 3 pezzi con cavi di colore differente.

**Vds. risposte precedenti lett. a) e b) . Il confezionamento è indifferente.**

**Errata corrige:**

**Le correzioni di cui sopra sono state riportate anche nei documenti già pubblicati sul sito internet. Pertanto si è provveduto alla ripubblicazione dell'”elenco descrittivo dei dispositivi” e del “modulo offerta economica” in cui si sono aggiornate le descrizioni dei dispositivi.**

**Le ditte che hanno già formulato offerta, se interessate alla partecipazione dei lotti la cui descrizione è stata modificata o per i quali sono stati forniti successivi chiarimenti, possono ritirare i plichi già trasmessi e presentare una nuova offerta.**

**Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo**

f.to FB