

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedaldeicolli.it

prot. n. **1208** del **10.09.2013**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura di elettrodi per monitoraggio cardiologico e neurologico, sensori per saturimetria e prodotti per elettrochirurgia.

A seguito della seguente segnalazione di una ditta interessata alla partecipazione alla gara in oggetto si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dal Settore di Ingegneria Clinica, al correlato chiarimento:

- a) Con riferimento al chiarimento pubblicato in data 02.09.2013 sottolineiamo che nella risposta di cui alle lett. a) e b) (**riguardante i lotti n. 5 e 6**) vengono richiesti cavi base in sconto merce.

Desideriamo sottolineare che tale richiesta preclude la partecipazione di molte aziende: la commercializzazione degli elettrodi non presuppone la vendita dei cavi che, solitamente, sono in dotazione con il monitor.

Chiediamo, al fine di favorire la massima partecipazione delle aziende, di eliminare la dicitura “... i cavi base, uno per monitor, dovranno essere offerti in sconto merce”.

Gli elettrodi neonatali per monitoraggio di cui ai lotti n. 5 e 6 possono essere offerti senza i cavi base.

Tuttavia si precisa che l’offerente deve garantire la connessione al monitor.

Pertanto, date le dimensioni del connettore DIN, indicati i monitor sui quali vanno applicati e precisato che gli stessi devono essere precablati la ditta aggiudicataria deve assicurarne la relativa connessione sull’esistente senza che il Committente sia obbligato ad acquistare dei nuovi cavi base.

Il Dirigente Responsabile
dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB