

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321
mail: provveditorato@ospedalideicoll.it

prot. n. **193** del **12.02.2013**

A tutte le
ditte interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo nazionale per la fornitura di una colonna artroscopica.

Facendo seguito a richieste di modifiche e/o chiarimenti al capitolato speciale di appalto, formulati da alcuni concorrenti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto, si precisa quanto segue:

- 1. Il leg holder previsto a pag. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, quale elemento di cui si compone la fornitura, va eliminato.**
- 2. Con riferimento alla scheda riepilogativa delle caratteristiche minime e in particolare al sistema a radiofrequenza del vaporizzatore, pag. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, sono da considerarsi idonei, e quindi rispondenti ai requisiti minimi, anche i vaporizzatori con tecnologia monopolare.**

Le modifiche di cui sopra, che si intendono apportate al capitolato speciale d'appalto, rispondono all'esigenza di assicurare una maggiore partecipazione alla gara.

Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
f.to dott. Francesco Saverio Paolillo

f.to FB