

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
5	lotto 5 - Elettrocateretere diagnostico quadripolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 6F, in poliuretano armato o Pebax, punta atraumatica. Curva tipo Conduction Study e/o Cournad. Lunghezza non inferiore a 100 cm. Elettrodi in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroдика: di 5 mm.		pz	€ 93.000,00	Boston Scientific S.p.A.		Biotronik Italia S.p.A.		Fiab S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A2	Risposta alla torsione.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	ottimo	12,00	sufficiente	6,00	buono	9,00	ottimo	12,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	ottimo	2,00	inadeguato	0,00	inadeguato	0,00	inadeguato	0,00

Totale Punteggio parziale

60,00

52,00

42,50

58,00

Punteggio riparametrizzato

60,00

52,00

42,50

58,00

LOTTO	5	Punteggio qualità' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Biotronik Italia S.p.A.	Fiab S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.
		Punteggio Qualità'	60,00		52,00	42,50	58,00
		Prezzo intero lotto	27.000,00		75.000,00	24.600,00	36.000,00
		Punteggio prezzo MAX	40,00				
		Punteggio prezzo	36,44		13,12	40,00	27,33
		Punteggio totale	96,44		65,12	82,50	85,33

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	96,44

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
5	lotto 5 - Elettrocateretere diagnostico quadripolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 6F, in poliuretano armato o Pebax, punta atraumatica. Curva tipo Conduction Study e/o Cournad. Lunghezza non inferiore a 100 cm. Elettrodi in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroдика: di 5 mm.		pz	€ 93.000,00	Medtronic Italia S.p.A.		Sorin Group Italia S.r.l.		Servitech S.r.l.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	non pienamente su	1,75	ottimo	7,00
A2	Risposta alla torsione.	7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	non pienamente su	1,75	ottimo	7,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	ottimo	12,00	sufficiente	6,00	buono	9,00	ottimo	12,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	buono	1,50
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed all'ottimizzazione dell'uso	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	buono	1,50	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	inadeguato	0,00	sufficiente	1,00	inadeguato	0,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale54,5031,0029,0059,50

Minimo non ragg.

Punteggio riparametrizzato

54,5031,0059,50

LOTTO	5	Punteggio qualita' MAX	Medtronic Italia S.p.A.	Sorin Group Italia S.r.l.	Servitech S.r.l.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	54,50	31,00		59,50
		Prezzo intero lotto	30.000,00	85.500,00		33.000,00
		Punteggio prezzo MAX				
		Punteggio prezzo	32,80	11,51		29,82
		Punteggio totale	87,30	42,51		89,32

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	96,44

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
6	lotto 6 - Elettrocateretere diagnostico quadripolare a curva fissa e specifica per la registrazione stabile del fascio di His. Corpo del catetere 5F e 6F in poliuretano o altro materiale equivalente. Lunghezza 115 cm. Elettrodi: di 1mm in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroddica: di 5 mm.		pz	€ 25.110,00	Boston Scientific S.p.A.		Biotronik Italia S.p.A.		Fiab S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	ottimo	7,00	0,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A2	Risposta alla torsione.	7,00	ottimo	7,00	0,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	ottimo	7,00	0,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	ottimo	7,00	0,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	ottimo	7,00	0,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	ottimo	7,00	0,00	buono	5,25	ottimo	7,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	ottimo	12,00	0,00	buono	9,00	ottimo	12,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00	0,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed	2,00	ottimo	2,00	0,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	ottimo	2,00	0,00	inadeguato	0,00	inadeguato	0,00

Totale Punteggio parziale 60,00 ESCLUSA 0,00 42,50 58,00

Punteggio riparametrizzato 60,00 42,50 58,00

LOTTO	6	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Biotronik Italia S.p.A.	Fiab S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00			42,50	58,00
		Prezzo intero lotto	8.100,00			6.750,00	10.800,00
		Punteggio prezzo MAX	40,00				
		Punteggio prezzo	33,33			40,00	25,00
		Punteggio totale	93,33			82,50	83,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	93,33

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta	
6	lotto 6 - Elettrocateretere diagnostico quadripolare a curva fissa e specifica per la registrazione stabile del fascio di His. Corpo del catetere 5F e 6F in poliuretano o altro materiale equivalente. Lunghezza 115 cm. Elettrodi: di 1mm in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica: di 5 mm.		pz	€ 25.110,00	Medtronic Italia S.p.A.		Servitech S.r.l.		St Jude Medical Italia S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio ESCLUSA	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio
--	--	--	--	---------------	---------------------	-----------	----------	-----------	---------------------	-----------

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00		0,00	non pienamente suffi	1,75		0,00
A2	Risposta alla torsione.	7,00		0,00	sufficiente	3,50		0,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00		0,00	non pienamente suffi	1,75		0,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00		0,00	sufficiente	3,50		0,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00		0,00	sufficiente	3,50		0,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00		0,00	sufficiente	3,50		0,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00		0,00	buono	9,00		0,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00		0,00	ottimo	2,00		0,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed	2,00		0,00	sufficiente	1,00		0,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00		0,00	inadeguato	0,00		0,00

Totale Punteggio parziale	0,00	29,50	0,00
	ESCLUSA	Minimo non ragg.	ESCLUSA

Punteggio riparametrizzato	
----------------------------	--

LOTTO	6	Punteggio qualita' MAX	Medtronic Italia S.p.A.	Servitech S.r.l.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'			
		Prezzo intero lotto			
		Punteggio prezzo MAX			
		Punteggio prezzo			
		Punteggio totale			

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	93,33

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
7	lotto 7 - Elettrocetere diagnostico quadripolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 5 e 6F in poliuretano armato o pebax. Curva tipo Josephson, punta fissa flessibile atraumatica. Lunghezza: non inferiore a 100 cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroica variabile (da 2 a 5 mm)		pz	€ 224.250,00	Boston Scientific S.p.A.		Biotronik Italia S.p.A.		Fiab S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	inadeguato	0,00	inadeguato	0,00	ottimo	2,00
Totale Punteggio parziale		60,00	58,00	45,50	60,00			

Punteggio riparametrizzato		60,00		58,00		45,50		60,00	
Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.		Biotronik Italia S.p.A.		Fiab S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.	
		60,00		58,00		45,50		60,00	
		67.500,00		187.500,00		56.250,00		90.000,00	
Prezzo intero lotto		67.500,00		187.500,00		56.250,00		90.000,00	
Punteggio prezzo MAX		40,00							
Punteggio prezzo		33,33		12,00		40,00		25,00	
Punteggio totale		93,33		70,00		85,50		85,00	

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
St Jude Medical Italia S.p.A.	94,79

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
7	lotto 7 - Elettrocateretere diagnostico quadripolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 5 e 6F in poliuretano armato o pebax. Curva tipo Josephson, punta fissa flessibile atraumatica. Lunghezza: non inferiore a 100 cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroдика variabile (da 2 a 5 mm)		pz	€ 224.250,00	Medtronic Italia S.p.A.		Sorin Group Italia S.r.l.		Servitech S.r.l.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	buono	5,25	buono	5,25	non pienamente su	1,75	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	non pienamente su	1,75	ottimo	7,00
7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
12,00	ottimo	12,00	sufficiente	6,00	buono	9,00	ottimo	12,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	buono	1,50	ottimo	2,00
2,00	inadeguato	0,00	buono	1,50	inadeguato	0,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale54,5036,7529,0059,50

Minimo non ragg.

Punteggio riparametrizzato

54,5036,7559,50

LOTTO	7	Punteggio qualita' MAX	Medtronic Italia S.p.A.	Sorin Group Italia S.r.l.	Servitech S.r.l.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	54,50	36,75		59,50
		Prezzo intero lotto	75.000,00	210.000,00		63.750,00
		Punteggio prezzo MAX				
		Punteggio prezzo	30,00	10,71		35,29
		Punteggio totale	84,50	47,46		94,79

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
St Jude Medical Italia S.p.A.	94,79

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
8	lotto 8 - Elettrocateretere diagnostico esapolare/decapolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 5 e 6F in poliuretano armato o pebax, punta atraumatica. Curve varie (Courmad, Josephson). Lunghezza: non inferiore a 90 cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroдика variabile (da 2 a 5 mm).		pz	€ 46.068,00	Boston Scientific S.p.A.		Biotronik Italia S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	inadeguato	0,00	inadeguato	0,00	ottimo	0,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale 60,00 58,00 58,00 59,50

Punteggio riparametrizzato 60,00 58,00 58,00 59,50

LOTTO 8	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Biotronik Italia S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
	Punteggio Qualita'	60,00		58,00	58,00	59,50
	Prezzo intero lotto	11.340,00		15.120,00	20.820,00	20.160,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00				
	Punteggio prezzo	40,00		30,00	21,79	22,50
	Punteggio totale	100,00		88,00	79,79	82,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
9	lotto 9 - Elettrocateretere diagnostico curva orientabile quadripolare/esapolare/octapolare/decapolare, per studi elettrofisiologici e mappaggio del seno coronarico. Corpo del catetere: 6 o 7F, in poliuretano armato o Pebax. Lunghezza compresa tra 90 e 115cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroдика variabile.		pz	€ 146.175,00	Boston Scientific S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		Sorin Group Italia S.r.l.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzata, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	buono	5,25	ottimo	7,00	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	buono	5,25	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	buono	5,25
7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25	ottimo	7,00
7,00	buono	5,25	buono	5,25	sufficiente	3,50	ottimo	7,00
7,00	sufficiente	3,50	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
7,00	sufficiente	3,50	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
12,00	buono	9,00	buono	9,00	sufficiente	6,00	buono	9,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	sufficiente	1,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	inadeguato	0,00	ottimo	2,00
Totale Punteggio parziale		43,00		53,50		33,50		47,75

Punteggio riparametrizzato		48,22		60,00		37,57		53,55	
Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		Sorin Group Italia S.r.l.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
Punteggio Qualita'		48,22		60,00		37,57		53,55	
Prezzo intero lotto		45.000,00		78.750,00		101.250,00		48.750,00	
Punteggio prezzo MAX	40,00								
Punteggio prezzo		40,00		22,86		17,78		36,92	
Punteggio totale		88,22		82,86		55,35		90,47	

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
St Jude Medical Italia S.p.A.	90,47

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta	
11	lotto 11 - Elettrocateretere diagnostico decapolare/ventipolare a curva orientabile bidirezionale per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 7F, in poliuretano o pebax. Disponibilità di curve varie. Spaziatura interelettrodica variabile.		pz	€ 78.948,00	Boston Scientific S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	ottimo	7,00		0,00		0,00
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00		0,00		0,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	ottimo	7,00		0,00		0,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	ottimo	7,00		0,00		0,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	ottimo	7,00		0,00		0,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	ottimo	7,00		0,00		0,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	ottimo	12,00		0,00		0,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	ottimo	2,00		0,00		0,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	ottimo	2,00		0,00		0,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	ottimo	2,00		0,00		0,00

Totale Punteggio parziale 60,00 ESCLUSA 0,00 ESCLUSA 0,00

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO 11	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
	Punteggio Qualita'	60,00			
	Prezzo intero lotto	34.650,00			0,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00			
	Punteggio prezzo	40,00			

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
12	lotto 12 - Elettrocateretere diagnostico decapolare/ventipolare per il mappaggio circonfrenziale delle vene polmonari, deflectable. Corpo del catetere: 6F e 7F, in poliuretano con armatura a fili in acciaio o altro materiale equivalente. Lunghezza: non inferiore a 115 cm. Diametro variabile 15 25 mm. Meccanismo di deflessione a pistone.		pz	€ 73.512,00	Johnson & Johnson Medica S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spazature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25
12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00
2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale

60,00

54,25

Punteggio riparametrizzato

60,00

54,25

LOTTO	12	Punteggio qualita' MAX	60,00	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00		54,25
		Prezzo intero lotto	46.200,00		28.560,00
		Punteggio prezzo MAX	40,00		
		Punteggio prezzo	24,73		40,00
		Punteggio totale	84,73		94,25

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
St Jude Medical Italia S.p.A.	94,25

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta	
13	lotto 13 - Elettrocateretere diagnostico ventipolare a curva orientabile bidirezionale steerable per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 6F e 7F, punta atraumatica. Disponibilità di curve varie. Spaziatura interelettroica variabile.		pz	€ 13.116,00	Boston Scientific S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	ottimo	7,00	0,00	0,00
A2	Risposta alla torsione.	7,00	ottimo	7,00	0,00	0,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	ottimo	7,00	0,00	0,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	ottimo	7,00	0,00	0,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	ottimo	7,00	0,00	0,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	ottimo	7,00	0,00	0,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	ottimo	12,00	0,00	0,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00	0,00	0,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed	2,00	ottimo	2,00	0,00	0,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	ottimo	2,00	0,00	0,00

Totale Punteggio parziale 60,00 0,00 0,00

ESCLUSA ESCLUSA

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO	13	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00			
		Prezzo intero lotto	5.400,00			
		Punteggio prezzo MAX	40,00			
		Punteggio prezzo	40,00			

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
14	lotto 14 - Elettrocateretere diagnostico a 14 poli a curva orientabile per mappaggio circumferenziale delle vene polmonari, meccanismo push-pull. Corpo del catetere: 7F, in poliuretano o pebax,armato. Raggio variabile da 0 a 180 gradi. Elettrodi: platino-iridio. Spaziatura interelettroдика: variabile da 1 a 4 mm.		pz	€ 12.600,00	Boston Scientific S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25
7,00	ottimo	7,00	buono	5,25
12,00	ottimo	12,00	ottimo	12,00
2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale 60,00 54,25

Punteggio riparametrizzato 60,00 54,25

LOTTO 14	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
	Punteggio Qualita'	60,00		54,25
	Prezzo intero lotto	12.000,00		10.200,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00		
	Punteggio prezzo	34,00		40,00
	Punteggio totale	94,00		94,25

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
St Jude Medical Italia S.p.A.	94,25

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
15	lotto 15 - Elettrocateretere diagnostico multipolare tipo basket a 64 elettrodi per il mappaggio atriale. Corpo del catetere: 8F. Lunghezza: circa 120 cm . Disponibilità di diversi diametri del cestello per consentire il mappaggio delle camere atriali destre, sinistre e delle vene polmonari.		pz	€ 23.520,00	Boston Scientific S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	---------------------	-----------

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spazature, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	ottimo	12,00		0,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	ottimo	2,00		0,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	ottimo	2,00		0,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	ottimo	2,00		0,00

Totale Punteggio parziale 60,00 0,00

ESCLUSA

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO	15	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00		
		Prezzo intero lotto	23.400,00		
		Punteggio prezzo MAX	40,00		
		Punteggio prezzo	40,00		
		Punteggio totale	100,00		

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
16	lotto 16 - Cateteri per stimolazione atriale trans esofagea neonatale/pediatrico/adulti, quadripolare, con punta atraumatica, distanza interelettrodi 10/10/10 mm diametro del corpo 6F/2.0mm.		pz	€ 115.680,00	Fiab S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	buono	5,25
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	buono	5,25
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	buono	5,25
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	buono	5,25
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	buono	5,25
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziatore, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	buono	9,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	sufficiente	1,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	sufficiente	1,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	inadeguata	0,00

Totale Punteggio parziale 44,25

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO	16	Punteggio qualita' MAX	60,00	Fiab S.p.A.
-------	----	------------------------	-------	-------------

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 115.200,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
17	lotto 17 - Elettrocateretere per ablazione a curva orientabile bidirezionale con blocco automatico. Corpo del catetere:6F e 7F, in pebax o materiale equivalente con punta in pellethane o altro materiale equivalente. Lunghezza: 110 cm. Numero elettrodi: 4. Spaziatura interelettroдика: 2.5-2.5-2.5. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm o 8 mm. Curve di varia misura. Controllo della temperatura a termistore.		pz	€ 151.560,00	Boston Scientific S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		Medtronic Italia S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
A2	Risposta alla torsione.	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	non pienamente su	1,75
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	ottimo	7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	non pienamente su	1,75	sufficiente	3,50
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	ottimo	7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	ottimo	12,00	buono	9,00	sufficiente	6,00	sufficiente	6,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	inadeguato	0,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale 60,00 50,00 29,25 30,75

Minimo non ragg.

Punteggio riparametrizzato 60,00 50,00 30,75

LOTTO 17	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
	Punteggio Qualita'	60,00		50,00		30,75
	Prezzo intero lotto	66.000,00		70.800,00		54.000,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00				
	Punteggio prezzo	32,73		30,51		40,00
	Punteggio totale	92,73		80,51		70,75

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	92,73

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta	
18	lotto 18 - Elettrocetere per ablazione a curva orientabile con sistema di flessione push and pull autobloccante. Corpo del catetere: 5F o 7F in pebax o materiale equivalente. Lunghezza: 110 cm. Numero elettrodi: 4. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroica: 2-5-2mm. Curve di varia misura. Con controllo della temperatura a termistore.		pz	€ 49.860,00	Johnson & Johnson Medica S.p.A.		Medtronic Italia S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	non pienamente su	1,75
7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
7,00	buono	5,25	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
7,00	ottimo	7,00	non pienamente suffi	1,75	sufficiente	3,50
7,00	ottimo	7,00	sufficiente	3,50	sufficiente	3,50
12,00	buono	9,00	sufficiente	6,00	sufficiente	6,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	inadeguato	0,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale 50,00 29,25 30,75
Minimo non ragg.

Punteggio riparametrizzato 60,00 36,90

LOTTO 18	Punteggio qualita' MAX	60,00	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
	Punteggio Qualita'	60,00			36,90
	Prezzo intero lotto	26.550,00			20.250,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00			
	Punteggio prezzo	30,51			40,00
	Punteggio totale	90,51			76,90

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Johnson & Johnson Medica S.p.A.	90,51

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta	
19	lotto 19 - Elettrocateretere per ablazione a curva orientabile con sistema di flessione push and pull autobloccante e deflessione completa della curva fino a 270 gradi. Corpo del catetere in pebax o materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione:4mm e 8 mm. Materiale elettrodo: oro o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodo: 2-5-2mm. Con controllo della temperatura a termocoppia .		pz	€ 57.240,00	Biotronik Italia S.p.A.		Johnson & Johnson Medica S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
					Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	buono	5,25		0,00	sufficiente	3,50
A2	Risposta alla torsione.	7,00	buono	5,25		0,00	non pienamente su	1,75
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	buono	5,25		0,00	sufficiente	3,50
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	buono	5,25		0,00	sufficiente	3,50
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	buono	5,25		0,00	sufficiente	3,50
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	buono	5,25		0,00	sufficiente	3,50
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	buono	9,00		0,00	sufficiente	6,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00		0,00	buono	1,50
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed	2,00	ottimo	2,00		0,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	ottimo	2,00		0,00	ottimo	2,00
Totale Punteggio parziale				46,50	ESCLUSA		0,00	30,75

Punteggio riparametrizzato 60,00 39,68

LOTTO	19	Punteggio qualita' MAX	60,00	Biotronik Italia S.p.A.	Johnson & Johnson Medica S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00			39,68
		Prezzo intero lotto	36.000,00			20.250,00
		Punteggio prezzo MAX	40,00			
		Punteggio prezzo	22,50			40,00
Punteggio totale			82,50	79,68		

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Biotronik Italia S.p.A.	82,50

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
20	lotto 20 - Elettrocateretere per ablazione bidirezionale con tecnologia a microelettrodi integrati in punta o sistema equivalente. Corpo del catetere:7F in pebax o altro materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione: 8mm e 10 mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. Controllo della temperatura a termistore.		pz	€ 75.150,00	Boston Scientific S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	ottimo	7,00
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	ottimo	7,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	ottimo	7,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	ottimo	7,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	ottimo	7,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziatore, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	ottimo	12,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	ottimo	2,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale 60,00

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO	20	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.
-------	----	------------------------	-------	--------------------------

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 74.925,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
21	lotto 21 - Elettrocateretere per ablazione a curva orientabile irrigato dotato di sensore per la misura della forza di contatto. Corpo del catetere: 7F. Lunghezza elettrodo di ablazione: 8mm e 10mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Disponibilità curvatura 65 e 75mm.		pz	€ 90.000,00	St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	ottimo	7,00
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	ottimo	7,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	ottimo	7,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	ottimo	7,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	ottimo	7,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziatute, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	ottimo	12,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	buono	1,50
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale

59,50

Punteggio riparametrizzato

60,00

LOTTO	21	Punteggio qualita' MAX	60,00	St Jude Medical Italia S.p.A.
-------	----	------------------------	-------	-------------------------------

Punteggio Qualita'

60,00

Prezzo intero lotto

72.000,00

Punteggio prezzo MAX

40,00

Punteggio prezzo

40,00

Punteggio totale

100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
St Jude Medical Italia S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta	
23	lotto 23 - Elettrocateretere per ablazione a curva orientabile unidirezionale irrigato. Corpo del catetere:7F in pebax o materiale equivalente. Lunghezza non superiore a 105 cm. Diverse lunghezze della parte morbida distale, Numero elettrodi: 4. Spaziatura interelettrodica: 2-5-2. Lunghezza elettrodo di ablazione: 3,5-4mm. Materiale elettrodo:oro o altri metalli nobili equivalenti.		pz	€ 92.460,00	Boston Scientific S.p.A.		Biotronik Italia S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
					Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25
7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25
7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25
7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25
7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25
7,00	buono	5,25	buono	5,25	buono	5,25
12,00	buono	9,00	buono	9,00	buono	9,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	buono	1,50
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00	ottimo	2,00
Totale Punteggio parziale		46,50		46,50		46,00

Punteggio riparametrizzato		60,00	60,00	59,35
Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	Biotronik Italia S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		60,00	60,00	59,35
Punteggio Qualita'		60,00	60,00	59,35
Prezzo intero lotto		39.000,00	66.000,00	45.000,00
Punteggio prezzo MAX	40,00			
Punteggio prezzo		40,00	23,64	34,67
Punteggio totale		100,00	83,64	94,02

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
24	lotto 24 - Elettrocatetere per ablazione bidirezionale irrigato con sistema di raffreddamento a circuito aperto a doppia camera. Corpo del catetere disponibile in varie lunghezze in poliuretano o altro materiale equivalente. Numero elettrodi: 4. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettroica: 2.5-2,5-2,5. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. Possibilità di diverse configurazioni della parte distale con varie lunghezze.		pz	€ 22.050,00	Boston Scientific S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	ottimo	7,00		0,00
7,00	ottimo	7,00		0,00
7,00	ottimo	7,00		0,00
7,00	ottimo	7,00		0,00
7,00	ottimo	7,00		0,00
7,00	ottimo	7,00		0,00
12,00	ottimo	12,00		0,00
2,00	ottimo	2,00		0,00
2,00	ottimo	2,00		0,00
2,00	ottimo	2,00		0,00

Totale Punteggio parziale60,000,00

ESCLUSA

Punteggio riparametrizzato60,00

LOTTO	24	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00		
		Prezzo intero lotto	21.000,00		
		Punteggio prezzo MAX	40,00		
		Punteggio prezzo	40,00		

Punteggio totale100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
25	lotto 25 - Elettrocateretere per ablazione bidirezionale con raffreddamento interno a circuito chiuso. Corpo del catetere con lunghezza non superiore a 110 cm. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica.		pz	€ 22.050,00	Boston Scientific S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio
							ESCLUSA	

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.
A2	Risposta alla torsione.
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.
A6	Azione del meccanismo richiesto.
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziatore, altre misure rispetto a quelle indicate).
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.

7,00	ottimo	7,00			0,00
7,00	ottimo	7,00			0,00
7,00	ottimo	7,00			0,00
7,00	ottimo	7,00			0,00
7,00	ottimo	7,00			0,00
7,00	ottimo	7,00			0,00
12,00	ottimo	12,00			0,00
2,00	ottimo	2,00			0,00
2,00	ottimo	2,00			0,00
2,00	ottimo	2,00			0,00

Totale Punteggio parziale	60,00	0,00
		ESCLUSA

Punteggio riparametrizzato	60,00
----------------------------	-------

LOTTO	25	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00		
		Prezzo intero lotto	21.000,00		
		Punteggio prezzo MAX	40,00		
		Punteggio prezzo	40,00		

Punteggio totale	100,00
------------------	--------

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
26	lotto 26 - Elettrocateretere per ablazione bidirezionale irrigato con tecnologia a microelettrodi integrati in punta o sistema equivalente con sistema di raffreddamento a circuito aperto Corpo del catetere:7,5 F in pebax o altro materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. Possibilità di diverse configurazioni della parte distale con varie lunghezze. Controllo della temperatura a termistore.		pz	€ 25.200,00	Boston Scientific S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESLUSA	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.	7,00	ottimo	7,00	0,00
A2	Risposta alla torsione.	7,00	ottimo	7,00	0,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.	7,00	ottimo	7,00	0,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.	7,00	ottimo	7,00	0,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.	7,00	ottimo	7,00	0,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.	7,00	ottimo	7,00	0,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).	12,00	ottimo	12,00	0,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.	2,00	ottimo	2,00	0,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed	2,00	ottimo	2,00	0,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.	2,00	ottimo	2,00	0,00

Totale Punteggio parziale 60,00 ESLUSA 0,00

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO	26	Punteggio qualita' MAX	60,00	Boston Scientific S.p.A.	St Jude Medical Italia S.p.A.
		Punteggio Qualita'	60,00		
		Prezzo intero lotto	21.750,00		
		Punteggio prezzo MAX	40,00		
		Punteggio prezzo	40,00		
		Punteggio totale	100,00		

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Boston Scientific S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta	
27	lotto 27 - Elettrocateretere per ablazione a curva orientabile uni e bidirezionale irrigato con sistema di raffreddamento a circuito aperto. Meccanismo di deflessione a pistone. Corpo del catetere: 7F e 8F in poliuretano con armatura a fili in acciaio o materiale equivalente, Lunghezza: non inferiore a 115 cm . Lunghezza elettrodo di ablazione: 3,5 mm. Spaziatura interelettrodotica: 2-5-2 mm. Ampia gamma di curve. Controllo della temperatura a termocoppia.		pz	€ 88.245,00	Johnson & Johnson Medica S.p.A.		St Jude Medical Italia S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio ESCLUSA	Punteggio

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	ottimo	7,00		0,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spaziature, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	ottimo	12,00		0,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	ottimo	2,00		0,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	ottimo	2,00		0,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	ottimo	2,00		0,00
Totale Punteggio parziale				60,00			ESCLUSA	0,00

Punteggio riparametrizzato		60,00	
LOTTO 27	Punteggio qualita' MAX	60,00	Johnson & Johnson Medica S.p.A.
	Punteggio Qualita'	60,00	St Jude Medical Italia S.p.A.
	Prezzo intero lotto	49.500,00	
	Punteggio prezzo MAX	40,00	
	Punteggio prezzo	40,00	
Punteggio totale		100,00	

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Johnson & Johnson Medica S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
28	lotto 28 - Elettrocateretere per crioablazione a curva orientabile. Corpo del catetere: 7F e 9F in poliuretano o altro materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4 e 6 mm. Ampia gamma di curvatura (standard, small, large) con possibilità di modulazione della temperatura in corso di ablazione, comprensivi di cavi coassiale ombelicale e cavi ombelicali elettrici.		pz	€ 144.000,00	Medtronic Italia S.p.A.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------

A1	Mantenimento raggio di curvatura per procedure lunghe.			7,00	ottimo	7,00
A2	Risposta alla torsione.			7,00	ottimo	7,00
A3	Rigidità o flessibilità del corpo.			7,00	ottimo	7,00
A4	Rigidità o flessibilità della porzione distale.			7,00	ottimo	7,00
A5	Maneggevolezza del manipolo e facilità di impugnatura.			7,00	ottimo	7,00
A6	Azione del meccanismo richiesto.			7,00	ottimo	7,00
A7	Ampiezza della gamma (altri calibri, altre curve, altre spazature, altre misure rispetto a quelle indicate).			12,00	ottimo	12,00
B1	Struttura organizzativa di distribuzione con indicazione di tempi e modalità di consegna garantiti, possibilità di risposta per le urgenze, il servizio di assistenza tecnica e post-vendita.			2,00	ottimo	2,00
B2	Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida con assistenza visiva computerizzati, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei sistemi aggiudicati ed			2,00	ottimo	2,00
B3	Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dell'efficacia del sistema offerto discrezionale.			2,00	ottimo	2,00

Totale Punteggio parziale

60,00

Punteggio riparametrizzato

60,00

LOTTO	28	Punteggio qualita' MAX	60,00	Medtronic Italia S.p.A.
-------	----	------------------------	-------	-------------------------

Punteggio Qualita'

60,00

Prezzo intero lotto

144.000,00

Punteggio prezzo MAX

40,00

Punteggio prezzo

40,00

Punteggio totale

100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Medtronic Italia S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
29	lotto 29 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore AGILENT M 4735 (HEARTSTREAM XL) - adulti/adulti radiotrasparenti.		pz	€ 26.250,00	Fiab S.p.A.		Futura Hospital S.a.s.		Medtronic Italia S.p.A.		ID & CO S.r.l.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).	30,00	buono	22,50	ottimo	30,00	buono	22,50	sufficiente	15,00
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).	15,00	buono	11,25	ottimo	15,00	buono	11,25	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.	10,00	si	10,00	no	0,00	no	0,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.	5,00	si	5,00	si	5,00	no	0,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale	48,75	50,00	33,75	41,25
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Punteggio riparametrizzato	58,50	60,00	40,50	49,50
----------------------------	-------	-------	-------	-------

LOTTO	29	Punteggio qualita' MAX	60,00	Fiab S.p.A.	Futura Hospital S.a.s.	Medtronic Italia S.p.A.	ID & CO S.r.l.
		Punteggio Qualita'	58,50		60,00	40,50	49,50
		Prezzo intero lotto	8.880,00		15.939,00	7.815,00	7.312,50
		Punteggio prezzo MAX	40,00				
		Punteggio prezzo	32,94		18,35	37,43	40,00
		Punteggio totale	91,44		78,35	77,93	89,50

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	91,44

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
30	lotto 30 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore ARTEMA CARDIO AID MC - adulti e pediatriche/neonatali.		pz	€ 3.150,00	Fiab S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).	30,00	buono	22,50
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).	15,00	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.	10,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.	5,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale 48,75

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO 30 Punteggio qualita' MAX 60,00 Fiab S.p.A.

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 1.035,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
32	lotto 32 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore CORPULS 3 - adulti e pediatriche/neonatali.		pz	€ 66.000,00	Fiab S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).	30,00	buono	22,50
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).	15,00	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.	10,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.	5,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale 48,75

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO 32 Punteggio qualita' MAX 60,00 Fiab S.p.A.

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 25.650,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
33	lotto 33 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore ESAOTE MDF PLUS - adulti.		pz	€ 3.150,00	Fiab S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.

30,00	buono	22,50
15,00	buono	11,25
10,00	si	10,00
5,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale 48,75

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO 33 Punteggio qualita' MAX 60,00 Fiab S.p.A.

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 1.350,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
34	lotto 34 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore GE MARQUETT RESPONDER 2000 - adulti/adulti radiotrasparenti/pediatriche e neonatali.		pz	€ 66.150,00	Fiab S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).	30,00	buono	22,50
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).	15,00	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.	10,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.	5,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale 48,75

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO 34 Punteggio qualita' MAX 60,00 Fiab S.p.A.

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 26.505,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta	
35	lotto 35 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore GE MARQUETT RESPONDER 3000 - adulti e pediatriche/neonatali.		pz	€ 50.400,00	Fiab S.p.A.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).			30,00	buono	22,50
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).			15,00	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.			10,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.			5,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale 48,75

Punteggio riparametrizzato 60,00

LOTTO 35 Punteggio qualita' MAX 60,00 Fiab S.p.A.

Punteggio Qualita' 60,00

Prezzo intero lotto 20.160,00

Punteggio prezzo MAX 40,00

Punteggio prezzo 40,00

Punteggio totale 100,00

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	100,00

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
36	lotto 36 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore HP/PHILIPS CODEMASTER M/XL - adulti/adulti radiotrasparenti.		pz	€ 52.500,00	Fiab S.p.A.		Futura Hospital S.a.s.		Medtronic Italia S.p.A.		ID & CO S.r.l.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).	30,00	buono	22,50	ottimo	30,00	buono	22,50	sufficiente	15,00
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).	15,00	buono	11,25	ottimo	15,00	buono	11,25	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.	10,00	si	10,00	no	0,00	no	0,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.	5,00	si	5,00	si	5,00	no	0,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale	48,75	50,00	33,75	41,25
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Punteggio riparametrizzato	58,50	60,00	40,50	49,50
----------------------------	-------	-------	-------	-------

LOTTO 36	Punteggio qualita' MAX	60,00	Fiab S.p.A.	Futura Hospital S.a.s.	Medtronic Italia S.p.A.	ID & CO S.r.l.
	Punteggio Qualita'	58,50		60,00	40,50	49,50
	Prezzo intero lotto	17.760,00		31.878,00	15.630,00	14.625,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00				
	Punteggio prezzo	32,94		18,35	37,43	40,00
	Punteggio totale	91,44		78,35	77,93	89,50

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	91,44

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
37	lotto 37 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore PHILIPS HEARTSTART XL - adulti e pediatriche/neonatali.		pz	€ 26.250,00	Ceracarta S.p.A.		Fiab S.p.A.		Futura Hospital S.a.s.		Medtronic Italia S.p.A.		ID & CO S.r.l.	

				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio
--	--	--	--	---------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.

30,00	buono	22,50	buono	22,50	ottimo	30,00	buono	22,50	sufficiente	15,00				
15,00	buono	11,25	buono	11,25	ottimo	15,00	buono	11,25	buono	11,25				
10,00	no	0,00	si	10,00	no	0,00	no	0,00	si	10,00				
5,00	si	5,00	si	5,00	si	5,00	no	0,00	si	5,00				

Totale Punteggio parziale	38,75	48,75	50,00	33,75	41,25
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Punteggio riparametrizzato	46,50	58,50	60,00	40,50	49,50
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

LOTTO	37	Punteggio qualita' MAX	60,00	Ceracarta S.p.A.	Fiab S.p.A.	Futura Hospital S.a.s.	Medtronic Italia S.p.A.	ID & CO S.r.l.
		Punteggio Qualita'	46,50	58,50	60,00	40,50	49,50	
		Prezzo intero lotto	9.270,00	8.550,00	11.872,50	7.545,00	7.770,00	
		Punteggio prezzo MAX	40,00					
		Punteggio prezzo	32,56	35,30	25,42	40,00	38,84	
		Punteggio totale	79,06	93,80	85,42	80,50	88,34	

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	93,80

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
38	lotto 38 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore PHISIO-CONTROL LIFEPAK 20 Premium - adulti.		pz	€ 5.250,00	Ceracarta S.p.A.		Fiab S.p.A.		Medtronic Italia S.p.A.		ID & CO S.r.l.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.

30,00	buono	22,50	buono	22,50	buono	22,50	sufficiente	15,00
15,00	buono	11,25	buono	11,25	buono	11,25	buono	11,25
10,00	no	0,00	si	10,00	no	0,00	si	10,00
5,00	si	5,00	si	5,00	no	0,00	si	5,00
Totale Punteggio parziale		38,75		48,75		33,75		41,25

Punteggio riparametrizzato	47,69	60,00	41,54	50,77
----------------------------	-------	-------	-------	-------

LOTTO 38	Punteggio qualita' MAX	60,00	Ceracarta S.p.A.	Fiab S.p.A:	Medtronic Italia S.p.A.	ID & CO S.r.l.
	Punteggio Qualita'		47,69	60,00	41,54	50,77
	Prezzo intero lotto		1.770,00	1.710,00	1.455,00	1.635,00
	Punteggio prezzo MAX	40,00				
	Punteggio prezzo		32,88	34,04	40,00	35,60
	Punteggio totale		80,57	94,04	81,54	86,37

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A:	94,04

Lotto	Descrizione prodotto	q.tà	u.m.	Importo del lotto a base d'asta	Ditta		Ditta		Ditta		Ditta		Ditta	
39	lotto 39 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibili con defibrillatore ZOLL MEDICAL M SERIES - adulti.		pz	€ 12.150,00	Ate Medical		Ceracarta S.p.A.		Fiab S.p.A.		Medtronic Italia S.p.A.		ID & CO S.r.l.	
				Punteggio Max	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio	Giudizio	Punteggio

A1	Caratteristiche tecniche (ampiezza della superficie conduttiva, impedenza, caratteristiche di radio trasparenza).	30,00	ottimo	30,00	buono	22,50	buono	22,50	buono	22,50	sufficiente	15,00
A2	Ergonomia (facilità di apertura della confezione, adesività delle placche, conformabilità delle placche).	15,00	ottimo	15,00	buono	11,25	buono	11,25	buono	11,25	buono	11,25
A3	Scadenza dalla data di produzione > 24 mesi.	10,00	no	0,00	no	0,00	si	10,00	no	0,00	si	10,00
A4	Classificazione di rischio 2007/47/CE (già 93/42/CEE): IIb.	5,00	no	0,00	si	5,00	si	5,00	no	0,00	si	5,00

Totale Punteggio parziale	45,00	38,75	48,75	33,75	41,25
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Punteggio riparametrizzato	55,38	47,69	60,00	41,54	50,77
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

LOTTO	39	Punteggio qualita' MAX	60,00	Ate Medical	Ceracarta S.p.A.	Fiab S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.	ID & CO S.r.l.
		Punteggio Qualita'	55,38		47,69	60,00	41,54	50,77
		Prezzo intero lotto	9.560,70		2.646,00	3.078,00	2.619,00	2.943,00
		Punteggio prezzo MAX	40,00					
		Punteggio prezzo	10,96		39,59	34,04	40,00	35,60
		Punteggio totale	66,34		87,28	94,04	81,54	86,37

Ditta Aggiudicataria	Punteggio Totale
Fiab S.p.A.	94,04